

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1677245684382 din 17.03.2023						
Obiectul de achiziție: Achiziționarea reagenților, consumabile (accesorii și piese de schimb) pentru laboratoarele diagnostice, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru anul 2023, Repetat,						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 7 Specificații standard pentru investigații imunozimaticice la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)						
Determinarea anticorpilor IgM SARS-CoV-2 prin metoda ELISA, set 96 teste	TK034	Ucraina	Vitrotest	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Cerințe generale, de asemenea sunt inclusi controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Determinarea anticorpilor IgG (Quanti Spike) SARS-CoV-2 prin metoda ELISA, set 96 teste	TK040	Ucraina	Vitrotest	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Cerințe generale, de asemenea sunt inclusi controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lotul nr. 8 Specificații standard pentru investigații imunologice(metoda imunohromatografică), neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .						
Hemoculttest (IFOBT)	8.04.38.0.0020	Jordan	Atlas Medical	ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare	ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuarea testului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lotul nr.9 Specificații standard pentru investigații imunologice(metoda imunohromatografică), neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .						
Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	GCHP-602a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd Legal	ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare	ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuarea testului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lotul nr.10 Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .						
SLE - LATEX fl. 2 ml	8.00.11.0.0050	Jordan	Atlas Medical	fl. 2 ml, să conțină control N+P	fl. 2 ml, conțină control N fl.x0,5ml+P fl.x0,5ml	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9