

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1632804154687	Data: 20.10.2021
Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivele medicale pentru realizarea controlului de calitate a condițiilor de producere preparate din sânge și a produselor finale pentru anul 2021, repetat	Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origin	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lotul 4						
4	Etuva de uscat cu vacuum	DOVV-024-001	Spania	LabBox	<p>I. Criterii Tehnice:</p> <p>Destinația: Pentru asigurarea procesului de pierdere în masa prin uscarea a produselor biomedicale sanguine în formă liofilizată</p> <p>Valorile de lucru: cuprinsă între plus 37°C plus 200°C</p> <p>Volumul util: cuprins între 20 litri până la 40 litri</p> <p>Parametri tehnici: • transfer de căldură și încălzire rapidă</p> <ul style="list-style-type: none"> • ușa frontală din sticla securizata ce va asigura o protecție dublă • sistem modular ce va permite configurări specifice aplicațiilor • fittinguri pentru vacuum, tubulatura și valva cu bilă din inox • conexiune pentru gaz inert cu valvă de precizie și valvă de siguranță • la suprapresiune eliberează cu precizie gaze neinflamabile, netoxice • port de acces standard DN25 în peretele posterior <p>Modulul de control: • controler</p> <ul style="list-style-type: none"> • senzor de supratemperatură pentru protecția etuvei și a produselor <p>Accesorii: - minim 2 polițe din inox</p> <p>- conexiuni rapide la vid sau gaze inerte</p> <p>Ecran: Analogic</p> <p>Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz</p> <p>Anul de producere: 2021</p> <p>II. Certificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. 2. Confirmarea prezentării certificatului de verificare periodică (inițială) pentru fiecare dispozitiv la livrare. 3. Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. 4. Confirmarea privind instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării. 5. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. 6. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție 7. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. 	<p>I. Criterii Tehnice:</p> <p>Destinația: Pentru asigurarea procesului de pierdere în masa prin uscarea a produselor biomedicale sanguine în formă liofilizată</p> <p>Valorile de lucru: cuprinsă între plus 10°C plus 250°C</p> <p>Volumul util: cuprins între 24 litri</p> <p>Parametri tehnici: • transfer de căldură și încălzire rapidă</p> <ul style="list-style-type: none"> • ușa frontală din sticla securizata ce va asigura o protecție dublă • sistem modular ce va permite configurări specifice aplicațiilor • fittinguri pentru vacuum, tubulatura și valva cu bilă din inox • conexiune pentru gaz inert cu valvă de precizie și valvă de siguranță • la suprapresiune eliberează cu precizie gaze neinflamabile, netoxice • port de acces standard <p>Modulul de control: • controler</p> <ul style="list-style-type: none"> • senzor de supratemperatură pentru protecția etuvei și a produselor <p>Accesorii: - minim 2 polițe din inox</p> <p>reglabile</p> <p>- conexiuni rapide la vid sau gaze inerte</p> <p>Ecran: Analogic</p> <p>Parametrii rețelei electrice: 220 v, 50 Hz</p> <p>Anul de producere: 2021</p>	Standarde în vigoare

Valabilitatea ofertei - 120 zile

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal 17/Z**