

**Formularul ofertei (F3.1)**

Data: "07" martie 2020

Licitația Nr.: 21020502

Alternativa Nr.: *nu sunt*

Către: IMSP Institutul Oncologic

"GBG-MLD" SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) "GBG-MLD" SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: - Denumirea- analizator automat ale gazelor si electrolitilor in singe
- c) **Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 104 300,00**  
**[una suta patru mii trei sute] Lei 00 bani.**
- d) **Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 125 160,00**  
**[ una suta douazeci si cinci mii una suta sasezeci] Lei 00 bani.**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, "GBG-MLD" SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: \_\_\_\_\_

L.Ș.

Nume: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65 of. 607

Data: "07" martie 2020

**SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)**

Numărul procedurii de achiziție:21020502	Data:07.03.20	Alternativa nr.nu
Denumirea procedurii de achiziție: analizator automat ale gazelor si electroliților in singe	Lot _____	Pagina1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33100000-1	Analizator automat ale gazelor si electroliților in singe	buc.	1	104300,00	125160,00	104300,00	125160,00	conform solicitărilor
	<b>Suma totala</b>					<b>104300,00</b>	<b>125160,000</b>	

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „ GBG-MLD ” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

Numărul procedurii de achiziție: 21020502		Data: 07.03.2020		Alternativa nr. NU	
Denumirea procedurii de achiziție: analizator automat ale gazelor si electrolitilor in singe					
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Lot	
				Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată
1	Analizator automat ale gazelor si electrolitilor in singe	EasyStat	SUA	Medica Cooperation	Conform Invitatiei
					Conform Anexei Nr. 1
					Stațiilor-de referință
					Cert.de calitate

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General  
 Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Fighina, 65, of. 607

Anexa Nr. 1

Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange EasyStat			
Descriere	Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică		
Parametrul		Specificația Solicitata	Specificația Ofertata
Tip analizator	sistem de tip deschis	Da	Da
Tip proba	Sînge	arterial	Da
		venos	Da
		capilar	Da
		mixt	Da
Volum probă	Seringă	≤ 200 μL	120 μL
	Capilar	≤ 100 μL	95 μL
Parametri masurati si calculati	pH	Da	Da
	pCO2	Da	Da
	pO2	Da	Da
	Ca <sup>++</sup>	Da	Da
	Na <sup>+</sup>	Da	Da
	Hct	Da	Da
	Cl <sup>-</sup>	Da	Da
	K <sup>+</sup>	Da	Da
	BEb (Base Excess in blood)	Da	Da
	BEecf (Base Excess in extracellular fluid)	Da	Da
	TCO2 (Total Carbon dioxide)	Da	Da
	HCO3 <sup>-</sup> (Bicarbonate)	Da	Da
	SBC (Standard Bicarbonate)	Da	Da
	CtO2 (Oxygen Content)	Da	Da
	pH (T) (pH temperature corrected)	Da	Da
	A-aDO2 (Alveolar arterial oxygen gradient)	Da	Da
	RI (Respiratory Index)	Da	Da
	THb (Total Hemoglobin)	Da	Da
	PO2 (T) (PO2 temperature corrected)	Da	Da
	PCO2 (T) (PCO2 temperature corrected)	Da	Da
SO2c (Oxygen Saturation)	Da	Da	
Ca <sup>++</sup> (7.4) (for 7.2<pH<7.6)	Da	Da	
Spălare automată		Da	Da
Calibrare pentru toți parametrii	Automat	Da	Da
	Manual	Da	Da

măsurăți	Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate	Da	Da
Controlul intern (QC)	Automat	Da	Da
	Manual	Da	Da
Analiza	Durata analizei	≤ 2 min.	pina la 120 seunde
Display	Touchscreen	Optional	Optional
	LCD sau LED	Da	Da, LCD
Imprimantă termică		Da	Da
Anul de producere		≥ 2019	≥ 2019
UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentală a luminii cât și protejare în cazul fluctuației de tensiune electrica		≥ 30 min.	≥ 30 min.
Reagenți			
Toate consumabilele si volumul de reagenti necesare pentru efectuarea analizelor medicale.		≥ 1000 teste / pacienți	1000 teste / pacienți
Cerințe față de agentul economic			
Perioada de garanție din momentul semnării actului de punere în funcțiune a dispozitivului		24 luni	24 luni
Întreținerea analizatorului (lucrări de mentenanță preventivă și corectivă) pe întreaga perioadă de garanție cu piese incluse.		da, 24 luni	da, 24 luni
Instruirea personalului medical pe întreagă perioadă de garanție în limba română și rusă dacă este necesar		da, 24 luni	da, 24 luni
Instruirea personalului tehnic privind modul de întreținere a analizatorului conform recomandării producătorului		da	da
Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autentificată de biroul de traduceri		da	da
Pașaportul tehnic, service manual, parole de acces, diagrama electronică și instrucțiunea de utilizare, prezentat la livrare în original și limba de stat, autentificată de biroul de traduceri. Pașaportul tehnic cu descrierea părților componente a dispozitivului.		da	da
Prezentarea obligatorie a certificatelor autorizate de producător: ISO13485; CE pentru produsul oferit cu anexe/declarația de conformitate a produsului oferit cu lista dispozitivelor medicale conform Directivei 93/42/CE pentru cele cu marcajul CE a componentelor folosite la realizarea sistemului dat.		da	da

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ ÎNTREPRINDEREA  
MIXTĂ "GBG-MLD" S.R.L. ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA  
ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*

1003600117582

*Data înregistrării*

06.01.1995

*Data eliberării*

21.12.2004

**Iovu Galina, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*G. Iovu*  
semnătură

MD 0006733

