

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1782982117121 din 2 iulie 2026						
Obiectul achiziției: <u>Servicii de deservire a utilajului medical MALDI TOF. VITEK MS</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot: Spectrometru de masă MALDI TOF, VITEK MS, nr.52693, nr. Inventariere - 314100984	VITEK MS	FRANTA	BIOMERIEUX	1. Tipul contractului: GOLD (servicii valabile pentru 3 ani de zile) care cuprinde: - revizii anuale pentru echipament (analizator si sistem PC) - piese/ reactivi necesari la revizie - KIT DE REVIZIE ANUALA- SAC LED, filtru ventilator capac laser, sorbent alumina activa, ulei Ultragrade 19, Silica gel, garniture O-ring pentru usa, arcuri usa, filtru ulei, lubrifiant), - interventii nelimitat in caz de defectiuni accidentale (cu includerea deplasarii si manoperei) 2. Prestarea serviciilor de mentenanță preventivă pentru echipamentul MALDI TOF VITEK MS, în conformitate cu cerințele și recomandările producătorului. 3. Serviciile de mentenanță vor include, după caz: - verificarea funcționalității generale a echipamentului; - diagnosticarea stării tehnice; - efectuarea ajustărilor și calibrărilor necesare; - curățarea componentelor interne și externe; - lubrifierea componentelor mecanice, după necesitate; - verificarea parametrilor de performanță; -inlocuirea consumabilelor și a pieselor de uzură prevăzute în mentenanța preventivă, dacă este necesar. 4. După finalizarea lucrărilor, prestatorul va prezenta: - Actul de predare-primire a serviciilor prestate; - Raport de service care să conțină descrierea detaliată a intervențiilor efectuate, rezultatele verificărilor și calibrărilor realizate; - Lista consumabilelor și/sau pieselor utilizate în cadrul mentenanței. 5. În cazul identificării unor defecțiuni sau a necesității înlocuirii unor componente suplimentare, prestatorul va prezenta o listă detaliată a pieselor recomandate pentru asigurarea funcționării optime a echipamentului. 6. Lucrările vor fi executate de personal calificat și autorizat pentru deservirea echipamentelor MALDI TOF VITEK MS sau echipamentelor echivalente produse de producător. 7. Prestatorul va garanta calitatea serviciilor prestate și funcționarea corespunzătoare a echipamentului după efectuarea mentenanței preventive.	1. Tipul contractului: GOLD (servicii valabile pentru 3 ani de zile) care cuprinde: - revizii anuale pentru echipament (analizator si sistem PC) - piese/ reactivi necesari la revizie - KIT DE REVIZIE ANUALA- SAC LED, filtru ventilator capac laser, sorbent alumina activa, ulei Ultragrade 19, Silica gel, garniture O-ring pentru usa, arcuri usa, filtru ulei, lubrifiant), - interventii nelimitat in caz de defectiuni accidentale (cu includerea deplasarii si manoperei) 2. Prestarea serviciilor de mentenanță preventivă pentru echipamentul MALDI TOF VITEK MS, în conformitate cu cerințele și recomandările producătorului. 3. Serviciile de mentenanță vor include, după caz: - verificarea funcționalității generale a echipamentului; - diagnosticarea stării tehnice; - efectuarea ajustărilor și calibrărilor necesare; - curățarea componentelor interne și externe; - lubrifierea componentelor mecanice, după necesitate; - verificarea parametrilor de performanță; -inlocuirea consumabilelor și a pieselor de uzură prevăzute în mentenanța preventivă, dacă este necesar. 4. După finalizarea lucrărilor, prestatorul va prezenta: - Actul de predare-primire a serviciilor prestate; - Raport de service care să conțină descrierea detaliată a intervențiilor efectuate, rezultatele verificărilor și calibrărilor realizate; - Lista consumabilelor și/sau pieselor utilizate în cadrul mentenanței. 5. În cazul identificării unor defecțiuni sau a necesității înlocuirii unor componente suplimentare, prestatorul va prezenta o listă detaliată a pieselor recomandate pentru asigurarea funcționării optime a echipamentului. 6. Lucrările vor fi executate de personal calificat și autorizat pentru deservirea echipamentelor MALDI TOF VITEK MS sau echipamentelor echivalente produse de producător. 7. Prestatorul va garanta calitatea serviciilor prestate și funcționarea corespunzătoare a echipamentului după efectuarea mentenanței preventive.	CE ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director

Ofertantul: SRL "Mediclim AM" Adresa: Chisinau, str Vasile Alecsandri 141 et 1