

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. 21038337	Data: „20” Mai 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 2)	Lot: 2	Pagina:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310000-1	2	Scaun stomatologic (fotoliu)	Fotoliu "Aria Excell" CS3, Slovacia T133002	Slovacia	Neomed	Descriere Reprezinta echipamentul stomatologic esential pentru igiena dentara si tratament stomatologic Parametre Specificatia "Scaun stomatologic" Unghi de inclinare de la 100° pina la 180° Tetiera reglabila Urcare/ coborire ≥ 40 cm Setari min. 2 utilizatori Greutate maxima ≥ 200 kg Comanda Pedala, butoane de control pe partea din spate a scaunului pacientului Suprafata "rezistenta la prelucrarea chimica" Programe de pozitionare min. 5 Accesorii "cotiere, cotiera dreapta rotativ" Revenirea automata la pozitia initiala da Comanda de oprire urgenta	Descriere Reprezinta echipamentul stomatologic esential pentru igiena dentara si tratament stomatologic Parametre Specificatia "Scaun stomatologic" Unghi de inclinare de la 100° pina la 180° Tetiera reglabila Urcare/ coborire ≥ 40 cm Setari min. 2 utilizatori Greutate maxima ≥ 200 kg Comanda Pedala, butoane de control pe partea din spate a scaunului pacientului Suprafata "rezistenta la prelucrarea chimica" Programe de pozitionare min. 5 Accesorii "cotiere, cotiera dreapta rotativ" Revenirea automata la pozitia initiala da Comanda de oprire urgenta da Control multifunctional de la	

					da Control multifunctional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecventa 50-60 Hz Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila	picior mobil Tensiune 220-240V Frecventa 50-60 Hz	
--	--	--	--	--	---	--	--

						Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Popa Sergiu

În calitate de: Director

Ofertantul: "Unident-AS " SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 63