

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr.		Data: „ ”		20		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea III)		Pagina: din					
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplă oferită	Standarde de referință
1	2			3	4,00	5	6		8
33100 000-1	4	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6 Fr	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6 Fr	OptiSoft Ex-stent tumor ureteral stent set 3016-1600 (pagina (11) catalog)	Germania	Optimed	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari (pagina (11) catalog)	CE FQA, DoC CE, Autorizație de la producătorul
33100 000-1	5	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6 Fr	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6 Fr	OptiSoft Ex-stent tumor ureteral stent set 3016-1600 (pagina (11) catalog)	Germania	Optimed	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari (pagina (11) catalog)	CE FQA, DoC CE, Autorizație de la producătorul
33100 000-1	6	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7 Fr	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7 Fr	OptiSoft Ex-stent tumor ureteral stent set 3016-2600 (pagina (11) catalog)	Germania	Optimed	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari (pagina (11) catalog)	CE FQA, DoC CE, Autorizație de la producătorul
33100 000-1	7	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7 Fr	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7 Fr	OptiSoft Ex-stent tumor ureteral stent set 3016-2600 (pagina (11) catalog)	Germania	Optimed	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari (pagina (11) catalog)	CE FQA, DoC CE, Autorizație de la producătorul
33100 000-1	8	Stent ureteral Pigtail 5 Fr	Stent ureteral Pigtail 5 Fr	Ureteral Stent FUSK0271, FUSK0272 (pagina 5 broșura)	Egipt	WELLEX	5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capat proximal inchis	6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capat proximal inchis (pagina 5 broșura)	CE FQA, DoC CE, Autorizație de la producătorul
33100 000-1	9	Stent ureteral Pigtail 6 Fr	Stent ureteral Pigtail 6 Fr	Ureteral Stent FUSK0277, FUSK0278 (pagina 5 broșura)	Egipt	WELLEX	6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capat proximal inchis	7 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capat proximal inchis (pagina 5 broșura)	CE FQA, DoC CE, Autorizație de la producătorul

33100 000-1	264	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	General Surgery Drape Set REF. MDC-ORTS-0205 pagina 48 catalogului (Set va fi asamblat conform mărimilor solicitată de către autoritatea contractantă)	Turcia	AKMEDA	<p>1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>7.Sterile,termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;</p> <p>8.Certificat EN13795;</p>	<p>1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>pagina 48 catalogului</p> <p>7.Sterile,termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;</p> <p>8.Certificat EN13795;</p>	Notificare AMDM Nr.: DM000216367 Certificat EN13795;
Semnat: _____ Numele, Prenumele:Ostapciuc Alexandr In calitate de: Administrator									
Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com.Stauceni									