

Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază Adult, Pediatric)		
	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
Tip:	pacient adult, pediatric	
Display, tip Diagonala	12.1 inch LCD TFT	12.1 inch LCD TFT
"Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim	da	da
Parametri afișați	ECG	ECG
Pulsul, SpO2 Fotopletismograma	da	da
Presiunea sanguină neinvaziv	da	da
Temperatura	da	da
Analiza automată a undei ST	da	da
Trendingul ST	da	da
Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi"	I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn	I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn
Sensivitatea	2.5 - 40 mm/mV	2.5 - 40 mm/mV
Gama de rejecție a modului comun	la 50 Hz $\geq$	la 50 Hz $\geq$
	100 dB	100 dB
Rata cardiacă	25- 300 bpm	25- 300 bpm
Detectarea aritmiei	da	da
Monitorizarea respirației	0 -150rpm	0 -150rpm
Modul SpO2	Diapazonul 0 - 100%	Diapazonul 0 - 100%
Acuratețea	70 - 100% $\leq$ 2 %	70 - 100% $\leq$ 2 %
Monitorizarea rata pulsului	30 -300 bpm	30 -300 bpm
Monitorizarea pletismogramei	da	da
Modul NIBP	Diapazonul 10 - 300mmHg	Diapazonul 10 - 300mmHg
Regim de măsurare	manual, automat, butonul Start	manual, automat, butonul Start
Regim automat	5, 10, 15, 30, 60,120 min.	5, 10, 15, 30, 60,120 min.
"Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"	da	da
Metoda de măsurare oscilometrică	da	da
Regim pacient	adult, pediatric, noul-născut	adult, pediatric, noul-născut
"Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg	da	da
Modul Temperatura	Diapazonul 0 - 50.0 °C	Diapazonul 0 - 50.0 °C
Rezoluția	0.1 °C	0.1 °C
Număr de senzori	1 unit.	1 unit.
Protocoale de lucru preprogramate	da	da
Protocoale de lucru setate de utilizator	da	da
Memorie internă	da	da
Trendingul evenimentelor	da	da

Arhivarea datelor	da	da
Imprimantă Încorporată	da	da
Forme de raportare Viteza de înscriere	da	da
	Înscriere continuă	Înscriere continuă
	Preprogramate	Preprogramate
	Personalizate	Personalizate
Alimentarea rețea electrică	220 V	220 V
	50 Hz	50 Hz
	Baterie internă	Baterie internă
Timp de lucru autonom a bateriei	minim 2 h	minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul central	Ethernet	Ethernet
	wireless	wireless
	RS-232 etc	RS-232 etc
Alarma	Vizuala	Vizuala
	sonora	sonora
	Manjetă deconectată	Manjetă deconectată
Manjetă defect	da	da
Senzor SpO2 deconectat	da	da
Senzor SpO2 defect	da	da
Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită	da	da
Nivelul baterie scăzut	da	da
Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită	da	da
Lipsă sursă externă de alimentare	da	da
Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore	da	da
Ajustarea nivelului de alarmă	da	da