

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : CONFORM SIARSAP ocds-b3wdp1-MD-1635146551010
Obiectul achiziției:ECHIPAMENT MEDICAL(mășă de operație cu accesorii și lampă)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Lampă de operație cu 2 sateliți (120000+100000 lux)	ANKA+ 121/121 CEILING DOUBLE HEAD LED MINOR SURGERY LIGHT	Turcia	ETKİN TİBBİ CİHAZLAR	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți. Lampă chirurgicală fără umbre destinată destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice: Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED Număr de sateliți -2 Indexul de culoare ≥95 Adâncimea ≥80 cm Distanța de lucru cel puțin 07-1,4 m Nivelul de iluminare ≥120000 + 100000lux	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți. Lampă chirurgicală fără umbre destinată destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice: Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED Număr de sateliți =2 Indexul de culoare = 96 Adâncimea =80 cm Distanța de lucru <203cm Nivelul de iluminare =120000 + 100000lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală,cm =118 cm Creșterea temperaturii în câmpul operator <1°C	CE declaration of conformity ISO 13485 ISO14001 ISO45001 ISO9001 CERTIFICATE OF REGISTRATION

				Rotația peste 260 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Creșterea temperaturii în câmpul operator < 1°C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LEDurilor min 50 000h Mânere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principală Înălțimea podului cel puțin 3 m Prezența unui manual de utilizare în limba română. Instalarea dispozitivului medical și instruirea utilizatorilor gratuit. Utilajul trebuie să fie nou. Termen de garanție minim - 2ani.	Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LEDurilor 60 000h Mânere detașabile sterilizabile 2 buc per cap de lumina. Panou de control integrat în lampa principală Înălțimea podului cel puțin 3 m Prezența unui manual de utilizare Engleză, (la desemnarea ofertei ca fiind castigatoare ne obligam sa prezentam manualul de utilizare in limba română) Instalarea dispozitivului medical și instruirea utilizatorilor gratuit. Utilajul va fi nou. Termen de garanție - 2ani.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Aelo Grup

Adresa: Mun. Chisinau, str. Petru Movila 23/5, ap (of) 3