



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. Rgo 2-1600 din " 26.04 " 2019

DATACONTROL SRL

contact@datacontrol.md

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1550747874823** din 29.03.2019 privind "Achiziționarea articolelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2019", Vă comunică că conform **deciziei din 25.04.2019** oferta Dvs. pentru loturile de mai jos nu a fost acceptată din motivele ce urmează:

Lotul nr.64 Stent împletit

Nu corespunde

1. Nu are radiopacitate totala
2. Repozitionare este de 80 procente
3. Markeri doar 2 (nu are de mijloc)
4. Nu este compatibil cu microcateter 0.017

În contextul celor relatate, în temeiul art. 65 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru loturile de mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice expuse în FDA.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centru pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci