




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Grigore Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-3280 din 28.09.2023

IMSP Beneficiari  
Operatori Economici Participanți

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică prin LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1685346316289 din 04.08.2023 privind *Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024*, Vă comunică decizia din **28.09.2023** cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
1 - 16289	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	Bucată	513172	2.2225	2.4003	1,140,524.77	1231766.752	Fasa de tifon 10cm x 5m nesterila (Codul produsului: 203280) (Numar de inregistrare: Notificare nr.7083 din 25.07.2023)	China	JIANERKANG MEDICAL CO., LTD	DM000616202	Dita EstFarm SRL
2 - 16289	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	59075	2.862	3.091	169072.65	182600.825	Fasa de tifon 10cm x 5m sterila (Codul produsului: SCMSDS02010S) (Numar de	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000233114	Dita EstFarm SRL

								inregistrare: DM000233114)				
3 - 16289	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Bucată	872522					Fasa de tifon 14cm x 7m nesterila (Codul produsului: 203282) (Numar de inregistrare: Notificare nr.7083 din 25.07.2023)	China	JIANERKANG MEDICAL CO., LTD	DM000616204	Dita EstFarm SRL
4 - 16289	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2	Bucată	110312	4.0592	4.3839	3,541,741.30	3825049.196	Fasa de tifon 14cm x 7m sterila (Codul produsului: SCMSDS02014S) (Numar de inregistrare: DM000233115)	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000233115	Dita EstFarm SRL
5 - 16289	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min	Bucată	30480					Bandaj de ghips 10cm x 270cm (2-3min) (Codul produsului: SCMSD0371003) (Numar de inregistrare: DM000372884)	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000372884	Dita EstFarm SRL
6 - 16289	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min	Bucată	12876	3.5576	3.8422	108435.648	117110.256	Bandaj de ghips 10cm x 270cm (4-7min) (Codul produsului: SCMSD0371007) (Numar de inregistrare: Notificare nr.6961 din 11.07.2023)	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000579527	Dita EstFarm SRL
				3.6218	3.9115	46634.2968	50364.474					

7 - 16289	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8- 12 min	Bucată	18604					3.6047	3.8931	67061.8388	72427.2324	Bandaj de ghips 10cm x 270cm (8-12min) (Codul produsului: SCMSD0371012- 2) (Numar de inregistrare: DM000372883)	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000372883	Dita EstFarm SRL
8 - 16289	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min	Bucată	53872					5.2436	5.6631	282483.2192	305082.5232	Bandaj de ghips 15cm x 270cm (2-3min) (Codul produsului: SCMSD0371503) (Numar de inregistrare: DM000372886)	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000372886	Dita EstFarm SRL
9 - 16289	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min	Bucată	18990					5.2583	5.679	99855.117	107844.21	Bandaj de ghips 15cm x 270cm (4-7min) (Codul produsului: SCMSD0371507) (Numar de inregistrare: Notificare nr.6961 din 11.07.2023)	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000579528	Dita EstFarm SRL
10 - 16289	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8- 12 min	Bucată	28980					5.2903	5.7135	153312.894	165577.23	Bandaj de ghips 15cm x 270cm (8-12min) (Codul produsului: SCMSD0371512- 2) (Numar de inregistrare: DM000372885)	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000372885	Dita EstFarm SRL
11 - 16289	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min	Bucată	56328					7.0791	7.6454	398751.5448	430650.0912	Bandaj de ghips 20cm x 270cm (2-3min) (Codul	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000372888	Dita EstFarm SRL

								produsului: SCMSD0372003) (Numar de inregistrare: DM000372888)				
12 - 16289	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min	Bucată	52650					Bandaj de ghips 20cm x 270cm (4-7min) (Codul produsului: SCMSD0372007) (Numar de inregistrare: Notificare nr.6961 din 11.07.2023)	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000579529	Dita EstFarm SRL
13 - 16289	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8- 12 min	Bucată	14790	7.1103	7.6791	374357.295	404304.615	Bandaj de ghips 20cm x 270cm (8-12min) (Codul produsului: SCMSD0372012- 2) (Numar de inregistrare: DM000372887)	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.,Ltd	DM000372887	Dita EstFarm SRL
14 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 6	Pereche	35530					Manuși chirurgicale sterile din latex cu pudra N6 (Codul produsului: SCMDG001) (Numar de inregistrare: DM000373055)	China	Zhenjiang Huayang Latex Products Co., Ltd	DM000373055	Dita EstFarm SRL
15 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7	Pereche	189490					Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7 REF: SS0602 Nr. de înregistrare	China	TIANCHANG CITY ANRUI MEDICAL EQUIPMENT S CO., LTD.	DM000200521	Lismedfarm SRL
				2.269	2.4505	80617.57	87066.265					
				2.267	2.4484	429573.83	463947.316					

								AMDM: DM000200521				
16 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7,5	Pereche	539550					Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7.5 REF: SS0602 Nr. de înregistrare AMDM: DM000200522	China	TIANCHANG CITY ANRUI MEDICAL EQUIPMENT S CO., LTD.	DM000200522	Lismedfarm SRL
17 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8	Pereche	426770	2.243	2.4224	1210210.65	1307005.92	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8 REF: SS0602 Nr. de înregistrare AMDM: DM000200523	China	TIANCHANG CITY ANRUI MEDICAL EQUIPMENT S CO., LTD.	DM000200523	Lismedfarm SRL
18 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8,5	Pereche	160370					Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8,5 REF: SS0602 Nr. de înregistrare AMDM: DM000200524	China	TIANCHANG CITY ANRUI MEDICAL EQUIPMENT S CO., LTD.	DM000200524	Lismedfarm SRL
19 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 9	Pereche	43570	2.323	2.5088	372539.51	402336.256	AP90-LSG	China	ZHEJIANG ZHUOYI INDUSTRIAL&TR ADING CO., LTD	DM000579509	Imunotehnomed SRL
20 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 6	Pereche	24570					Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 6 REF: SS0602 Nr. de înregistrare	China	TIANCHANG CITY ANRUI MEDICAL EQUIPMENT S CO., LTD.	DM000200513	Lismedfarm SRL
				2.467	2.6644	60614.19	65464.308					

								AMDM: DM000200513				
21 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7	Pereche	106380					Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7 REF: SS0602 Nr. de înregistrare AMDM: DM000200515	China	TIANCHANG CITY ANRUI MEDICAL EQUIPMENT S CO., LTD.	DM000200515	Lismedfarm SRL
22 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5	Pereche	367070	2.467	2.6644	262439.46	283438.872	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5 REF: SS0602 Nr. de înregistrare AMDM: DM000200516	China	TIANCHANG CITY ANRUI MEDICAL EQUIPMENT S CO., LTD.	DM000200516	Lismedfarm SRL
23 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8	Pereche	254340					Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8.0 REF: SS0602 Nr. de înregistrare AMDM: DM000200517	China	TIANCHANG CITY ANRUI MEDICAL EQUIPMENT S CO., LTD.	DM000200517	Lismedfarm SRL
24 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5	Pereche	100770					Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8.5 REF: SS0602 Nr. de înregistrare AMDM: DM000200518	China	TIANCHANG CITY ANRUI MEDICAL EQUIPMENT S CO., LTD.	DM000200518	Lismedfarm SRL
25 - 16289	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 9	Pereche	22790	2.76	2.9808	62900.4	67932.432	Manuși chirurgicale Pristeen, sterile, din latex, Fara pudra, N 9, cod: BHPL/S/02	India	Beta Healthcare Products Private Limited	DM000640698	Tetis International SRL

26 - 16289	Mănuși pentru examinare, latex, netede, cu pudră, Nesterile, L	Bucată	1172800					Manusi nesterile latex cu pudra L (Codul produsului: LX01) (Numar de inregistrare: DM000275205)	Thailand	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	DM000275205	Dita EstFarm SRL
27 - 16289	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, L	Bucată	2515010	0.334	0.3607	391715.2	423028.96	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, L ref. PS54Y (IMPS54YWA-L)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd.	DM000363936	Tetis International SRL
28 - 16289	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, M	Bucată	4845030	0.369	0.3985	928038.69	1002231.485	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, M ref. PS54Y (IMPS54YWAM)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd.	DM000363936	Tetis International SRL
29 - 16289	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, S	Bucată	1076210	0.369	0.3985	397121.49	428869.685	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, S ref. PS54Y (IMPS54YWA-S)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd.	DM000363936	Tetis International SRL
30 - 16289	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S	Bucată	365500	0.334	0.3607	122077	131835.85	Manusi nesterile latex cu pudra S (Codul produsului: LX01) (Numar de inregistrare: DM000275203)	Thailand	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	DM000275203	Dita EstFarm SRL

31 - 16289	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, L	Bucată	4271600		0.3036	0.3279	1296857.76	1400657.64	Manusi nesterile nitril fara pudra L (Codul produsului: SNBE10004)	China	SHANDONG Intco Medical Products	DM000322495	Dita EstFarm SRL
32 - 16289	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, M	Bucată	7010350		0.3036	0.3279	2128342.26	2298693.765	Manusi nesterile nitril fara pudra M (Codul produsului: SNBE10003)	China	SHANDONG Intco Medical Products	DM000322494	Dita EstFarm SRL
33 - 16289	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, S	Bucată	1658150		0.3036	0.3279	503414.34	543707.385	Manusi nesterile nitril fara pudra S (Codul produsului: SNBE10002)	China	SHANDONG Intco Medical Products	DM000322493	Dita EstFarm SRL
34 - 16289	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, L	Bucată	242805		0.282	0.3384	68471.01	82165.212	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, L REF: GLVPPL Nr. de înregistrare AMDM: Neînregistrat	China	HUZHOU JUNDA IMPORT & EXPORT CO. LTD.	DM000640799	Lismedfarm SRL
35 - 16289	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, M	Bucată	493000		0.282	0.3384	139026	166831.2	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, M REF: GLVPPM Nr. de înregistrare AMDM: Neînregistrat	China	HUZHOU JUNDA IMPORT & EXPORT CO. LTD.	DM000640797	Lismedfarm SRL
36 - 16289	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, S	Bucată	113500		0.282	0.3384	32007	38408.4	Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, L REF: GLVPPS Nr. de înregistrare	China	HUZHOU JUNDA IMPORT & EXPORT CO. LTD.	DM000640798	Lismedfarm SRL



								AMDM: Neînregistrat				
37 - 16289	Mănuși pentru examinare, latex, netede, cu pudră, Nesterile, M	Bucată	1676900					Manusi nesterile latex cu pudra M (Codul produsului: LX01) (Numar de inregistrare: DM000275204)	Thailand	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	DM000275204	Dita EstFarm SRL
38 - 16289	Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac $\geq$ 29G	Bucată	531010	0.334	0.3607	560084.6	604857.83	Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac 30 G x 1/2 REF: SN01 Nr. de înregistrare AMDM: DM000154790	China	ANJI SPENQ INDUSTRIA L CO., LTD.	DM000154790	Lismedfarm SRL
39 - 16289	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1 1/2, sterila	Bucată	6441186	0.4858	0.5247	3129128.159	3379690.294	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 21Gx1 1/2, sterila ref.SN- SYL-1021	china	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.	DM000507782	Tetis International SRL
40 - 16289	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1 1/2, sterila	Bucată	2200240	0.4858	0.5247	1068876.592	1154465.928	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 22Gx1 1/2, sterila ref.SN- SYL-1022	china	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.	DM000507782	Tetis International SRL
41 - 16289	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1 1/2, sterila,	Bucată	1447117	0.795	0.8586	1150458.015	1242494.656	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 20Gx1 1/2, sterila, ref.SN- SYL-2022	china	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.	DM000507782	Tetis International SRL
42 - 16289	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1 1/2, sterila,	Bucată	1392784	0.795	0.8586	1107263.28	1195844.342	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 21Gx1 1/2,	china	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.	DM000507782	Tetis International SRL

								sterila, ref.SN-SYL-2021				
43 - 16289	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, sterila	Bucată	5413840	0.32	0.3456	1732428.8	1871023.104	Seringa, cu ac, 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, sterila ref.SN-SYL-0223	china	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.	DM000507782	Tetis International SRL
44 - 16289	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼, sterila,	Bucată	3134960	0.32	0.3456	1003187.2	1083442.176	Seringa, cu ac, 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼, sterila, ref.SN-SYL-0323	china	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.	DM000507782	Tetis International SRL
45 - 16289	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼, sterila,	Bucată	7496064	0.324	0.3499	2428724.736	2622872.794	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1¼, sterila, ref.SN-SYL-0522	china	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.	DM000507782	Tetis International SRL
46 - 16289	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1½, sterila	Bucată	4835210	0.324	0.3499	1566608.04	1691839.979	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1½, sterila ref.SN-SYL-0622	china	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.	DM000507782	Tetis International SRL
47 - 16289	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	Bucată	3471221	1.29	1.548	4477875.09	5373450.108	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, Ltub-150cm ref.SN-IFR1521	china	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.	DM000507783	Tetis International SRL
49 - 16289	Sisteme de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer	Bucată	260860	2.8697	3.4436	748589.942	898297.496	Sistem p/u transfuzie 18Gx1 1/2" (Codul produsului: BT-1) (Numar de inregistrare: DM000317110)	China	Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd	DM000317110	Dita EstFarm SRL
50 - 16289	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2	Metru	1886045	3.8547	4.1631	7270137.662	7851793.94	90cm x 90metri: REF: AM-GR90-90-24A 90cm x 1metru:	China	Allmed Medical Products Co.,Ltd.	DM000396698 DM000396699 DM000396700 DM000396701 DM000396702	Imunotehnomed SRL

								AM-GR90-90-24A1 90cm x 2metri: AM-GR90-90-24A2 90cm x 5metri: AM-GR90-90-24A5 90cm x 10metri: AM-GR90-90-24A10 90cm x 20metri: AM-GR90-90-24A20 90cm x 50metri: AM-GR90-90-24A50 90cm x 100metri: AM-GR90-90-24A			DM000396703 DM000396704 DM000396705	
51 - 16289	Vată medicală nesterilă, 100g	Bucată	<b>126,101.00</b>					Vată hidrofila nesterilă uz medicinal Tip B 100 g (Codul produsului: n/a) (Numar de inregistrare: DM000285277)	România	SPD Star	DM000285277	Dita EstFarm SRL
52 - 16289	Vată medicală, nesterilă, 200-250g	grame	<b>6,715,000.00</b>	5.5452	5.9888	699255.2652	755193.6688	Vată hidrofila nesterilă uz medicinal Tip B 250 g (Codul produsului: n/a) (Numar de inregistrare: DM000285278)	România	SPD Star	DM000285278	Dita EstFarm SRL
53 - 16289	Vată medicală, nesterilă, 50-70g	grame	<b>7,142,450.00</b>	0.06	0.0648	428547	462830.76	Vată hidrofila nesterilă uz medicinal Tip B 70 g (Codul produsului: n/a)	România	SPD Star	DM000285276	Dita EstFarm SRL

### Ofertanții respinși/descalificați:

1. Oferta operatorului economic **Farmina SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

- Lotul nr. 1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m<sup>2</sup> – La evaluarea mostrelor s-a depistat că țesătura feșii permite desprinderea de fire libere pe margini, ceea ce poate crea complicații în cazul pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului. Au fost observate de asemenea și defecte de țesătură.

Totodată în urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constatat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 22, dar s-au oferit mostre cu 14.6 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 98 fire, pe bățatură: 48 fire);

- Lotul nr. 2 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m<sup>2</sup> – La evaluarea mostrelor s-a depistat că țesătura feșii permite desprinderea de fire libere pe margini, ceea ce poate crea complicații în cazul pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului. Au fost observate de asemenea și defecte de țesătură. Totodată în urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constatat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 22, dar s-au oferit mostre cu 15.2 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 100 fire, pe bățatură: 52 fire); Densitatea s-a solicitat minim 32g/m<sup>2</sup>, dar au fost oferite mostre cu densitatea 29,9 g/m<sup>2</sup>.

- Lotul nr. 3 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m<sup>2</sup> – La evaluarea mostrelor s-a depistat că țesătura feșii permite desprinderea de fire libere pe margini, ceea ce poate crea complicații în cazul pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului. Au fost observate de asemenea și defecte de țesătură. Totodată în urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constatat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 22, dar s-au oferit mostre cu 15.4 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 102 fire, pe bățatură: 52 fire);

- Lotul nr. 4 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m<sup>2</sup> – La evaluarea mostrelor s-a depistat că țesătura feșii permite desprinderea de fire libere pe margini, ceea ce poate crea complicații în cazul pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului. Au fost observate de asemenea și defecte de țesătură. Totodată în urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constatat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 22, dar s-au oferit mostre cu 15.2 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 102 fire, pe bățatură: 50 fire);

- Lotul nr. 50 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m<sup>2</sup> – În urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 24, dar s-au oferit mostre cu 15.7 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 106 fire, pe bătătură: 51 fire).

2. Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

- Lotul nr. 1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m<sup>2</sup> – În urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 22, dar s-au oferit mostre cu 18.5 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 122 fire, pe bătătură: 63 fire);

- Lotul nr. 3 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m<sup>2</sup> – La evaluarea mostrelor s-a depistat că țesătura feșii permite desprinderea de fire libere pe margini, ceea ce poate crea complicații în cazul pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului. Au fost observate de asemenea și defecte de țesătură. Totodată în urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 22, dar s-au oferit mostre cu 18.4 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 122 fire, pe bătătură: 62 fire);

- Lotul nr. 50 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m<sup>2</sup> – În urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 24, dar s-au oferit mostre cu 17.4 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 104 fire, pe bătătură: 70 fire).

3. Oferta operatorului economic **Lismedfarm SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

- Lotul nr. 25 Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 9 – oferta se descalifică în conformitate cu pct.16.13 din anunțul de participare, și anume nu au fost prezentate mostrele în termen de 10 zile de la data deschiderii ( Mostrele prezentate înainte de termenul-limită de deschidere a ofertelor sau prezentate cu întârziere (după 10 zile) nu vor fi acceptate, iar neprezentarea mostrelor va constitui temei de descalificare a ofertei.).

- Lotul nr. 48 Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm (fără manson) - În fișa tehnică prezentată la solicitarea autorității contractante, specificația tehnică diferă de poza produsului la tipul acului, se solicită Luer-Slip, iar în poza este indicat Luer-Lock.

La verificarea mostrelor s-a depistat că pe același produs sunt indicate 2 date diferite atât de fabricare, cât și de ambalare.

Modelul care se regăsește alipit pe mostră, nu oferă încrederea necesară că același produs ca calitate va fi oferit la livrare, pentru că lipsa unor detalii strict necesare pentru a identifica produsul face imposibilă evaluarea obiectivă a mostrelor prezentate.

- Lotul nr. 49      Sisteme de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer - Lungimea tubului mostrei constituie 152 cm, s-a solicitat minim 155 cm. Totodată de menționat faptul că cele 2 produse oferite ca mostră, au tipuri diferite de ace, unul este Luer-Slip, iar la altul Luer-Lock.

- Lotul nr. 50      Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m<sup>2</sup> –În urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 24, dar s-au oferit mostre cu 16.0 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 100 fire, pe bătătură: 60 fire). Densitatea s-a solicitat minim 32g/m<sup>2</sup>, dar au fost oferite mostre cu densitatea 23,4 g/m<sup>2</sup>.

4. Oferta operatorului economic **M-Inter-Farma SA** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

- Lotul nr. 50      Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m<sup>2</sup> –În urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 24, dar s-au oferit mostre cu 15.4 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 100 fire, pe bătătură: 54 fire).

5. Oferta operatorului economic **Barmed SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

- Lotul nr. 50      Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m<sup>2</sup> –În urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că numărul de fire nu corespunde cu cel solicitat în documentația standard, unde s-a solicitat - numărul de fire pe cm<sup>2</sup> minim 24, dar s-au oferit mostre cu 16.0 fire pe cm<sup>2</sup> (Numărul de fire pe 100mm: pe urzeală 100 fire, pe bătătură: 60 fire). Totodată s-a solicitat hidrofilie pînă la 10 sec., dar la testare s-a depistat hidrofilia de 240 secunde.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și vor fi semnate începând cu data de **10.10.2023**.

/Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

**Gheorghe GORCEAG**

*OPERATORI ECONOMICI:*

*AELO GRUP SRL*

*BARAMED SRL*

*Becor SRL*

*Dita EstFarm SRL*

*Farmina SRL*

*Imunotehnomed SRL*

*Lismedfarm SRL*

*Medeferent Grup SRL*

*M-Inter-Farma SA*

*Natusana SRL*

*Pharmony SRL*

*Tetis International SRL*

*Triumf-Motiv SRL*