

**Specificații tehnice (F4.1)**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

**Numărul licitației:** LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1615540708684

Data: „18” aprilie 2021

Alternativa nr.:

**Denumirea licitației:** Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021

Lot: 5;6;7;8;11;12;13;14;15;16;17;18

Pagina: 1 din 10

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 00-1	1	Lotul nr.1 Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 0,7$ ml/orș mm Hg	Lotul nr.1 Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 0,7$ ml/orș mm Hg				1.1. Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 0,2 m2 Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție $\geq 2$ ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, $\gamma$ , $\beta$ și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF $\geq 0,7$ ml/oră Volumul de umplere $\leq 18$ ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea $\geq 76$ 2 creatinina $\geq 64$ 3 fosfați $\geq 57$ 4 vitamina B-12 $\geq 20$		
33100 00-1	2	Lotul nr.2 Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 1,7$ ml/orș mm Hg	Lotul nr.2 Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 1,7$ ml/orș mm Hg				Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 0,4 m2 Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție $\geq 2$ ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, $\gamma$ , $\beta$ și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF $\geq 1,7$ ml/oră Volumul de umplere $\leq 28$ ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea $\geq 125$ 2 creatinina $\geq 95$ 3 fosfați $\geq 50$ 4 vitamina B-12 $\geq 20$		
33100 00-2	3	Lotul nr.3 Dializator suprafața 0,7 m-2. Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 2,8$ ml/orș mm Hg	Lotul nr.3 Dializator suprafața 0,7 m-2. Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 2,8$ ml/orș mm Hg				Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 0,7 m2 Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție $\geq 2$ ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, $\gamma$ , $\beta$ și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF $\geq 2,8$ ml/oră Volumul de umplere $\leq 42$ m Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea $\geq 155$ 2 creatinina $\geq 128$ 3 fosfați $\geq 78$ 4 vitamina B-12 $\geq 32$		

33100 00-3	4	Lotul nr.4 Dializator, suprafața 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 6,0$ ml/oră mm Hg;	Lotul nr.4 Dializator, suprafața 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 6,0$ ml/oră mm Hg;				<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,0 m-2.</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție <math>\geq 2</math> ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, <math>\gamma</math>, <math>\beta</math> și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF <math>\geq 6</math> ml/oră</p> <p>Volumul de umplere <math>\leq 70</math> ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>Nr Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureea <math>\geq 168</math></p> <p>2 creatinina <math>\geq 147</math></p>		
	5	Lotul nr.5 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg	Lotul nr.5 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg	Hollow Fiber Dialyzer F14	China	Weihai Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m-2.</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție <math>\geq 2</math> ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, <math>\gamma</math>, <math>\beta</math> și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF <math>\geq 9</math> ml/oră</p> <p>Volumul de umplere <math>\leq 90</math> ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>Nr Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureea <math>\geq 185</math></p> <p>2 creatinina <math>\geq 172</math></p> <p>3 fosfați <math>\geq 135</math></p> <p>4 vitamina B-12 <math>\geq 75</math></p>	<p>Yes.Hollow Fiber Dialyzer F14</p> <p>1.International Certification:EC and ISO13485 - Yes,Refer to the CE and ISO13485;</p> <p>2.Compatibility with devices in use - Yes, refer to the page 2 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>3.Warranty term <math>\geq 2</math> years - Yes, refer to the page 2 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>4.Vapor sterilization, ethylene oxide, <math>\gamma</math>, <math>\beta</math> and other irradiation methods - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>5.Fully synthetic membrane - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>6.UF coefficient <math>\geq 10</math> ml / hour - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>7.Filling volume <math>\leq 100</math> ml - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>8.Specific requirements Nr Clearance Unit , ml / min - Yes, refer to the first page of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer": urea <math>\geq 182</math> creatinine <math>\geq 168</math> phosphates <math>\geq 130</math> Vitamin B-12 <math>\geq 67</math></p>	ISO;CE
	6	Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 10,0$ ml/oră mm Hg	Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 10,0$ ml/oră mm Hg	Hollow Fiber Dialyzer F16	China	Weihai Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m-2</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție <math>\geq 2</math> ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, <math>\gamma</math>, <math>\beta</math> și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF <math>\geq 10</math> ml/oră</p> <p>Volumul de umplere <math>\leq 100</math> ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>Nr Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea <math>\geq 182</math></p> <p>2 creatinina <math>\geq 168</math></p> <p>3 fosfați <math>\geq 130</math></p> <p>4 vitamina B-12 <math>\geq 67</math></p>	<p>Yes.Hollow Fiber Dialyzer F16</p> <p>1.International Certification:EC and ISO13485 - Yes, refer to the CE and ISO13485;</p> <p>2.Compatibility with devices in use - Yes, refer to the page 2 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>3.Warranty term <math>\geq 2</math> years - Yes, refer to the page 2 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>4.Vapor sterilization, ethylene oxide, <math>\gamma</math>, <math>\beta</math> and other irradiation methods - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>5.Fully synthetic membrane - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>6.UF coefficient <math>\geq 10</math> ml / hour - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>7.Filling volume <math>\leq 100</math> ml - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>8.Specific requirements Nr Clearance Unit , ml / min - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer": urea <math>\geq 182</math> creatinine <math>\geq 168</math> phosphates <math>\geq 130</math> Vitamin B-12 <math>\geq 67</math></p>	ISO;CE

7	Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Hollow Fiber Dialyzer F18	China	Weihai Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m-2.</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥12 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 110 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 186</p> <p>2 creatinina ≥ 173</p> <p>3 fosfați ≥ 154</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 95</p>	<p>Yes, Hollow Fiber Dialyzer F18</p> <p>1. International Certification: EC and ISO13485 - Yes, refer to the CE and ISO13485;</p> <p>2. Compatibility with devices in use - Yes, refer to the page 2 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>3. Warranty term ≥ 2 years - Yes, refer to the second page of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>4. Vapor sterilization, ethylene oxide, γ, β and other irradiation methods - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>5. Fully synthetic membrane - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>6. UF coefficient ≥ 12 ml / hour - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>7. Filling volume ≤ 110 ml - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer";</p> <p>8. Specific requirements № Clearance Unit , ml / min - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS-Low Flux Series Hollow fiber dialyzer": urea ≥ 186 creatinine ≥ 173 phosphates ≥ 154 Vitamin B-12 ≥ 95</p>	ISO;CE
8	Lotul nr.8 (2) Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	Lotul nr.8 (2) Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	JRHLL B05	China	Weihai Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>4. Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sânge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Camăra de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Camăra de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml.</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	<p>Yes, Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment JRHLL B05</p> <p>1. International Certification (EC or FDA or EMEA, ISO13485) - Yes, refer to the CE and ISO13485;</p> <p>2. Compatibility with devices in use - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>3. Warranty term ≥ 2 years - Yes, refer to the page 1 of the INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment;</p> <p>4. Supplying in set of vein and artery + needle for natrium chloridum connectivity - Yes, refer to the page 1 of the INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment;</p> <p>5. Arterial air captivity chamber - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>6. Venous air captivity chamber - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>7. Clamps on arterial and venous segments - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>8. Segment for connectivity/monitoring of arterial/venous tension with double membrane with specific color marking - Yes, refer to the page 1 of the INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment;</p> <p>9. Line for automatic heparinization - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>10. Atraumatic construction of the injection port with filling membrane - Yes, refer to the page 2 of the CATALOGUE: 5 Extracorporeal blood circuit for blood purification equipment-EN;</p> <p>11. Specific requirements: 1 Pump segment length (tube) 350 mm ± 5 mm - Yes, refer to the "Design of Blood Line"; 2 Pump segment (tube) diameter 8 mm - Yes, refer to the page 2 of the</p>	ISO;CE

9	Lotul nr.9 (3.1.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrie (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml	Lotul nr.9 (3.1.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrie (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml			<p>5. Cerințe tehnico-medicele pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrie (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrie 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrie ≤ 56</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>		
10	Lotul nr.10 ( 3.2.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrie (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml	Lotul nr.10 ( 3.2.)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrie (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml			<p>5. Cerințe tehnico-medicele pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrie (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrie 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrie ≤ 117</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>		

11	Lotul nr.11 (4)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog)	Lotul nr.11 (4)Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog)	JRHLL B05	China	Weihai Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)</p> <p>Cerințe generale și specifice</p> <p>1 Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>3 Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>4 Livrare în set (arteră/venă) Da</p> <p>5 Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da</p> <p>6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da</p> <p>7 Pungă de colectare de 2 litri Da</p> <p>8 Post-diluare Da</p> <p>9 Port de injecție fără conținut de latex Da</p> <p>10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70</p> <p>11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8</p> <p>12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8</p> <p>13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5</p> <p>14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22</p>	<p>Yes, Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment JRHLL B05</p> <p>1.International Certification (EC or FDA or EMEA, ISO13485) - Yes, refer to the CE and ISO13485;</p> <p>2.Compatibility with devices in use - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>3.Warranty term ≥ 2 years - Yes, refer to the page 1 of the INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment;</p> <p>4.Supplying in set of vein and artery + needle for natrium chloridum connectivity - Yes, refer to the page 1 of the INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment;</p> <p>5. Arterial air captivity chamber - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>6.Venous air captivity chamber - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>7.Clamps on arterial and venous segments - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>8.Segment for connectivity/monitoring of arterial/venous tension with double membrane with specific color marking - Yes, refer to the page 1 of the INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment;</p> <p>9.Line for automatic heparinization - Yes, refer to the page 1 of the "INSTRUCTIONS Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment";</p> <p>10.Atraumatic construction of the injection port with filling membrane - Yes, refer to the page 2 of the CATALOGUE: 5 Extracorporeal blood circuit for blood purification equipment-EN;</p> <p>11.Specific requirements:</p> <p>1 Pump segment length (tube) 350 mm ± 5 mm - Yes, refer to the "Design of Blood Line";</p> <p>2 Pump segment (tube) diameter 8 mm - Yes, refer to the page 2 of the</p>	ISO;CE
12	Lotul nr.12 Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	Lotul nr.12 Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	A.V. Fistula Needle Sets 1.6x25XD	China	Weihai Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>4</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <p>– diametrul acului 1,6 mm</p> <p>– lungimea acului 25 mm</p> <p>– lungimea tubului 150 mm</p>	<p>Yes, A.V. Fistula Needle Sets 1.6x25XD</p> <p>1.International Certification (EC or FDA or EMEA, ISO13485) - yes, refer to the CE and ISO13485;</p> <p>2.Compatibility with devices in use - Yes, refer to the page 2 of the "INSTRUCTIONS-A.V. Fistula Needle Sets";</p> <p>3.Warranty term ≥ 3 years - Yes, refer to the page 3 of the "INSTRUCTIONS-A.V. Fistula Needle Sets";</p> <p>4.Color / artery / vein color matching - Yes, refer to the page 2 of the catalogue:6 Fistula Needle Sets -RU;</p> <p>5.Specific requirements № Requirement Unit of measurement - Yes, refer to the page 2 of the catalogue:6 Fistula Needle Sets -RU</p> <p>1 Will have a lateral orifice (arterial)</p> <p>2 Will contain integrated clamps.</p> <p>3 They will contain "flyers" for 360° rotation.</p> <p>4 They will have the following parameters:</p> <p>- 1.5 mm needle diameter</p> <p>- 25 mm needle length</p> <p>- 150 mm tube length</p>	ISO;CE
13	Lotul nr. 13 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	Lotul nr. 13 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	A.V. Fistula Needle Sets 1.6x25XD	China	Weihai Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <p>– diametrul acului 1,6 mm</p> <p>– lungimea acului 25 mm</p> <p>– lungimea tubului 150 mm</p>	<p>Yes, A.V. Fistula Needle Sets 1.6x25XD</p> <p>1.International Certification (EC or FDA or EMEA, ISO13485) - yes, refer to the CE and ISO13485;</p> <p>2.Compatibility with devices in use - Yes, refer to the page 2 of the "INSTRUCTIONS-A.V. Fistula Needle Sets";</p> <p>3.Warranty term ≥ 3 years - Yes, refer to the page 3 of the "INSTRUCTIONS-A.V. Fistula Needle Sets";</p> <p>4.Color / artery / vein color matching - Yes, refer to the page 2 of the catalogue:6 Fistula Needle Sets -RU;</p> <p>5.Specific requirements № Requirement Unit of measurement - Yes, refer to the page 2 of the catalogue:6 Fistula Needle Sets -RU</p> <p>1 Will have a lateral orifice (arterial)</p> <p>2 Will contain integrated clamps.</p> <p>3 They will contain "flyers" for 360° rotation.</p> <p>4 They will have the following parameters:</p> <p>- 1.5 mm needle diameter</p> <p>- 25 mm needle length</p> <p>- 150 mm tube length</p>	ISO;CE

14	Lotul nr. 14 Ac pentru puncție, artera (fistuline), 17 G, bucăți	Lotul nr. 14 Ac pentru puncție, artera (fistuline), 17 G, bucăți	A.V. Fistula Needle Sets 1.7x25XD	China	Weihai Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 17G</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>4</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– diametrul acului 1,5 mm</li> <li>– lungimea acului 25 mm</li> <li>– lungimea tubului 150 mm.</li> </ul>	Yes, A.V. Fistula Needle Sets 1.7x25XD	ISO;CE
15	Lotul nr. 15 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17 G, bucăți	Lotul nr. 15 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17 G, bucăți	A.V. Fistula Needle Sets 1.7x25XD	China	Weihai Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>. Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 17G</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3 Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– diametrul acului 1,5 mm</li> <li>– lungimea acului 25 mm</li> <li>– lungimea tubului 150 mm.</li> </ul>	Yes, A.V. Fistula Needle Sets 1.7x25XD	ISO;CE
16	Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)	Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)	Concentrat acid SW139A 10 litri	Germania	Bbraun Avitum AG	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare</p> <p>2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)</p> <p>Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame</p>	Catalog_BBraun_consumabile_accesorii_dializa, pagina 27,28,29	ISO;CE

17	Lotul nr.17 (10.4) Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun)	Lotul nr.17 (10.4) Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun)	Sol-Cart B 760 g	Germania	Bbraun Avitum AG	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare</p> <p>2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)</p> <p>Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame</p>	Catalog_BBraun_consumabile_accesorii_dializa, pagina 33	ISO;CE
18	Lotul nr. 18 (12.1) Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acide Citric, 50%-10 litri, canistre	Lotul nr. 18 (12.1) Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acide Citric, 50%-10 litri, canistre	Soluție Acid Citric 50%	Germania	Bbraun Avitum AG	<p>Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 5, 10 litri *</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare Dezinfecție termică și chimică a aparatajului</p> <p>Cerințe speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură Corespunde</p> <p>1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*</p>	Catalog_BBraun_consumabile_accesorii_dializa, pagina 34	ISO;CE
19	Lotul nr.19 (14.1) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;	Lotul nr.19 (14.1) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;				<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 11-12 F</p> <p>Lungimea 200 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm</p> <p>Dilatator 12/11 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.</p>		
20	Lotul nr. 20 (14.2) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm;	Lotul nr. 20 (14.2) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm;				<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 6,5 F</p> <p>Lungimea 100 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm</p> <p>Dilatator 7/8 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.</p>		

21	Lotul nr. 21 (14.3) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;	Lotul nr. 21 (14.3) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție <math>\geq 2</math> ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 6,5 F</p> <p>Lungimea 120 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 19 G <math>\varnothing 0,9 \times 70</math> mm</p> <p>Ghid metallic de securitate <math>\varnothing 0,27 \times \geq 600</math> mm</p> <p>Dilatator 7/8 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin <math>\geq 100</math> ml/min.</p>		
22	Lotul nr. 22 (14.4) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm;	Lotul nr. 22 (14.4) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție <math>\geq 2</math> ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 100 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G <math>\varnothing 1,0 \times 70</math> mm</p> <p>Ghid metallic de securitate <math>\varnothing 0,35 \times \geq 600</math> mm</p> <p>Dilatator 8/10 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin <math>\geq 150</math> ml/min.</p>		
23	Lotul nr. 23 (14.5) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm;	Lotul nr. 23 (14.5) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție <math>\geq 5</math> ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 120 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G <math>\varnothing 1,0 \times 70</math> mm</p> <p>Ghid metallic de securitate <math>\varnothing 0,35 \times \geq 600</math> mm</p> <p>Dilatator 8/10 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin <math>\geq 150</math> ml/min.</p>		



24	Lotul nr. 24 (14.6) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm;	Lotul nr. 24 (14.6) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție <math>\geq 5</math> ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 150 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G <math>\varnothing 1,0 \times 70</math> mm</p> <p>Ghid metalic de securitate <math>\varnothing 0,35 \times \geq 600</math> mm</p> <p>Dilatator 8/10 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin <math>\geq 150</math> ml/min.</p>		
25	Lotul nr. 25 (14.7) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, "long life - termen lung", 7,0 F, L-160 mm;	Lotul nr. 25 (14.7) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, "long life - termen lung", 7,0 F, L-160 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe "termen lung" (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție <math>\geq 2</math> ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, forma pre-curbată pentru vena jugulară, inclusiv: ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 7 F</p> <p>Lungimea 160 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G <math>\varnothing 1,0 \times 70</math> mm</p> <p>Ghid metalic de securitate J 0,025" <math>\times \geq 450</math> mm</p> <p>Dilatator 2</p> <p>Viteza fluxului sangvin <math>\geq 150</math> ml/min.</p> <p>Teacă de introducere 1</p> <p>Tunelizator 1</p> <p>Seringă 5 ml 1</p> <p>Bisturiu-lamă, 11 cm 1</p> <p>Injection caps 2</p> <p>Dispozitiv de fixare a cateterului 1</p> <p>Autocolant de identificare a pacientului 1</p>		

26	Lotul nr.26 (14.8) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, "long life - termen lung", 8,0 F, L-180 mm;	Lotul nr.26 (14.8) Cateter Dublu Lumen, set pediatric, "long life - termen lung", 8,0 F, L-180 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe "termen lung" (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, forma pre-curbată pentru vena jugulară, inclusiv: ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 180 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate J 0,032" x ≥600 mm</p> <p>Dilatator 2</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.</p> <p>Teacă de introducere 1</p> <p>Tunelizator 1</p> <p>Seringă 5 ml 1</p> <p>Bisturiu-lamă, 11 cm 1</p> <p>Injection caps 2</p> <p>Dispozitiv de fixare a cateterului 1</p> <p>Autocolant de identificare a pacientului 1</p>		
27	Lotul nr.27 (14.9) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm;	Lotul nr.27 (14.9) Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm;			<p>. Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe "termen lung" (set vîrstnici)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 15,0 F</p> <p>Lungimea 240-280 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm)</p> <p>Dilatatoare 12 și 14 F</p> <p>Dilatator de tip „PeelAway” 16 F</p> <p>Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1</p> <p>Tunelizator 1</p> <p>Seringă 5 ml 1</p> <p>Bisturiu-lamă, 11 cm 1</p> <p>Injection caps 2</p>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Sarco** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Pharmony**" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble, 149A