

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21038614	Data: 28 mai 2021	Alternativa nr: ----
Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară)	Lot: 4	Pagina: 1-4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
331000-1	4	"Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 100L"	"Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 100L"	MELAtherm 10	Germania	Melag	"Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 100L Descriere ""Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel"" Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților da Volumul camerei 90L ± 10L Carcasa exterioră din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent da Pompa de apă, internă da Pompa de aer, internă da Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C da Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului da Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor da Numărul de uși 1 unitate Iluminare internă a camerei da	"Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 84 L Descriere ""Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel"" Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților da Volumul camerei 84 Litri Carcasa exterioră din oțel inoxidabil Camera de spălare construită din oțel inoxidabil Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent da Pompa de apă, internă da Pompa de aer, internă da Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C da Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului da Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor da Numărul de uși 1 unitate Iluminare internă a camerei- nu Programe de dezinfecție implicite -4 Ecran LCD, color da	ISO, CE

						Programe de dezinfectie implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color da Afişare ecran: indicarea ciclului, mesaj text şi reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului da Limbajul interfeţei şi meniului română şi rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfectie da Buton de anulare a alarmelor şi stopare a programului da Imprimantă termică, integrată da Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului da Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului da Braţe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unităţi Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă da ""Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant şi detergent în interiorul canistrelor"" da Alarmer sonore şi vizuale Alarmer cu afişarea codului şi descrierei complete a problemei cât şi acţiunilor de remediere da Alarma de finalizare a ciclului da Tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz Accesorii şi consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu maşina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana şi sistem de monitorizare a calităţii apei. da Suport pentru maşina de spălat 1 buc. Rafturi de încărcare 2 buc. Coşuri pentru instrumente min. 5	Afişare ecran: indicarea ciclului, mesaj text şi reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului da Limbajul interfeţei şi meniului rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfectie -nu Buton de anulare a alarmelor şi stopare a programului da Imprimantă cu cerneală, nu este integrată-MELAprint 42 Temperatura de uscare 80 grade Filtrarea aerului HEPA filtru 3 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului da-maşina lucrează cu 3 soluţii spălare, clătire şi neutralizare, pentru fiecare există pompă separată 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului da Braţe rotative pentru jetul de apă 2 unităţi Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a 1senzor de temperatură electronice de precizie înaltă da ""Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant şi detergent în interiorul canistrelor"" da Alarmer sonore şi vizuale-da Alarmer cu afişarea codului şi descrierei complete a problemei-da acţiunilor de remediere da sunt descriese în manualul tehnic de utilizare Alarma de finalizare a ciclului da Tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz Accesorii şi consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu maşina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana şi sistem de monitorizare a calităţii apei. da-MELAdem 53C	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

						Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri HEPA Filtru min 5 buc. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit."	Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Rafturi de încărcare 1 buc. Coșuri pentru instrumente min. 5 Hîrtie imprimantă 30 buc. Soluție pentru spălarea instrumentelor chirurgicale , volum 5L, pentru min. 100 cicluri Soluție pentru neutralizat volum 5L, pentru min. 100 cicluri Soluție pentru clătit instrumente chirurgicale -2 ambalaje a câte 940ml. HEPA Filtru 5 buc. Dispozitivul este înregistrat în Registrul de Stat al agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale AMDM." Setul oferit este compus din: Mașina pentru spălat instrumente chirurgicale-1buc cartela de memorie-1 buc coșul de bază cu încă 5 coșuri, total 6 buc. suport pentru mașină-1 buc adapter pentru a face legătura dintre imprimantă și mașină-1 buc. filtre HEPA 5 buc. hârtie 30 rulouri imprimantă- 1 buc. soluții pentru spălare (5L), clătire (2L)și neutralizare (5L) sistem de osmoză inversă compatibil cu mașina de spălat-1 buc.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat electronic

Numele : **Moldoveanu Ruxanda**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **POLISANO PRIM SRL**

Adresa juridică: **or.Codru, str.Costiujeni 6/2**

Adresa poștală: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 3/18**

Data: „**24**” mai 2021

MD-2019
Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Testemițanu 3/18
email: directorcomercial@polisanoprim.md
tel/fax: +373 28 57 99