

Specificații tehnice									
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1747658012861/21420327 din 19.05.2025 conform SIA RSAP					Data: „__” _____ 20__	
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)						Alternativ a nr.: _____
								Pagina: __din __	
Cod	Nr.	Denumire	Denumirea	Modelul	Țara de	Produ-	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standard
33100 000-1	2	Autoclav 26- 40L	Autoclav 26- 40L	BKM- Z23B(220V)	China	Biobase	Cod 270120 Descriere: Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. ParametrulSpecificația Clasa autoclavuluiClasa B Construcția interioarăcamera de sterilizare din oțel inox Exteriormetalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzireobligatoriu Securitate la suprapresiuneobligatoriu Alarmealăcustică vizuală Durata sterilizării reglabilăobligatoriu ControlMicroprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizareobligatoriu Suprafața exterioara să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru doritobligatoriu Imprimantăobligatoriu Afișajălfanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuumobligatoriu Pre și post vacuumselectabil Sistem de uscareobligatoriu Facilități de setarețimp temperatura eliberare automată a vaporilor imprimare a rezultatelor răcire rapidă Volum interior26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tăvi Regimuri de sterilizareminim 4 regimuri Temperatura de sterilizare121°C, 134°C Gama de temperaturădiapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date: data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apămin. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Cod 270120 Descriere: Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. ParametrulSpecificația Clasa autoclavuluiClasa B Construcția interioarăcamera de sterilizare din oțel inox Exteriormetalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzireobligatoriu Securitate la suprapresiuneobligatoriu Alarmealăcustică vizuală Durata sterilizării reglabilăobligatoriu ControlMicroprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizareobligatoriu Suprafața exterioara să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru doritobligatoriu Imprimantăobligatoriu Afișajălfanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuumobligatoriu Pre și post vacuumselectabil Sistem de uscareobligatoriu Facilități de setarețimp temperatura eliberare automată a vaporilor imprimare a rezultatelor răcire rapidă Volum interior26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tăvi Regimuri de sterilizareminim 4 regimuri Temperatura de sterilizare121°C, 134°C Gama de temperaturădiapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date: data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apămin. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	CE ISO

33100 000-1	4	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	BKC- TL4B(220 V)	China	Biobase	Cod 150920 Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. ParametrulSpecificația Viteza de rotație: Minimală, rpmReglabilă Maximală, rpm3500 SetăriSetarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilorTuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi24 unități Timer: Diapazon minim de timp1 - ≥ 60 min Incrementarea1 min SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiObligatoriu Indicatori: Indicatori vizual și acusticObligatoriu DebalansareObligatoriu Pornire/oprireObligatoriu Capac deschis Obligatoriu DisplayDigitalObligatoriu Nivelul de zgomot65 dBObligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor în vigoare Obligatoriu.	Cod 150920 Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. ParametrulSpecificația Viteza de rotație: Minimală, rpmReglabilă Maximală, rpm3500 SetăriSetarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilorTuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi24 unități Timer: Diapazon minim de timp1 - ≥ 60 min Incrementarea1 min SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiObligatoriu Indicatori: Indicatori vizual și acusticObligatoriu DebalansareObligatoriu Pornire/oprireObligatoriu Capac deschis Obligatoriu DisplayDigitalObligatoriu Nivelul de zgomot65 dBObligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor în vigoare Obligatoriu.	CE ISO
33100 000-1	8	Centrifugă de laborator (32 tuburi)	Centrifugă de laborator (32 tuburi)	BKC- TL5B(220 V) + Swing Rotor 32*10/15 ml	China	Biobase	Cod 150930 Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. ParametrulSpecificația Viteza de rotație: Minimală, rpmReglabilă Maximală, rpm3500 SetăriSetarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilorTuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi32 unități Timer: Diapazon minim de timp1 - ≥60 min Incrementarea1 min SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiObligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acusticObligatoriu DebalansareObligatoriu Pornire/oprireObligatoriu Capac deschis Obligatoriu DisplayDigitalObligatoriu Nivelul de zgomot65 dBObligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor și standardelor în vigoare Obligatoriu.	Cod 150930 Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. ParametrulSpecificația Viteza de rotație: Minimală, rpmReglabilă Maximală, rpm3500 SetăriSetarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilorTuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi32 unități Timer: Diapazon minim de timp1 - ≥60 min Incrementarea1 min SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiObligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acusticObligatoriu DebalansareObligatoriu Pornire/oprireObligatoriu Capac deschis Obligatoriu DisplayDigitalObligatoriu Nivelul de zgomot65 dBObligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor și standardelor în vigoare Obligatoriu.	CE ISO

33100 000-1	14		Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redușă	BKC- TL4B(220 V)	China	Biobase	Cod150950 DescriereCentrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. ParametrulSpecificația Viteza de rotațieMinimală, rpm1000 Maximală, rpm3500 SetăriSetarea vitezei CapacitateaTipul tuburilorTuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi24 unitati TimerDiapazon minim de timp1 - ≥60 min Incrementarea1 min SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiobligatoriu IndicatoriIndicatorori vizual și acusticobligatoriu Debalansareobligatoriu Pornire/oprireobligatoriu Capac deschis obligatoriu DisplayDigitalobligatoriu Nivelul de zgomot≤ 65 dBobligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Cod150950 DescriereCentrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. ParametrulSpecificația Viteza de rotațieMinimală, rpm1000 Maximală, rpm3500 SetăriSetarea vitezei CapacitateaTipul tuburilorTuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi24 unitati TimerDiapazon minim de timp1 - ≥60 min Incrementarea1 min SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiobligatoriu IndicatoriIndicatorori vizual și acusticobligatoriu Debalansareobligatoriu Pornire/oprireobligatoriu Capac deschis obligatoriu DisplayDigitalobligatoriu Nivelul de zgomot≤ 65 dBobligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	CE ISO
----------------	----	--	--	------------------------	-------	---------	--	--	--------

Semnat:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]