

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1612167807161 / 21035562
Denumirea procedurii de achiziție:	Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2021
Perioada depunerii ofertei:	11 febr 2021, 10:00 - 22 febr 2021, 9:00

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
35	35.Capron chirurgical / steril împletit USP 2 (EP5)	Fără cod	Rep. Belarus	FIATOS	1.USP 2 (EP5); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit, nevopsit; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	1. USP 2 (EP5) ; 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, <u>împletit</u> , nevopsit; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	Declarația de coformitate , ISO
36	36.Capron chirurgical / steril împletit USP 1/0 (EP4)	Fără cod	Rep. Belarus	FIATOS	1.USP 1/0 (EP4); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit, nevopsit; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	1. USP 1/0 (EP4) ; 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit, nevopsit; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	Declarația de coformitate , ISO
37	37.Capron chirurgical / steril împletit USP 2/0 (EP3)	Fără cod	Rep. Belarus	FIATOS	1.USP 2/0 (EP3); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit, nevopsit; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	1. USP 2/0 (EP3) ; 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit, nevopsit; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	Declarația de coformitate , ISO

Iarovoi Petru,

Director

FPC SOGNO S.R.L.

mun. Chișinău, str. Academiei nr.2