

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781607520647/ 21634297 din 29/06/2026						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale (repetat)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 8						
Lot 8. Sistem de radiografie cu raze X mobil // Itaray XFM	XFM	Italia	Itaray	Documente obligatorii Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic Da Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice Da Cerințe generale Lucrarile de deservire vor include mentenanta preventiva, corectiva, diagnostica in caz de defectiuni. Da Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defectiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform cerintelor autoritatii contractante cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.) Da Lucrari de mentenanta necesar de efectuat: Verificare miscari mecanice, verificare tractare, verificare sistem de franare Verificari generale de functionare, verificare tub la sunete straine Verificare parametri dispozitiv, Calibrare tub si generator la necesitate Verificare functionare panou de comanda	-Documente obligatorii: Da, Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic Da, Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice -Cerințe generale Da, Lucrarile de deservire vor include mentenanta preventiva, corectiva, diagnostica in caz de defectiuni. Da, Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da, Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da, Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defectiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da, La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic. Da, Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform cerintelor autoritatii contractante cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da, Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.) Lucrari de mentenanta necesar de efectuat: -Verificare miscari mecanice, verificare tractare, verificare sistem de franare -Verificari generale de functionare, verificare tub la sunete straine -Verificare parametri dispozitiv, -Calibrare tub si generator la necesitate -Verificare functionare panou de comanda	CE, ISO, Training, AR
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion, În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011