

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724237204223 Din 21 august 2024
Obiectul de achiziției: Consumabile medicale (panou gaze med, consumabile Drager, containere p/u dezinfecție, pelicule radiologice) pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Panou de distribuție gaze medicale la patul pacientului	DK-2014	Germania	Schönn Medizintechnik GmbH	Parametrii tehnici necesari: Minim 2 prize de aer standard tip DIN Minim 2 prize O2 standard tip DIN Minim 6 prize electrice tip schuko Lungimea minim 120 mm Bare pentru accesorii minim Panoul urmează să fie instalat de ofertant pe perete, la conducta de aer, conducta de oxigen și electricitate. Transportarea până la locul instalării Termen de livrare maxim 30 zile Garanția produsului oferit minim 12 luni	Parametrii tehnici necesari: Minim 2 prize de aer standard tip DIN Minim 2 prize O2 standard tip DIN Minim 6 prize electrice tip schuko Lungimea minim 120 mm Bare pentru accesorii minim Panoul urmează să fie instalat de ofertant pe perete, la conducta de aer, conducta de oxigen și electricitate. Transportarea până la locul instalării Termen de livrare maxim 3	

					zile Garanția produsului oferit minim 12 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101