

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1727265959057 din 01.10.2024

Obiectul achiziției: Utilaj medical

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6		7
1	Pompă chimică de vid cu diafragmă și control manual de vacuumare	20721100 Chemistry diaphragm pump ME 1C + 20696843 Chemistry vacuum regulator valve unit	Germania	VACUUBRA ND GMBH + CO KG	Conform Caietului de sarcini	1. Pompă chimică de vid cu diafragmă și control manual de vacuumare Utilizare: crearea de vacuum Caracteristici: Pompă de vid cu diafragmă, cu vacuumare de minimum într-o treaptă. Viteza maximă de pompare minimum 0.7 m ³ /oră; Vacuumul final de minimum 100 mbar/75 torr; Diametrul duzei de admisie de 8-10 mm; Diametrul duzei de ieșire de 8-10 mm; Puterea nominală a motorului de minimum 0.04 kW; Viteza nominală a motorului la 50/60 Hz de minimum 1500/1800 rpm. Inzestrat cu unitate de supapă reglatoare de vid pentru pompe chimice, controlată manual, cu manometru analogic pentru pompe cu membrană cu duză pentru furtun de 10 mm Livrare și păstrare: conform recomandarilor producătorului	ISO

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau