

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1678355350253	Data: 24/03/2023	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:	Reagenți și consumabile de Laborator – sistem deschis pentru anul 2023		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
33100 000-1	6	Lot 6. Strip-test la troponin I în ser	Lot 6. Strip-test la troponin I în ser	Test Rapid Troponina I (Codul produsului:CCM-200)	Turcia	Chil Tibbi	Sensibilitatea 0,5 ng/rnl (98,5%), specifitatea 98,4% , precisitatea 98,5%	Sensibilitatea 0,5 ng/rnl (98,8%), specifitatea 98,9% , precisitatea 98,8%	Declaratie de conformitate CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23