



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Centrul de Sănătate nr.1 Orhei

adresa: 3501, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, str. Vasile Lupu, 127, or. Orhei

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1782219760626 din 13.07.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Reagenți de laborator sistem închis

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 09.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 8
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Centrul de Sănătate nr.1 Orhei

adresa: 3501, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, str. Vasile Lupu, 127, or. Orhei

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Reagenți de laborator sistem închis "

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocde-b3wdp1-MD-1782219760626 din 13.07.2026

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 12.08.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 09.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782219760626 din 13.07.2026								
Obiectul achiziției: Reagenți de laborator sistem închis								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Lot 1. Reagenți, calibratori și material de control p/u analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) (a.17 Ord MS nr.374), accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	ALT Alanine Aminotransferase	105-000814-A0 Alanine Aminotransferase	China	Mindray	Alanine Aminotransferase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 942	Alanine Aminotransferase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 942	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429593
1.2		AST Aspartate Aminotransferase	105-000815-A0 Aspartate Aminotransferase	China	Mindray	Aspartate Aminotransferase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 942	Aspartate Aminotransferase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 942	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429590
1.3		ALP Alkaline Phosphatase	105-000816-A0 Alkaline Phosphatase	China	Mindray	Alkaline Phosphatase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 942	Alkaline Phosphatase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 942	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429606
1.4		GGT Gamma-Glutamyl Transferase	105-000817-A0 Gamma-Glutamyl Transferase	China	Mindray	Gamma-Glutamyl Transferase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 942	Gamma-Glutamyl Transferase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 942	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429591
1.5		TP Total Protein Kit	105-000823-00 Total Protein Kit (Biuret Method)	China	Mindray	Total Protein Kit (Biuret Method), R: 4×40mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 1428	Total Protein Kit (Biuret Method), R: 4×40mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 1428	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429602
1.6		CREA(SOX) Creatinine	105-004614-A0 Creatinine	China	Mindray	Creatinine, R1: 2×27 mL + R2: 1×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 423	Creatinine, R1: 2×27 mL + R2: 1×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 423	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429623
1.7		UA Uric Acid	105-000848-A0 Uric Acid	China	Mindray	Uric Acid, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 804	Uric Acid, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 804	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429608
1.8		UREA Urea	105-000824-A0 Urea	China	Mindray	Urea, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 600	Urea, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 600	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429607
1.9		Glu-O Glucose(Glucose Oxidase)	105-000849-A0 Glucose(Glucose Oxidase)	China	Mindray	Glucose(Glucose Oxidase), R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 732	Glucose(Glucose Oxidase), R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 732	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429609
1.10		TC Total Cholesterol	105-000820-A0 Total Cholesterol	China	Mindray	Total Cholesterol, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 728	Total Cholesterol, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 728	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429605
1.11		TG Triglyceride	105-000821-A0 Triglyceride	China	Mindray	Triglyceride, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 728	Triglyceride, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 728	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429597
1.12		LDL-C Low-Density Lipoprotein-Cholesterol	105-000836-A0 Low-Density Lipoprotein-Cholesterol	China	Mindray	Low-Density Lipoprotein-Cholesterol, R1: 1×40 mL + R2: 1×14 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 227	Low-Density Lipoprotein-Cholesterol, R1: 1×40 mL + R2: 1×14 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 227	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429626
1.13		HDL-C High-Density Lipoprotein-Cholesterol	105-000835-A0 High-Density Lipoprotein-Cholesterol	China	Mindray	High-Density Lipoprotein-Cholesterol, R1: 1×40 mL + R2: 1×14 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 227	High-Density Lipoprotein-Cholesterol, R1: 1×40 mL + R2: 1×14 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativă investigată din set: 227	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429624

1.14	Ca Calcium	105-000825-A0 Calcium	China	Mindray	Calcium, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 728	Calcium, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 728	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429611
1.15	α-AMYAlpha-Amylase	105-000847-A0 Alpha-Amylase	China	Mindray	Alpha-Amylase, R1: 1×38 mL + R2: 1×10 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 242	Alpha-Amylase, R1: 1×38 mL + R2: 1×10 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 242	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429589
1.16	Fe Iron	105-002198-A0 Iron	China	Mindray	Iron, R1: 2×40 mL + R2: 1×16 mL + Calibrator: 1×1.5 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 483	Iron, R1: 2×40 mL + R2: 1×16 mL + Calibrator: 1×1.5 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 483	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429642
1.17	T-Bil(DSA) Bilirubin Total Kit (DSA Method)	105-000850-00 Bilirubin Total Kit (DSA Method)	China	Mindray	Bilirubin Total Kit (DSA Method), R1: 4×20mL + R2: 1×20mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 336	Bilirubin Total Kit (DSA Method), R1: 4×20mL + R2: 1×20mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 336	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429598
1.18	D-Bil(DSA) Bilirubin Direct Kit (DSA Method)	105-000851-00 Bilirubin Direct Kit (DSA Method)	China	Mindray	Bilirubin Direct Kit (DSA Method), R1: 4×20mL + R2: 1×20mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 411	Bilirubin Direct Kit (DSA Method), R1: 4×20mL + R2: 1×20mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 411	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429601
1.19	ALB Albumin	105-000822-A0 Albumin	China	Mindray	Albumin, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 964	Albumin, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 964	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429600
1.20	HbA1c (Twin test) Hemoglobin A1c	105-009338-A0 Hemoglobin A1c	China	Mindray	Hemoglobin A1c, R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL + R0: 3×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 329	Hemoglobin A1c, R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL + R0: 3×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 329	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429648
1.21	HbA1c Calibrator Kit	105-003680-A0 HbA1c Calibrator	China	Mindray	HbA1c Calibrator Kit, 2×1 mL, IVDR, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	HbA1c Calibrator Kit, 2×1 mL, IVDR, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429673
1.22	Multi Sera Calibrator	105-001144-A0 Multi Sera Calibrator	China	Mindray	Multi Sera Calibrator, 10*3mL, IVDR, (AST, ALT, ALP, GGT, ALB, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), Bil-T(VOX), TP, TP II, CHE, UREA, UA, CREA(SOX), TC, TG, CK, LDH, α-HBDH, Glu(GOD), Glu(HK), Mg, P, P II, Ca, α-AMY, LIP), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	Multi Sera Calibrator, 10*3mL, IVDR, (AST, ALT, ALP, GGT, ALB, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), Bil-T(VOX), TP, TP II, CHE, UREA, UA, CREA(SOX), TC, TG, CK, LDH, α-HBDH, Glu(GOD), Glu(HK), Mg, P, P II, Ca, α-AMY, LIP), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429632
1.23	Lipids Calibrator	105-001128-A0 Lipids Calibrator	China	Mindray	Lipids Calibrator, 5*1mL, IVDR, (ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	Lipids Calibrator, 5*1mL, IVDR, (ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429630
1.24	HbA1c Control P Kit	105-002138-A0 HbA1c Control P	China	Mindray	HbA1c Control P Kit, 4×1mL, IVDR, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	HbA1c Control P Kit, 4×1mL, IVDR, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429702
1.25	HbA1c Control N Kit	105-002140-A0 HbA1c Control N	China	Mindray	HbA1c Control N Kit, 4×1mL, IVDR, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	HbA1c Control N Kit, 4×1mL, IVDR, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429701
1.26	ClinChem Multi Control (level 1)	105-009119-A0 ClinChem Multi Control (level 1)	China	Mindray	ClinChem Multi Control (level 1), 6*5mL, IVDR, (ALB, ALP, ALT, α-AMY, AST, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), Bil-T(VOX), Ca, TC, CK, CREA(SOX), Glu(GOD), Glu(HK), GGT, α-HBDH, IgA, IgG, IgM, LDH, Mg, P, P II, TP, TP II, TG, Urea, UA, Fe, CHE, LIP, Na+, K+, Cl-, C3, C4, CRP, HS-CRP, HDL-C, LDL-C, ApoA1, ApoB, PA, CK-MB, ASO II, TRF, FER, UIBC), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ClinChem Multi Control (level 1), 6*5mL, IVDR, (ALB, ALP, ALT, α-AMY, AST, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), Bil-T(VOX), Ca, TC, CK, CREA(SOX), Glu(GOD), Glu(HK), GGT, α-HBDH, IgA, IgG, IgM, LDH, Mg, P, P II, TP, TP II, TG, Urea, UA, Fe, CHE, LIP, Na+, K+, Cl-, C3, C4, CRP, HS-CRP, HDL-C, LDL-C, ApoA1, ApoB, PA, CK-MB, ASO II, TRF, FER, UIBC), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429720

1.27	ClinChem Multi Control (level 2)	105-009120-A0 ClinChem Multi Control (level 2)	China	Mindray	ClinChem Multi Control (level 2), 6*5ml, IVDR, (ALB, ALP, ALT, α-AMY, AST, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), Bil-T(VOX), Ca, TC, CK, CREA(SOX), Glu(GOD), Glu(HK), GGT, α-HBDH, IgA, IgG, IgM, LDH, Mg, P, P II, TP, TP II, TG, Urea, UA, Fe, CHE, LIP, Na+, K+, Cl-, C3, C4, CRP, HS-CRP, HDL-C, LDL-C, ApoA1, ApoB, PA, CK-MB, ASO II, TRF, FER, UIBC), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ClinChem Multi Control (level 2), 6*5ml, IVDR, (ALB, ALP, ALT, α-AMY, AST, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), Bil-T(VOX), Ca, TC, CK, CREA(SOX), Glu(GOD), Glu(HK), GGT, α-HBDH, IgA, IgG, IgM, LDH, Mg, P, P II, TP, TP II, TG, Urea, UA, Fe, CHE, LIP, Na+, K+, Cl-, C3, C4, CRP, HS-CRP, HDL-C, LDL-C, ApoA1, ApoB, PA, CK-MB, ASO II, TRF, FER, UIBC), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000429721	
1.28	CD-80	CD80	China	Mindray	CD-80 Detergent, 6*2L, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	CD-80 Detergent, 6*2L, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000387895	
1.29	Plastic Cuvettes	115-037541-00 Plastic Cuvettes	China	Mindray	Cuvettes, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	Cuvettes, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000846802	
1.30	Kit mentenanța	Kit mentenanța	China	Mindray	Kit mentenanța, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	Kit mentenanța, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: Nu este DM	
1.31	Set de filtre	Set de filtre	-	-	Set de filtre, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	Set de filtre, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: Nu este DM	
2.1	Lot 2. Reagenți, calibratori și material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	EU-50 (5Lx2)	EU-50 (5Lx2)	China	Mindray	set 2 x 5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	set 2 x 5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000860591
2.2		URS-11 Urine Strips (100strips×10)	URS-11 Urine Strips (100strips×10)	China	Mindray	set 10 x 100 buc.Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	set 10 x 100 buc.Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000896833
2.3		Urine sediment QC (Levell/10mLX6)	Urine sediment QC (Levell/10mLX6)	China	Mindray	set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000860590
2.4		Urine sediment QC (Level II /10mLX6)	Urine sediment QC (Level II /10mLX6)	China	Mindray	set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000860590
2.5		Urine sediment calibrator (10mLX6)	Urine sediment calibrator (10mLX6)	China	Mindray	set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000860590
2.6		Urine control (Negative /8mLX1)	Urine control (Negative /8mLX1)	China	Mindray	flac 1 x 8 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	flac 1 x 8 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000860172
2.7		Urine control (Positive /8mLX1)	Urine control (Positive /8mLX1)	China	Mindray	flac 1 x 8 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	flac 1 x 8 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000860171
2.8		Probe Cleanser (50mL)	Probe Cleanser (50mL)	China	Mindray	set 1 x 50 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	set 1 x 50 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000429569

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
 Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782219760626 din 13.07.2026												
Obiectul achiziției: Reagenți de laborator sistem închis												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Lot 1. Reagenți,calibratori și material de control p/u analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374), accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)	ALT Alanine Aminotransferase	set	13	445.55	481.19	5 792.15	6 255.47	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.2		AST AspartateAminotransferase	set	13	445.55	481.19	5 792.15	6 255.47	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.3		ALP Alkaline Phosphatase	set	14	320.53	346.17	4 487.42	4 846.38	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.4		GGT Gamma-Glutamyl Transferase	set	7	687.61	742.62	4 813.27	5 198.34	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.5		TP Total Protein Kit	set	4	223.44	241.32	893.76	965.28	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.6		CREA(SOX) Creatinine	set	31	1 054.69	1 139.07	32 695.39	35 311.17	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.7		UA Uric Acid	set	8	571.90	617.65	4 575.20	4 941.20	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.8		UREA Urea	set	21	377.72	407.94	7 932.12	8 566.74	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.9		Glu-O Glucose(Glucose Oxidase)	set	19	339.15	366.28	6 443.85	6 959.32	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.10		TC Total Cholesterol	set	17	522.69	564.51	8 885.73	9 596.67	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.11		TG Triglyceride	set	15	1 113.21	1 202.27	16 698.15	18 034.05	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.12		LDL-C Low-Density Lipoprotein-Cholesterol	set	52	1 645.21	1 776.83	85 550.92	92 395.16	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.13		HDL-C High-Density Lipoprotein-Cholesterol	set	43	1 441.72	1 557.06	61 993.96	66 953.58	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.14		Ca Calcium	set	4	329.84	356.23	1 319.36	1 424.92	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.15		α-AMYAlpha-Amylase	set	17	764.75	825.93	13 000.75	14 040.81	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.16		Fe Iron	set	14	774.06	835.98	10 836.84	11 703.72	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.17		T-Bil(DSA) Bilirubin Total Kit (DSA Method)	set	31	262.01	282.97	8 122.31	8 772.07	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.18		D-Bil(DSA) Bilirubin Direct Kit (DSA Method)	set	14	262.01	282.97	3 668.14	3 961.58	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.19		ALB Albumin	set	4	242.06	261.42	968.24	1 045.68	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.20		HbA1c (Twin test) Hemoglobin A1c	set	14	7 739.27	8 358.41	108 349.78	117 017.74	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-

1.21		HbA1c Calibrator Kit	set	9	3 149.44	3 401.40	28 344.96	30 612.60	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.22		Multi Sera Calibrator	set	2	2 336.81	2 523.75	4 673.62	5 047.50	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.23		Lipids Calibrator	set	3	2 032.24	2 194.82	6 096.72	6 584.46	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.24		HbA1c Control P Kit	set	8	5 282.76	5 705.38	42 262.08	45 643.04	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.25		HbA1c Control N Kit	set	8	5 282.76	5 705.38	42 262.08	45 643.04	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.26		ClinChem Multi Control (level 1)	set	5	2 516.36	2 717.67	12 581.80	13 588.35	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.27		ClinChem Multi Control (level 2)	set	5	2 999.15	3 239.08	14 995.75	16 195.40	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.28		CD-80	set	5	4 130.98	4 957.18	20 654.90	24 785.90	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.29		Plastic Cuvettes	set	2	4 797.00	5 756.40	9 594.00	11 512.80	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.30		Kit mentenanta	set	1	15 000.00	18 000.00	15 000.00	18 000.00	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
1.31		Set de filtre	set	1	16 000.00	19 200.00	16 000.00	19 200.00	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
						Total Lot 1	605 285.40	661 058.44				
2.1	Lot 2. Reagenți, calibratori și material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	EU-50 (5Lx2)	set	32	7 956.00	9 547.20	254 592.00	305 510.40	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
2.2		URS-11 Urine Strips (100strips×10)	set	17	4 774.00	5 155.92	81 158.00	87 650.64	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
2.3		Urine sediment QC (Levell/10mLX6)	set	4	2 706.00	2 922.48	10 824.00	11 689.92	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
2.4		Urine sediment QC (Level II /10mLX6)	set	4	2 706.00	2 922.48	10 824.00	11 689.92	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
2.5		Urine sediment calibrator (10mLX6)	set	2	2 928.00	3 162.24	5 856.00	6 324.48	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
2.6		Urine control (Negative /8mLX1)	set	20	225.00	243.00	4 500.00	4 860.00	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
2.7		Urine control (Positive /8mLX1)	set	20	225.00	243.00	4 500.00	4 860.00	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
2.8		Probe Cleanser (50mL)	set	6	276.00	331.20	1 656.00	1 987.20	in decurs de 10 zile de la solicitare	33696500-0	-	-
						Total Lot 2	373 910.00	434 572.56			-	-
						TOTAL Oferta	979 195.40	1 095 631.00				

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1782219760626 din 13.07.2026
din cadrul IMSP Centrul de Sănătate nr.1 Orhei**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar,
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- La solicitare timp de 2 zile alte documente ce vin să confirme informațiile din DUAE și ofertă
- Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.
- Prezentarea certificatelor de instruire a personalului eliberată de producător sau de alt organism recunoscut de acesta.
- La analizatorul pus la dispoziție, toate cheltuielile de întreținere și mentenanță să fie suportate de către operatorul desemnat câștigător.
- Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți (să fie de la același producător).
- Seturile de reagenți sunt păstrate până la livrare în condiții prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăpăre dotată cu echipament specific).
- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.
- Ambalajul să fie specific pentru analizatorul biochimic, securizat, marcat și etichetat de producător. Prezența obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat înainte de instalare. Date de identitate(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.
- Calibratorii standardelor și controale corespund cu setul de reagenți,
- Reactivele și consumabilele sunt compatibile cu analizoarele și de la același producător, pentru a garanta calitatea investigațiilor efectuate.

Data completării: 09.07.2026

Cu stimă,

Poiana Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)