

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21244083 din 16.07.2024**Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat 2)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	F9089P/100	Italia	FIAB SpA	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Electrod ECG snap pentru copii 32X36mm SPUMĂ gel solid snap înregistrare ECG holter test de stres ECG de repaus REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000621323	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	19.000.00.400	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Electrod ECG, de unică folosință, nesteril, pre-gelificat, negativ cu raze X pentru monitorizare în timpul radiografiei și RMN. Electrocul din spumă PE are o rezistență crescută a adezivului. Electrodul rotund are un diametru de 40 mm și o suprafață totală de cca. 12,6 cm². Suprafața gelului este de cca. 2,0 cm² și suprafața adezivă aprox. 11,7 cm². Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex, fără PVC REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000578902	CE
Total lot 4						
Lotul 5						
Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore	19.000.00.400	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Electrod ECG, de unică folosință, nesteril, pre-gelificat, negativ cu raze X pentru monitorizare în timpul radiografiei și RMN. Electrocul din spumă PE are o rezistență crescută a adezivului. Electrodul rotund are un diametru de 40 mm și o suprafață totală de cca. 12,6 cm². Suprafața gelului este de cca. 2,0 cm² și suprafața adezivă aprox. 11,7 cm². Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex, fără PVC REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000578902	CE
Total lot 5						

Lotul 35						
Electrod pentru electromiografie	CDE0241026	Italia	Spes Medica s.r.l	Electrod diametru - 24mm, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K	Electrod Ag/AgCl de 24 mm cu cablu de 100 cm B-R-G col - conexiune TP , set 100 buc REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000669916	CE
Total lot 35						
Lotul 59						
Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	43.009.05.708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul si de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Steril: Nu REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655206	CE
Total lot 59						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23