

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА»**

105187, г. Москва, ул. Борисовская, д.1, этаж 2, помещение XXI, комната 8
Офис: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.7, помещение II
Почтовый адрес: 143965, Московская область, г. Реутов, ул. 4-я 488 Телефон-факс: +7-495-7917383, +7-495-6616135
e-mail: mail@energodiagnostika.ru http://www.energodiagnostika.ru
Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU 310546

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ C-ВЯП/05-07-2021/75950965

Действительно до
4 июля 2023 г.

Средство измерений: Приборы магнитометрические для определения концентрации напряжений "ИКН"

ИКН-5М-32, регистрационный № 20675-11

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер: 5М-32-022

в составе со сканирующим устройством: Тип 1-8М (№1-8М-633, №1-8М-634), Тип 1-8Э (№ Д-612),

Тип 2М (№ Д-212, №429), Тип 3М (№ Д-282), Тип 11 (№ Д-497, № Д-694)

поверено на измерения напряженности магнитного поля в диапазоне $\pm (10-1999) \text{ А/м}$
наименование единиц величин, диапазон измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с методикой поверки ИКН 000 000 000 РЭ, приложение "З"
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: регистрационный № 3.2 ВЯП.0001 2014, зав. № 01
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

эталон единицы магнитной индукции 2 разряда в диапазоне значений 0,012...2,5 мТл, ПГ $\pm 1,5\%$
аттест или удостоверение эталона, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: атмосферное давление 100 кПа,
перечень влияющих факторов, при которых

температура окружающего воздуха 18 °С, относительная влажность 42%
проведения поверки, с указанием их влияния

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению
наименование документа

Номер записи сведений о результатах поверки в ФГИС

<https://gis.gost.ru/fundmetrology/omresult/1-75950965>

Поверитель

Дубов А.А.

подпись, инициалы

Знак поверки



Главный метролог

подпись, инициалы, наименование должности

Дата поверки

05 июля 2021 г.

Ромашкин Н.В.

подпись, инициалы

