

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Numărul licitației: 21006790	Data: 15.04.2019	Alternativa nr:
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivi de laborator și consumabile (Histologie medico-legală)		
Pagina 1 din 2		

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	33696500-0	Casete histologice Mega	buc	6000	1,9500	2,3400	11700,0000	14040,0000	La cererea cumparatorului
2	33696500-0	Mediu Histologic de montare a secțiunilor pe lama	litri	6	1450,0000	1740,0000	8700,0000	10440,0000	La cererea cumparatorului
3	33696500-0	Lame pentru microton profil low	buc	500	48,0000	57,6000	24000,0000	28800,0000	La cererea cumparatorului
4	33696500-0	Lame	buc	10000	2,3000	2,7600	23000,0000	27600,0000	La cererea cumparatorului
5	33696500-0	Lamele	buc	15000	1,6250	1,9500	24375,0000	29250,0000	La cererea cumparatorului
6	33696500-0	Colorant Eozina	litri	5	260,0000	312,0000	1300,0000	1560,0000	La cererea cumparatorului
7	33696500-0	Colorant Hematoxilina	litri	5	337,5000	405,0000	1687,5000	2025,0000	La cererea cumparatorului
8	33696500-0	Solutie deshidratanta	litri	350	210,0000	252,0000	73500,0000	88200,0000	La cererea cumparatorului
9	33696500-0	Solutie de trecere I	litri	50	195,0000	234,0000	9750,0000	11700,0000	La cererea cumparatorului
10	33696500-0	Solutie de trecere II	litri	50	212,5000	255,0000	10625,0000	12750,0000	La cererea cumparatorului
11	33696500-0	Ulei mineral pentru histologie	litri	50	265,0000	318,0000	13250,0000	15900,0000	La cererea cumparatorului
12	33696500-0	Parafina pentru procesare histologica	kg	50	150,0000	180,0000	7500,0000	9000,0000	La cererea cumparatorului
13	33696500-0	Parafina pentru impregnare blocuri histologice	kg	50	108,5000	130,2000	5425,0000	6510,0000	La cererea cumparatorului
14	33696500-0	Solutie dedeparafinare	litri	100	175,0000	210,0000	17500,0000	21000,0000	La cererea cumparatorului



15	33696500-0	Xilena	litri	100	65,0000	78,0000	6500,0000	7800,0000	La cererea cumparatorului
Total:							238812,5000	286575,0000	



Valabilitatea ofertei: 30 zile

15.04.2019

Semnăt: 

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: Director

Oferatntul: SRL «Mic — Tan»

Adresa: mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației:21006790			Data: 15.04.2019			Pagina 1 din 2		
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivi de laborator și consumabile (Histologie medico-legală)								
Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard-de de referință
1	33696500-0	Casete histologice Mega	07-7300	Italia	BioOptica	- Dim. 40x25x10mm Material: plastic	Casete histologice Mega	ISO 9001: 2008
2	33696500-0	Mediu Histologic de montare a secțiunilor pe lama	05-BMHM500	Italia	BioOptica	Montarea secțiunilor pe lamă Potrivit pentru secționarea de rutină și panglică Compresie scăzută Durată de viață mai lungă Timp scurt de tăiere Tăiere specială finisată Material: oțel inoxidabil Lungime: 80 mm Înălțime: 8 mm Unghiul lamei: 35 ° Dispenser (cutie): 50 buc.	Mediu Histologic de montare a secțiunilor pe lama	ISO 9001: 2008
3	33696500-0	Lame pentru microton profil low		Italia	BioOptica	- fabricate din sticla sodica clasa hidrolietica - dimensiuni: 76 x 26 mm, grosime: 1.1 mm - lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti) - cu cap rotat la 45° - pre-curate - gata de utilizare - autoclavabile - in cutii de 50 de bucati	Lame	ISO 9001: 2008
4	33696500-0	Lamele	09-02460CSM	Italia	BioOptica	- transparente și achromatic - practic fără culoare, fără deformări - Omogenitate optică ridicată - practic fără incluziuni, dungi, bule etc. - Transmisie spectrală înaltă - Planaritate bună - Stabilitate chimică foarte bună - Indicele de refracție ajustat pentru microscopie - Fabricate din sticlă borosilicată - Destinate pentru aparate de acoperire automatizată - Dim. 24mmx60mm, nr.1	Lamele	ISO 9001: 2008
5	33696500-0							



6	33696500-0	Colorant Eozina	05-10002Q	Italia	BioOptica	Solutie apoasa	Colorant Eozina	ISO 9001: 2008
7	33696500-0	Colorant Hematoxilina	05-06002Q	Italia	BioOptica	Solutie apoasa	Colorant Hematoxilina	ISO 9001: 2008
8	33696500-0	Solutie deshidratanta		Rusia	OOO NPF «Blik Medikal Prodaksn»	preambalată cu conținut de izopropanol absolut deodorat, triton X15	Solutie deshidratanta	TU 9398-004-89243190-12
9	33696500-0	Solutie de trecere I		Rusia	OOO NPF «Blik Medikal Prodaksn»	preambalată cu conținut de izopropanol absolut deodorat și ulei mineral (5:1)	Solutie de trecere I	TU 9398-006-89243190-12
10	33696500-0	Solutie de trecere II		Rusia	OOO NPF «Blik Medikal Prodaksn»	Preambalată cu conținut de izopropanol absolut deodorat și ulei mineral (2:1)	Solutie de trecere II	TU 9398-007-89243190-12
11	33696500-0	Ulei mineral pentru histologie		Rusia	OOO NPF «Blik Medikal Prodaksn»	solutie uleioasă, fără adausuri de hidrocarburi alifatic, cu densitate 0,88g/cm3	Ulei mineral pentru histologie	TU 9398-002-89243190-12
12	33696500-0	Parafina pentru procesare histologica	08-7915	Italia	BioOptica	omogenizată pentru procesare a blocurilor histologice cu temperatura de topire 52-54 grade	Parafina pentru procesare histologica	ISO 9001: 2008
13	33696500-0	Parafina pentru impregnare blocuri histologice	08-7920	Italia	BioOptica	Omogenizată pentru procesare a blocurilor histologice cu temperatura de topire 56-58 grade	Parafina pentru impregnare blocuri histologice	ISO 9001: 2008
14	33696500-0	Solutie dedeparafinare	06-1305F	Italia	BioOptica	Solutie uleioasă fără miros, din amestec de hidrocarburi alifatic	Solutie dedeparafinare	ISO 9001: 2008
15	33696500-0	Xilena	06-1304Q	Italia	BioOptica	Xilena purificată pentru histologie	Xilena	ISO 9001: 2008
		Total:						

Semnati: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**

Valabilitatea ofertei: 30 zile

15.04.2019



Microscope glass slides

IVD In vitro diagnostic – medical device

CND code: W0503900201

P08 4

②

General features

Microscope slides are available in standard sizes: 1.0 mm thick in dimensions of 26 x 76 mm (ISO Norm 8037/I). Microscope slides with special thicknesses, dimensions and tolerances are also available.



Code	Description	Edge	Packaging
09-0T95	Standard	Cut	1000 pcs. (20 boxes with 50 slides)
09-0TB95	Double frosted	Cut	1000 pcs. (20 boxes with 50 slides)
09-0M90	Standard	Ground 90°	1000 pcs. (20 boxes with 50 slides)
09-0MB90	Double frosted	Ground 90°	1000 pcs. (20 boxes with 50 slides)
09-0M95	Standard	Ground 45°	1000 pcs. (20 boxes with 50 slides)
09-0MB95	Double frosted	Ground 45°	1000 pcs. (20 boxes with 50 slides)
09-0T5276	Standard for macrosections (52x76mm)	Cut	1000 pcs. (10 packs with 100 slides)
09-0TB5276	Double frosted for macrosections (52x76mm)	Cut	1000 pcs. (10 packs with 100 slides)

Distributor: **Bio-Optica Milano S.p.A.**

Slide



Chemical and technical features

Material:	extra white glass
Refractive index:	1.513 – 1.523 (measured between $\lambda = 546.07$ nm and $\lambda = 643.85$ nm)
Density:	(2.47 $\pm$ 0.01) kg/dm ³

Chemical composition

- SiO₂ (Silicon Dioxide): 72.20%;
- Na₂O (Sodium Oxide): 14.30%;
- K₂O (Potassium Oxide): 1.20%;
- CaO (Calcium Oxide): 6.40%;
- MgO (Magnesium Oxide): 4.30%;
- Al₂O₃ (Aluminum Oxide): 1.20%;
- Fe₂O₃ (Ferric Oxide): 0.03%;
- SO₃ (Sulfur Trioxide): 0.30%.

The microscope slides Menzel are clean and defatted, transparent and without any kind of selective adsorption.


The production is completely automated to eliminate dirty, dust, flaws and breakings; in this way the production guarantees slides regular in dimension and surface.

The raw material's high quality guarantees long life and stability during the time.

The microscope slides Menzel are resistant to enzymatic procedures and microwaves (suggested power: 750 - 800 watt).

Storage and handling

- Keep dry.
- Avoid large variations in temperature during both storage and usage. Cooling of the product can cause condensation and lead to condensed water forming between the glasses.
- Please note: use older products in storage first.
- Protect the bottom of the carton from dampness.
- Slides shelf life: 12 month. See the expiry date on microscope slide packages.



Gerhard Menzel GmbH
Postfach 3157 · 38021 Braunschweig, Germany

Declaration of conformity

We, Gerhard Menzel GmbH, Saarbrückener Str. 248, 38116 Braunschweig declare, that our


- Microscope slides and
- Cover glasses

fulfill the general requirements of the directive 98/79/EG on in-vitro-diagnostic medical devices from 27th October 1998, annex I and annex III.

Our microscope slides and cover glasses are manufactured underlying the following directives:

- ISO 8037-1: „Optic and optical instruments - Microscopes - Slides - Part 1: Dimensions, optical properties and marking“
- ISO 8255-1: „Optic and optical instruments - Microscopes – Cover glasses - Part 1: „Dimensional tolerances, thickness and optical properties“
- ISO 15223: „Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied“
- DIN EN 980: „Graphical symbols for use in the labelling of medical devices“
- BS 7011: „Consumable accessories for light microscopes“

Braunschweig, 22nd April 2010


Thomas Miller, General Manager





Dichiarazione di conformità

Noi, Gerhard Menzel GmbH, Saarbrückener Str. 248, 38116 Braunschweig, dichiariamo che i nostri

- Vetrini portaoggetto per microscopia
- Vetrini coprioggetto

sono conformi ai requisiti generali richiesti dalla Direttiva 98/79/EC relativa ai Dispositivi medici Diagnostici in Vitro del 27 ottobre 1998, allegato I e allegato III.

I nostri vetrini portaoggetto e coprioggetto per microscopia sono prodotti in conformità alle seguenti direttive:

- ISO 8037-1: "Ottica e strumenti ottici - Microscopi - Vetrini - Parte 1: Dimensioni, proprietà ottiche e marcatura"
- ISO 8255-1: "Ottica e strumenti ottici - Microscopi - Vetrini coprioggetto - Parte 1: Tolleranza nelle dimensioni, spessore e proprietà ottiche"
- ISO 15223: "Dispositivi medici - Simboli da utilizzare per le etichette, le marcature e le informazioni da fornire relative ai dispositivi medici"
- DIN EN 980: "Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici"
- BS 7011: "Accessori consumabili per microscopi ottici"

Braunschweig, 22 Aprile 2010

Thomas Miller, Direttore Generale

Thomas Miller

