

Specificații tehnice

			tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2						
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1728396292187				Data: „___”		Alternativa	
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025					Pagina: din ___		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
33100000-1	10	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Mini Treck RX 1.20 1012268-06 1012268-08 1012268-12 1012268-15 1012268-20 1.50 1012269-06 1012269-08 1012269-12 1012269-15 1012269-202.00 1012270-06 1012270-08 1012270-12 1012270-15 1012270-20 1012270-25 1012270-30 TREK RX 2.25 1012271-06 1012271-08 1012271-12 1012271-15 1012271-20 1012271-25 1012271-30 2.50 1012272-06	SUA	Abbott	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofiliacă. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Compatibil cu ghid 0,014”. Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime shaft 145 cm-150cm Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);	Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofiliacă. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Compatibil cu ghid 0,014”. Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm Lungime shaft 145 cm-150cm Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm.	DM000463035 DM000463033 DM000462955 DM000462956 DM000463031 DM000462958 DM000462957 DM000463034 DM000463032 DM000462960 DM000462962 DM000463036 DM000462961 DM000463038 DM000463127 DM000463

33100 000-1	11	Extensie pentru cate- ghiduri	Extensie pentru cate-ghiduri	Guidezilla II H749 3933515060 Guidezilla™ II LONG H74939335150610 Guidezilla II 7F H7493933515070 Guidezilla II 8F H7493933515080	SUA	Boston Stientific	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F.</p> <p>Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire.</p> <p>Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal.</p> <p>Marcher radioopac la 2 mm de la vârș și la 4 mm de la capatul distal al tubului.</p> <p>Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime</p>	<p>Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F.</p> <p>Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire.</p> <p>Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal.</p> <p>Marcher radioopac la 2 mm de la vârș și la 4 mm de la capatul distal al tubului.</p> <p>Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm</p> <p>Dimensiune disponibila 145 =</p>	<p>DM000268 389</p> <p>DM000268 392</p> <p>DM000268 390</p> <p>DM000268 391</p>
----------------	----	-------------------------------------	---------------------------------	--	-----	----------------------	--	---	---

33100 000-1	23	Cateter periferic cu balon conic	Cateter periferic cu balon conic	Ampherion Deep AMDXXXXXXXXX1	SUA	Medtronic	<p>Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ".</p> <p>Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm)</p> <p>Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm,</p> <p>Acoperire hidrofila pe toată suprafata (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu.</p> <p>Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/- 5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoze. diametre=2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=40-80-120-150-210 mm.</p> <p>Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.</p> <p>Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 “, semicompliant, Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. Forma conica a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.</p> <p>Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0,</p>	<p>Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ".</p> <p>Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm)</p> <p>Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm,</p> <p>Acoperire hidrofila pe toată suprafata (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu.</p> <p>Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoze. diametre=2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=40-80-120-150-210 mm.</p> <p>Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.</p> <p>Compatibil cu introductor nu</p>	<p>DM000366 248; DM000366 254; DM000366 217; DM000366 236; DM000366 216; DM000366 234; DM000366 247; DM000366 237; DM000366 249; DM000366 211; DM000366 223; DM000366 242; DM000366 250; DM000366 256; DM000366 227; DM000366</p>
----------------	----	--	-------------------------------------	---------------------------------	-----	-----------	--	--	---

33100 000-1	75	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Balon non-compliant de dimensiuni mari	<p>Emerge NC</p> <p>H7493927606400</p> <p>H7493927608400</p> <p>H7493927612400</p> <p>H7493927615400</p> <p>H7493927620400</p> <p>H7493927630400</p> <p>H7493927606450</p> <p>H7493927608450</p> <p>H7493927612450</p> <p>H7493927615450</p> <p>H7493927620450</p> <p>H7493927606500</p> <p>H7493927608500</p> <p>H7493927612500</p> <p>H7493927615500</p> <p>H7493927620500</p> <p>H7493927608550</p> <p>H7493927612550</p> <p>H7493927615550</p> <p>H7493927620550</p> <p>H7493927608600</p> <p>H7493927612600</p> <p>H7493927615600</p> <p>H7493927620600</p>	SUA	boston Stientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014".</p> <p>sistem de livrare Rx.</p> <p>Markeri radiopaci: 2.</p> <p>Compatibil cu cateter ghid de 5 F.</p> <p>Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului.</p> <p>Performanța non-compliării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii:</p> <p>Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm</p> <p>Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm.</p> <p>Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014".</p> <p>sistem de livrare Rx.</p> <p>Markeri radiopaci: 2.</p> <p>Compatibil cu cateter ghid de 5 F.</p> <p>Presiune nominală: 12 atm.</p> <p>Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului.</p> <p>Performanța non-compliării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii:</p> <p>Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm</p> <p>Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm.</p> <p>Lungime de la 6 pina la 30 mm</p>	<p>DM000221 814</p> <p>DM000221 781</p> <p>DM000221 775</p> <p>DM000221 779</p> <p>DM000221 783</p> <p>DM000221 822</p> <p>DM000221 817</p> <p>DM000221 785</p> <p>DM000221 786</p> <p>DM000221 788</p> <p>DM000221 805</p> <p>DM000221 824</p> <p>DM000221 800</p> <p>DM000221 793</p> <p>DM000221 808</p> <p>DM000221</p>
----------------	----	--	--	--	-----	----------------------	---	---	---

33100 000-1	76	Stent coronarian farmacologic activ	Stent coronarian farmacologic activ	Resolute Onyx RONYX45018X RONYX40022X RONYX25015X RONYX45030X RONYX50022X RONYX45012X RONYX22526X RONYX30008X RONYX25034X RONYX20012X RONYX25008X RONYX35022X RONYX30015X RONYX35030X RONYX40018X RONYX22518X RONYX25018X RONYX30030X RONYX27534X RONYX40026X RONYX50012X RONYX40012X RONYX45018X RONYX30034X RONYX35012X RONYX30038X RONYX40038X RONYX40022X RONYX45030X RONYX40015X	SUA	Medtronic	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN.</p> <p>Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 μg/mm² pe lungimea stentului.</p> <p>Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”).</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii: Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN.</p> <p>Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 μg/mm² pe lungimea stentului.</p> <p>Design modular, premontat pe balon semicompliant.</p> <p>Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului)</p> <p>Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”).</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii: Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38</p>	<p>DM000658 655 DM000658 703 DM000658 698 DM000658 688 DM000658 710 DM000658 685 DM000658 681 DM000658 695 DM000658 677 DM000658 652 DM000658 650 DM000658 699 DM000658 694 DM000658 649 DM000658 676 DM000658</p>
----------------	----	--	--	---	-----	-----------	---	--	--

33100 000-1	118	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	BMW II HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II 1009664 1009664J 1009665 1009665J	SUA	Abbott	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas.</p> <p>Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului.</p> <p>Radioopacitate: 3 cm.</p> <p>Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui.</p> <p>Incarcatura la vârș până la 1,0 gr.</p> <p>Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas.</p> <p>Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului.</p> <p>Radioopacitate: 3 cm.</p> <p>Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui.</p> <p>Incarcatura la vârș până la 1,0 gr.</p> <p>Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm</p>	DM000373 070 DM000373 069 DM000373 070 DM000373 071
----------------	-----	---	---	--	-----	--------	---	--	--

33100 000-1	127	Baloane semicomplian te cu profil ultrasubțire	Baloane semicomplian te cu profil ultrasubțire	Emerge SC RX H749 39193 sau 4 pentru push xxxxlungime/diametr u OTW H749 39195 sau 6 pentru push xxxxlungime/diametr u	SUA	Boston Stientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</p> <p>Acoperire total hidrofiliică a balonului pentru o penetrate mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit.</p> <p>Profil foarte îngust de 0,017' cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr.</p> <p>Monorail si over the wire.</p> <p>Compatibil cu ghid 0,014".</p> <p>Prezența de marcheri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Diametru: 1,2 - 5 mm;</p> <p>Lungime disponibile de la 8 la 40 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Acoperire total hidrofiliică a balonului pentru o penetrate mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit.</p> <p>Profil foarte îngust de 0,017' cu posibilitatea de a traversa în cateter ghid de 6 Fr.</p> <p>Monorail si over the wire.</p> <p>Compatibil cu ghid 0,014".</p> <p>Prezența de marcheri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Diametru: 1,2 - 5 mm;</p> <p>Lungime disponibile de la 8 la 40 mm.</p>	<p>DM000221 718 DM000221 654 DM000221 704 DM000221 759 DM000221 669 DM000221 749 DM000221 660 DM000221 758 DM000221 734 DM000221 710 DM000221 766 DM000221 694 DM000221 714 DM000221 760 DM000221 663 DM000221</p>
----------------	-----	---	---	--	-----	----------------------	---	--	--

33100 000-1	128	Baloane PTCA noncompliance	Baloane PTCA noncompliance	Quantum Apex H7493912406200 H7493912408200 H7493912412200 H7493912415200 H7493912420200 H7493912430200 H7493912406220 H7493912408220 H7493912412220 H7493912415220 H7493912420220 H7493912430220 H7493912406250 H7493912408250 H7493912412250 H7493912415250 H7493912420250 H7493912430250 H7493912406270H7493 912408270 H7493912412270 H7493912415270 H7493912420270 H7493912430270 H7493912406300 H7493912408300 H7493912412300 H7493912415300 H7493912420300 H7493912430300	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</p> <p>Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 140-145 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr.</p>	<p>Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 140-145 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr.</p>	<p>DM000031 104 DM000031 127 DM000031 138 DM000031 160 DM000031 149 DM000031 115 DM000031 105 DM000031 116 DM000031 161 DM000031 150 DM000031 139 DM000031 128 DM000031 151 DM000031 129 DM000031 140 DM000031</p>
----------------	-----	----------------------------------	-------------------------------	--	-----	----------------------	--	---	--

33100 000-1	130	Baloane noncompliant te pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliant e pentru dilatare leziuni calcificate	Emerge NC H7493927606400 H7493927608400 H7493927612400 H7493927615400 H7493927620400 H7493927630400 H7493927606450 H7493927608450 H7493927612450 H7493927615450 H7493927620450 H7493927606500 H7493927608500 H7493927612500 H7493927615500 H7493927620500 H7493927608550 H7493927612550 H7493927615550 H7493927620550 H7493927608600 H7493927612600 H7493927615600 H7493927620600	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017``) Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-6,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;	Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017``) Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-6,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm	DM000221 814 DM000221 781 DM000221 775 DM000221 779 DM000221 783 DM000221 822 DM000221 817 DM000221 785 DM000221 786 DM000221 788 DM000221 805 DM000221 824 DM000221 800 DM000221 793 DM000221 808 DM000221
----------------	-----	--	---	---	-----	----------------------	--	--	---

33100 000-1	132	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Synergy H7493926208220 H74939262xxlungim eaxxxdiametru	SUA	Boston Stientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</p> <p>Material Aliaj Platinum Crom.</p> <p>Compatibil RMN. Substanta active- EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2.</p> <p>Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase.</p> <p>Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii.</p> <p>Restenoza mica prin vindecarea neointimei.</p> <p>Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie.</p> <p>Indicat la pacientii cu risc inalt de singerare.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungimi obligatorii 8-48mm</p> <p>Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial.</p> <p>Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Material Aliaj Platinum Crom.</p> <p>Compatibil RMN. Substanta active- EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2.</p> <p>Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase.</p> <p>Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii.</p> <p>Restenoza mica prin vindecarea neointimei.</p> <p>Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singerare.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungimi obligatorii 8-48mm</p> <p>Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de</p>	<p>DM000372 915</p> <p>DM000372 961</p> <p>DM000372 899</p> <p>DM000372 950</p> <p>DM000372 945</p> <p>DM000372 923</p> <p>DM000372 944</p> <p>DM000372 898</p> <p>DM000372 935</p> <p>DM000372 955</p> <p>DM000372 932</p> <p>DM000372 908</p> <p>DM000372 901</p> <p>DM000372 951</p> <p>DM000372 900</p> <p>DM000372</p>
----------------	-----	--	--	---	-----	----------------------	---	--	---

33100 000-1	133	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS	Xience Pro S 1508225-08 1508xxxdiametruxxlungi mea	SUA	Abbott	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</p> <p>Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605.</p> <p>Compatibil RMN .</p> <p>Substanta active-EVEROLIMUS >1 μg/mm2.</p> <p>Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica.</p> <p>Restenoza mica prin vindecarea neointimei.</p> <p>Profil ultrasubtire.</p> <p>Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximele, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente.</p> <p>Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial.</p> <p>Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605.</p> <p>Compatibil RMN .</p> <p>Substanta active-EVEROLIMUS >1 μg/mm2.</p> <p>Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica.</p> <p>Restenoza mica prin vindecarea neointimei.</p> <p>Profil ultrasubtire.</p> <p>Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximele, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente.</p> <p>Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial.</p> <p>Lungime shaft obligatorii 140-145 cm</p>	<p>DM000343 889</p> <p>DM000343 887</p> <p>DM000343 940</p> <p>DM000343 888</p> <p>DM000343 892</p> <p>DM000343 885</p> <p>DM000343 922</p> <p>DM000343 935</p> <p>DM000343 931</p> <p>DM000343 886</p> <p>DM000343 880</p> <p>DM000343 900</p> <p>DM000343 926</p> <p>DM000343 898</p> <p>DM000343 883</p> <p>DM000343</p>
----------------	-----	--	--	--	-----	--------	--	--	---

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Greur Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: GENETIX SRL Adresa: mun. Chisinau str. Studentilor 3/6