

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1747658012861 / 21420327 din 20.06.2025							pag.1 din 1
Denumirea procedurii de achiziție:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)							Lot : 4 , 8
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	4	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifuga DM0424 + Rotor A24-15P (Cat.nr.19400101) +Adaptor A15P22 (Cat.nr.19500021)	CHINA	DLAB	Cod 150920 Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unități Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori: Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.	Centrifugă de laborator (24 tuburi)DM0424 + Rotor A24-15P +Adaptor A15P22 - Catalog- pag.96,97 ; Cod 150920 Descriere: centrifugarea singelui ,urinei,maselor fecale Parametrul , Specificația: User Manual pag.5 Viteza de rotație:Minimală- 500 rpm Maximală, rpm= 4000 - User manual pag.5 Setarea vitezei - (500-4000 rpm), Pasul schimbării vitezelor -step: 100 rpm - User Manual pag.5 , Capacitatea Tipul tuburilor : 50 ml x4 ; 15 ml x24 ;10 ml×12 - User Manual pag.5 Numărul de tuburi- 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - 99 min, HOLD Incrementarea ≤ 1 min Securitatea,Blocarea capacului în timpul lucrului: Da (lacaat electronic care se blocheaza odata cu inceperea regimului de lucru ; la finisarea regimului de lucru se aude signalul sonor si capacul se deschide automat) - User manual Pag.11 Fig.6.1 Indicatori vizual și acusti - Da Possibilitatea de a opri centrifuga și de a deschide capacul, în caz de necesitate - Da User manual pag.11, figura 6.1 (orificiu amplasat pe peretele centrifugii care se deschide cu o cheie speciala in caz de necesitate) Debalansare - Da - Centrifuga dispune de 4 picioruse de silicon anti-alunecare care se lipesc de suprafata mesei pe care este amplasata,ceea ce nu permite debalansarea si vibrarea Aceasta centrifuga are o functie de autodiagnosticare.Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu Litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparut - User manual pag 25, tabel 11-1 Pornire/oprire Da - User Manual pag.19; User Manual figura 7.1 pag Display Electronic Da - User Manual pag..12, 21 Nivelul de zgomot - 62 dB(A) - User Manual -pag.5 , Brosura pag.96, Catalog pag.96 Fereastra necesare pentru efectuarea procedurilor de verificare periodică , conform normelor si standartelor in vigoare - User Manual pagj. 11,24 	Declarația de Conformitate CE pentru echipament electronic; ISO; CE
33100000-1	8	Centrifugă de laborator (32 tuburi)	Centrifugă de laborator (32 tuburi)	DM0636 Nr.catalogului 9015001123 Rotor A30-15 , nr.catalog 19400040	CHINA	DLAB	Cod 150930 Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unități Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.	Centrifuga de laborator DM0636 - Catalog,pag 99 Cod 150930 Este folosita pentru separarea centrifugala a singelui uman sau probelor de urina in rotor- Camera interioara din inox 1. Rotor pentru 30 eprubete (Aluminium Rotor A30-15 : 15 ml x 30 - Nr.catalog 19400040 - User manual pag.29 Tabel 11.1 , Catalog pag.101 2. Rotoor pentru 16 eprubete sau 8 eprubete : (Aluminium Rotor A8-50 : 15 ml x 16 sau 50 ml x 8 -Nr.catalog 19400039 - User manual pag. 29 Tabel 11.1 , Catalog pag.101 Viteza de rotatie reglabila,-Minimala de la 300 rpm,Maximala 6000 rpm , increment 10rpm - User manual pag.10 , Catalog pag. 99 Diapazon minim de timp -30 sec pina la 99 min Incrementarea - 10rpm Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării.-DA- User manual pag.14 punctul 5. Structura -lacaat elctronic care se blocheaza odata cu inceperea regimului de lucru ; la finisarea regimului de lucru se aude signalul sonor si capacul se deschide automat) Protecție la debalansare.- DA Indicator de debalansare si functie de autodiagnosticare - User manual pag.10 - tabel specificatii Aceasta centrifuga are o functie de autodiagnosticare.Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu Litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparut - User manual pag.26 In plus centrifuga dispune de 4 picioruse anti-alunecare de silicon care se lipesc de suprafata mesei pe care este amplasata,ceea ce nu permite debalansarea si vibrarea Capac deschis obligatoriu - DA User manual pag.26 (apare un signal sonor si un cod de avertizare pe ecran) Display Digital obligatoriu DA Viteză decelerare ajustabilă -Da 97/101 (decelerare 10: frânare liberă) - Manual de utilizare pag.10 - Tabel Specificatii , Catalog pag.99 Timp funcționare: 30 sec-99 min și continuu- DA - Manual de utilizare pag.10 - Tabel Specificatii , Catalog pag.99 Nivel Zgomot - 62dB(A) - Manual de utilizare pag.10 - Tabel Specificatii , Catalog pag.99 Capacul dotat cu fereastra pentru efectuarea procedurii de verificare periodică a turajilor, conform normelor și standardelor în vigoare - DA - User manual pag.14 figura 5.2	Declarația de Conformitate CE pentru echipament electronic; ISO; CE

Nume: Varman Irina În calitate de: Director_

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Dokucaev, 6

semnat electronic