

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1763389528708 din 04.12.2025**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2026 (repetat)**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
331000-00-1	1	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008Bși 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml	AV-Set 4008 low volume (AV-Set FMC paed/Baby R)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plumbare Da Cerințe specifice (1) № Cerința Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică de injectare cu membrană de plumbare Da Cerințe specifice (1) № Cerința parametrilor solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm. Catalog Bloodlines, Tubing Systems, Accessories, pag.6, Nr.de catalog F00001063. O cutie - 26 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	2	Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S	Diasafe plus filter	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Catalog Diasafe plus filter, pag.1-8, Nr. de catalog 5008201.	Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Catalog Diasafe plus filter, pag.1-8, Nr. de catalog 5008201.	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	3	Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R	Linii A/V set Online Plus 500-8R	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Linii A/V set Online Plus 500-8R	A/V set Online Plus 5008-R Catalog Bloodlines, Tubing Systems, Accessories, pag.5, Nr.de catalog F00000384 O cutie - 20 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	6	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S: Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81 cutii	Granudial AF 81	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii	Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL AF 81 Catalog Concentrates and Solutions, pag.7, Nr.de catalog F00000406	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	7	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii	BIBAG 5008 650g	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box)	Concentrat pentru aparatele Fresenius 5008S: Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) Catalog Concentrates and Solutions, pag.8, Nr.de catalog 5060781 O cutie - 16 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	8	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid,	Granudial AF 15	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat. Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l. Catalog Concentrates and Solutions. Pag.2, Nr.de catalog 508704C.	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	9	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat,	Granudial BI 84	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l Catalog Concentrates and Solutions. Pag.8, Nr.de catalog/ 508861C.	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005

1	2	3	4	5	6	7		
331000-00-1	10	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri	PURISTERIL 340; 3,5%; 5	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre	Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre. Catalog Puristeril 340. Pag.2. Nr.de catalogl 5085621.	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	11	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri	Citrosteril 1x5L	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre	Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre Catalog Citrosteril. Pag.2. Nr.de catalog F00005857.	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	13	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete	Regeneration Salt tablets 25 kg	Germania	K+S minerals and Agriculture GmbH, Germany	Cerințe tehnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatului de dializă Fresenius Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cite 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatului de dializă	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Na Cl, chimic pură Formă de prezentare: Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cite 25 kg Scop utilizare: Regenerarea aparatului de dializă	ISO 9001:2015 certificate nr.44100232678
331000-00-1	17	Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration	MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius	MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration, Nr.de catalog F00000460	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	18	Sac recipient pentru hemofiltrare. Sac recipient multifluent pentru hemofiltrare, 10 l	MultiEffluent Bag 10 L	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Sac recipient multifluent pentru hemofiltrare, 10 l. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius	MultiEffluent Bag 10 L Nr.de catalog 5029011	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005
331000-00-1	19	Seringa cu heparina	Heparin-Syringe, 30ml with Luer-Lock	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Seringa cu heparina, luer-lock, 30 ml. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius	Seringa cu heparina, luer-lock, 30 ml. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius, Nr.de catalog 5030321	EU Quality Management System Certificate (MDR) No. G10 077174 0005

DocuSigned by:

Gert Grauer

B9582AACB386730... Numele, prenumele: Gert Grauer

Dezember 2, 2025 | 12:01 MEZ

în calitate de: Vice President Global TPI Governance & Customer Service, International Commercial Operations (Care Enablement)

Signed by:

Rebecca Apel

3C3C7BB1287649B... Numele, prenumele: Rebecca Apel

December 2, 2025 | 11:34 CET

în calitate de: Senior Manager EMEA Sales Third Party Intermediaries (TPI), International Commercial Operations (Care Enablement)

Ofertantul: **Fresenius Medical Care Deutschland GmbH**

Adresa: **Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germania**

