

Specificații tehnice

Numărul licitației:		21088263 din 22 august 2023				Data: „22” august 2023	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		achizitie de valoare mică, privind achizitionarea reactivelor si consumabilelor pentru laboratorul CSRGM (lista suplimentara), conform necesitatilor IMSP Institutul Mamei si Copilului					Pagina: 1 din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	std. de ref
1	2			5	6	7	8
33600 000-6	1	Anti CMV IgM, ELISA,	ITALIA	DIA PRO	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Anti CMV IgM, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	2	Anti CMV IgG, ELISA	ITALIA	DIA PRO	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Anti CMV IgG, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	3	Anti HSV IgM (tip I-II) ,ELISA	ITALIA	DIA PRO	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Anti HSV (tip I,II) IgM, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	4	Anti HSV IgG (tipI-II), ELISA	ITALIA	DIA PRO	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAXtoate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Anti HSV (tip I,II) IgG, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	5	Anti Toxoplasma gn. IgM, ELISA	ITALIA	DIA PRO	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Anti Toxoplasma gn. IgM, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	6	Anti Toxoplasma gn. IgG, ELISA	ITALIA	DIA PRO	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Anti Toxoplasma gn. IgG, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	8	Anti Chlamydia trh. IgG, ELISA	ITALIA	DIA PRO	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Anti chlamydia trh. IgG, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, cu calibratori	CE, ISO

33600 000-6	10	Mycoplasma hominis IgG, ELISA	Rusia	Vector Best	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Mycoplasma hominis IgG cu calibratori, metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”	CE, ISO
33600 000-6	12	Anti Ureoplasma urealyticum IgG,ELISA	Rusia	Vector Best	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni	Anti ureaplasma urealyticum IgG, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”	CE, ISO
33600 000-6	14	T3, ELISA	SUA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	T 3 cu calibratori, metoda de determinare ELISA set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	15	T4, ELISA	SUA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	T 4 cu calibratori, metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	16	T4 liber,	SUA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	T 4 liber cu calibratori, metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	17	TSH, ELISA	ITALIA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	TSH cu calibratori, metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	19	Estradiol, ELISA	ITALIA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Estradiol cu calibratori, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	21	Prolactin, ELISA	ITALIA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Prolactina cu calibratori, metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	22	LH, ELISA	ITALIA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	23	FSH, ELISA	ITALIA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO

33600 000-6	24	PSA total, ELISA	ITALIA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	PSA cu calibratori, metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	25	PSA liber, ELISA	ITALIA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	PSA liber cu calibratori, metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	26	AFP, ELISA	ITALIA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	AFP- Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, cu control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	27	Cortizol, ELISA	ITALIA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Cortizol , Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	28	CA 125, ELISA	SUA	MONOBIND	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	CA 125 cu calibratori, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	30	Anti HBcoreAg sumar,ELISA	ITALIA	DIA PRO	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	AntiHBcoreAg sumar, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO
33600 000-6	32	Anti HCV sumar, ELISA	ITALIA	DIA PRO	reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste	Anti HCV sumar, Metoda de determinare ELISA, set 96 teste, control “+”și “-”, si calibrator	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, prenumele: Tudor Ceaicovski

În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL _____ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.