

ÎM „Autoritate Grup” SRL

MD-2064, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68 A;

Tel. : (+373 22) 921470 fax: (+373 22)592016

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x832;

c/f: 1012600005027

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1545999538093 din 08.02.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de consum pentru serviciul de Dializă din IMSP ale R. Moldova pentru anul 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
33100000-1	Dializator, suprafața 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare \geq 6,0 ml/oră mm Hg	Purifier L100	Turcia	Safil Tibbi Urunler Uluslar Arasi Nakliyat San.Tic.A.g.	Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în	Cerințe generale Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în	Certificat ISO 13485 ; Certificat CE

					<p>utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60</p>	<p>utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare γ</p> <p>Membrană complet sintetică (Polyethersulphone) Coeficientul de UF 13 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere 60 ml</p> <p>Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea - 184 2 creatinina - 175 3 fosfați - 155 4 vitamina B-12 - 98</p>	
	Lotul 2						
33100000-1	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg	Purifier L140	Turcia	Safil Tibbi Urunler Uluslar Arasi Nakliyat San.Tic.A.g.	<p>Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml</p>	<p>Cerințe generale Certificare Internațională CE</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție - 3 ani Sterilizare γ</p> <p>Membrană complet sintetică (Polyethersulphone) Coeficientul de UF - 19 ml/oră Volumul de umplere - 78 ml</p>	Certificat ISO 13485 ; Certificat CE

					<p>Cerințele specifice N_o Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	<p>Cerințele specifice N_o Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea - 188 2 creatinina - 183 3 fosfați - 161 4 vitamina B-12 – 115</p>	
	Lotul 3						
33100000-1	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	Purifier L160	Turcia	Safil Tibbi Urunler Uluslar Arasi Nakliyat San.Tic.A.g.	<p>Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice N_o Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67</p>	<p>Cerințe generale Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție -3 ani Sterilizare γ Membrană complet sintetică (Polyethersulphone) Coeficientul de UF - 21 ml/oră Volumul de umplere - 86 ml Cerințele specifice N_o Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea - 191 2 creatinina - 186 3 fosfați - 165 4 vitamina B-12 – 125</p>	<p>Certificat ISO 13485; Certificat CE</p>

	Lotul 4						
33100000-1	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Purifier L180	Turcia	Safil Tibbi Urunler Uluslar Arasi Nakliyat San.Tic.A.g.	Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Cerințe generale Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție - 3 ani Sterilizare γ Membrană complet sintetică (Polyethersulphone) Coeficientul de UF - 24 ml/oră Volumul de umplere - 98 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea - 194 2 creatinina - 189 3 fosfați - 168 4 vitamina B-12 - 134	Certificat ISO 13485; Certificat CE
	Lotul 5						
33100000-1	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	Diarenneedle AV203F812T	Turcia	Farmasol Tibbi Urunler San. ve Tic. A.S.	Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a	Cerințe generale Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Fresenius 4008B și 4008S Termen garanție - 3 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a	Certificat ISO 13485; Certificat CE

				<p>aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	<p>aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi - 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale - 3750 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase - 2700 mm.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Cucu Vasile** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ÎM Autoritate Grup**

Adresa juridică : **r-nul Dubăsari s.Coșnița Str. Păcii 68 A**

Adresa de reședință : **mun.Chișinău str. Primăverii 11**