

# ÎM „Autoritate Grup” SRL

MD-2064, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68 A;  
Tel. : (+373 22) 921470 fax: (+373 22)592016

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x832;

c/f: 1012600005027

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1545999538093 din 08.02.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de consum pentru serviciul de Dializă din IMSP ale R. Moldova pentru anul 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 1</b>						
33100000-1	Dializator, suprafața 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg	Purifier L100	Turcia	Safil Tibbi Urunler Uluslar Arasi Nakliyat San.Tic.A.g.	Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în	Cerințe generale Certificare Internațională CE  Compatibilitate cu dispozitivele aflate în	Certificat ISO 13485; Certificat CE





					<p>utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60</p>	<p>utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare γ  Membrană complet sintetică (Polyethersulphone) Coeficientul de UF 13 ml/oră  Volumul de umplere 60 ml  Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea - 184 2 creatinina - 175 3 fosfați - 155 4 vitamina B-12 - 98</p>	
<p><b>Lotul 2</b> Dializator suprafata 1,3 - 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg</p>		<p>Purifier L140</p>	<p>Turcia</p>	<p>Safil Tibbi Urunler Uluslar Arasi Nakliyat San.Tic.A.g.</p>	<p>Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml</p>	<p>Cerințe generale Certificare Internațională CE  Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție - 3 ani Sterilizare γ  Membrană complet sintetică (Polyethersulphone) Coeficientul de UF - 19 ml/oră Volumul de umplere - 78 ml</p>	<p>Certificat ISO <b>13485;</b> Certificat CE</p> 
<p>33100000-1</p>							



					<p>Cerințele specifice          № Clearance Unitate măsură ml/min          1 ureea - 185          2 creatinina <math>\geq</math> 172          3 fosfați <math>\geq</math> 135          4 vitamina B-12 <math>\geq</math> 75</p>	<p>Cerințele specifice          № Clearance Unitate măsură ml/min          1 ureea - 188          2 creatinina - 183          3 fosfați - 161          4 vitamina B-12 - 115</p>	
<p><b>Lotul 3</b>          Dializator suprafața 1,5 - 1,6 m<sup>2</sup>.          Coeficientul de ultrafiltrare <math>\geq</math> 10,0 ml/oră mm Hg</p>	<p>Purifier L160</p>	<p>Turcia</p>	<p>Safil Tibbi          Urunler          Uluslar Arasi          Nakliyat          San.Tic.A.g.</p>	<p>Cerințe generale          Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA)          Da          Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da          Termen garanție <math>\geq</math> 2 ani          Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, <math>\gamma</math>, <math>\beta</math> și alte metode de iradiere Da          Membrană complet sintetică Da          Coeficientul de UF <math>\geq</math> 10 ml/oră          Volumul de umplere <math>\leq</math> 100 ml</p> <p>Cerințele specifice          № Clearance Unitate măsură, ml/min          1 ureea <math>\geq</math> 182          2 creatinina <math>\geq</math> 168          3 fosfați <math>\geq</math> 130          4 vitamina B-12 <math>\geq</math> 67</p>	<p>Cerințe generale          Certificare Internațională CE          Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da          Termen garanție -3 ani          Sterilizare <math>\gamma</math></p> <p>Membrană complet sintetică (Polyethersulphone)          Coeficientul de UF - 21 ml/oră          Volumul de umplere - 86 ml</p> <p>Cerințele specifice          № Clearance Unitate măsură, ml/min          1 ureea - 191          2 creatinina - 186          3 fosfați - 165          4 vitamina B-12 - 125</p>	<p>Certificat ISO  <b>13485</b>,          Certificat CE</p>	






33100000-1	<b>Lotul 4</b> Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Purifier L180	Turcia	Safil Tibbi Urunler Uluslar Arasi Nakiyat San. Tic.A.g.	Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Cerințe generale Certificare Internațională CE  Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție - 3 ani Sterilizare γ  Membrană complet sintetică (Polyethersulphone) Coeficientul de UF - 24 ml/oră Volumul de umplere - 98 ml  Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea - 194 2 creatinina - 189 3 fosfați - 168 4 vitamina B-12 - 134	Certificat ISO <b>13485</b> ; Certificat CE
33100000-1	<b>Lotul 5</b> Linii pentru sînge (magistrale), set artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	Diarenneedle AV203F812T	Turcia	Farmasol Tibbi Urunler San. ve Tic. A.S.	Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a	Cerințe generale Certificare Internațională CE  Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Fresenius 4008B și 4008S Termen garanție - 3 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a	Certificat ISO <b>13485</b> ; Certificat CE









Semnat: 

Numele, Prenumele: **Cucu Vasile** În calitate de: **Director**  
Adresa juridică : **r-nul Dubăsari s.Cosnița Str. Păcii 68 A**  
Adresa de reședință : **mun.Chișinău str. Primăverii 11**

Ofertantul: **ÎM Autoritate Grup**

