

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1636544703047 / 21046562 din: 10 noiembrie 2021
Obiectul achiziției: Consumabile pentru sterilizare, a.2022

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						CE, ISO
1.1	Role - lățimea 100 mm, lungimea 200 m	RS100x200	China	M&G	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
1.2	Role - lățimea 150 mm, lungimea 200 m	RS150x200	China	M&G	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
1.3	Role - lățimea 200 mm, lungimea 200 m	RS200x200	China	M&G	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO

1.4	Role - lățimea 250 mm, lungimea 200 m	RS250x200	China	M&G	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
1.5	Role - lățimea 300 mm, lungimea 200 m	RS300x200	China	M&G	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
1.6	Role - lățimea 350 mm, lungimea 200 m	RS350x200	China	M&G	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
1.7	Role - lățimea 400 mm, lungimea 200 m	RS400x200	China	M&G	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
2.1	Indicatoare 134°C, 5 minute	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 5 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 5 minute *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO

2.2	Indicatoare 134°C, 4 minute	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 4 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 4 minute *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
2.3	Indicatoare 121°C, 20 minute	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 121°C, 20 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 121°C, 20 minute *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
2.4	Indicatoare 120°C, 45 minute, externe	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
2.5	Indicatoare 120°C, 45 minute, interne	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
2.6	Indicatoare 132°C, 20 minute, externe	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO

2.7	Indicatoare 132°C, 20 minute, interne	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE, ISO
-----	---------------------------------------	-----------	-------	----------	---	---	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51