

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
193	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici de baza) 290120	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici de baza) Descriere Sistem video pentru investigarea internă , destinat pentru a vizualiza și trata afecțiuni în interiorul intestinului gros Cod 290120 Parametrul Specificația Videoprocessor Intrări cameră ≥ 1 Imaginea HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate obligatoriu Videocompensare obligatoriu Alte controale zoom Ieșiri RGB 1 Y/C ≥ 1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) obligatoriu "Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei" obligatoriu	Producator / Tara de origine: Fujifilm, Japonia Model: EC 720 + EP 6000+Accesorii Descriere Sistem video pentru investigarea internă , destinat pentru a vizualiza și trata afecțiuni în interiorul intestinului gros Cod 290120 Parametrul Specificația Videoprocessor Intrări cameră ≥ 1 Imaginea HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate obligatoriu Videocompensare obligatoriu Alte controale zoom Ieșiri RGB 1 Y/C ≥ 1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) obligatoriu "Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei" obligatoriu

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 193

		Sursa de lumină Tip integrată cu procesorul sau separat Tip lampă LED sau Xenon Timp de viață lampă ≥ 500 h Putere lampă "≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W" Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) Contor lampă da, (doar in cazul lampii Xenon) Mod standby obligatoriu Lampă de rezervă da, (doar in cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical ≥ 23 inch "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" "DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil" Captura digitală obligatoriu Suport pe roțile obligatoriu Sistem de furnizare a aerului/apoi regimuri de lucru minim 3 volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul	Sursa de lumină Tip integrată cu procesorul sau separat Tip lampă LED sau Xenon Timp de viață lampă ≥ 500 h Putere lampă "≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W" Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) Contor lampă da, (doar in cazul lampii Xenon) Mod standby obligatoriu Lampă de rezervă da, (doar in cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical ≥ 23 inch "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" "DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil" Captura digitală obligatoriu Suport pe roțile obligatoriu Sistem de furnizare a aerului/apoi regimuri de lucru minim 3 volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul
--	--	--	--

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati**ANEXA Nr. 193**

Parametrii tehnici solicitati		Parametrii tehnici solicitati	
Tip	Separat de procesor	Tip	Separat de procesor
Volumul rezervorului	$\geq 1,4$ litri	Volumul rezervorului	$\geq 1,4$ litri
Vid	obligatoriu	Vid	obligatoriu
Dirijarea nivelului de aspirare	în trepte	Dirijarea nivelului de aspirare	în trepte
Accesorii:	Sursa de lumină modelul oferit	Accesorii:	Sursa de lumină modelul oferit
	1 unit.		1 unit.
	Pompă inclusă		Pompă inclusă
	0,3- 0,6 Pa		0,3- 0,6 Pa
	Lampă halogen de rezervă 2 unit.		Lampă halogen de rezervă 2 unit.
	Tester automat 1 unit. (să se indice modelul)		Tester automat 1 unit. (să se indice modelul)
	Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar		Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar
	Vas de rezervă pentru aspirator $\geq 1,4$ litri, 1 unit.		Vas de rezervă pentru aspirator $\geq 1,4$ litri, 1 unit.
	Filtre pentru aspirator 5 unit.		Filtre pentru aspirator 5 unit.
	Monitor 1 unit.		Monitor 1 unit.
	Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul)		Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul)
	Polițe reglabile la înălțime 4 unit.		Polițe reglabile la înălțime 4 unit.
Videocolonoscop	Să se indice modelul oferit modelul	Videocolonoscop	Să se indice modelul oferit modelul
Tip HDTV / HD	$\geq 1920 \times 1080$ pixeli	Tip HDTV / HD	$\geq 1920 \times 1080$ pixeli
Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu		Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu	

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 193

		Tubul de inserție Lungimea totală ≥ 1950 Lungimea de lucru ≥ 1680 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Canalul de lucruDiametrul $\geq 3,7$ mm Optica Unghiul câmpului de vedere >140 Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3-100 Rata de deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta 160 grade Imersibil obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	Tubul de inserție Lungimea totală ≥ 1950 Lungimea de lucru ≥ 1680 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Canalul de lucruDiametrul $\geq 3,7$ mm Optica Unghiul câmpului de vedere >140 Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3-100 Rata de deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta 160 grade Imersibil obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Corespunde
--	--	---	---