

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21116315 / ocds-b3wdp1-MD-1699619738481, din 15/12/2023						Data: 15/12/2023	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024						Lot: .	Pagina 1 din 1	
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310000-1	19	Test Anti - Scl – 70	ORG 512	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051374
3310000-1	20	Test Anti - SS – B	ORG 509	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051364
3310000-1	21	Test Anti CCP	ORG 601	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051442
3310000-1	22	Test Anti -SS –A	ORG 508	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori.	DM000051358
3310000-1	23	Test Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM	ORG 515	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051385
3310000-1	24	Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM	ORG 529	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051407
3310000-1	25	Test Anti-MPO (p-Antocpii citoplasmatici anti neutrofile)	ORG 519	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051392

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
3310000-1	28	Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari)	ORG 600	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051441
3310000-1	29	Test Anti-ds DNA	ORG 604	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051443
3310000-1	30	Test Anti-PR3 (c-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile)	ORG 618	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051448
3310000-1	31	Test Anti sm/RNP	ORG 511	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051370
3310000-1	32	Test Anti-Centromere B	ORG 633	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051450
3310000-1	33	Test Anticorpii Anti – Mitocondriali	ORG 516	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051389
3310000-1	39	Anti chlamidia pneumoniae IgG	CHLG0510	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116806
3310000-1	40	Anti chlamidia pneumoniae IgM	CHLM0510	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116807

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
3310000-1	41	Anti chlamydia trh. IgA	CHLA0070	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116802
3310000-1	42	Anti chlamydia trh. IgG	CHLG0070	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116803
3310000-1	43	Anti chlamydia trh. IgM	CHLM0070	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116804
3310000-1	44	Anti CMV IgG	CMVG0110	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116808
3310000-1	45	Anti CMV IgM	CMVM0110	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116809
3310000-1	46	Anti EBV EBNA IgG	EBVG0580	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116841
3310000-1	47	Anti EBV VCA IgG	EBVG0150	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116839
3310000-1	48	Anti EBV VCA IgM	EBVM0150	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116840

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
3310000-1	50	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	ASCG0020	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116819
3310000-1	51	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis	TOCG0450	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul "+"și "-" calibratori pentru determinarea cantitativă. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul "+"și "-" calibratori pentru determinarea cantitativă. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116882
3310000-1	59	Anti Helicobacter pylori IgG	HELG0220	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	1. Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	1. Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116844
3310000-1	60	Anti Helicobacter pylori IgM	HELM0220	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	In proces de inregistrare
3310000-1	61	Anti HSV (tip I,II) IgG	HSVG0250	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116851
3310000-1	62	Anti HSV (tip I,II) IgM	HSVM0250	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116852
3310000-1	63	Anti HSV tip I IgG	HSV1G0500	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116847
3310000-1	64	Anti HSV tip I IgM	HSV1M0500	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116848

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
3310000-1	65	Anti HSV tip II IgG	HSV2G0540	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116849
3310000-1	66	Anti HSV tip II IgM	HSV2M0540	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116850
3310000-1	67	Anti mitocondriali Anti AMA 2	ORG 516	Germania	Orgentec	Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051389
3310000-1	70	Anti Toxoplasma gn. IgG	TOXG0460	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116813
3310000-1	71	Anti Toxoplasma gn. IgM	TOXM0460	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116815
3310000-1	78	Anti-TPO cu calibratori, ELISA	ORG 503	Germania	Orgentec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000051352
3310000-1	79	Anti-Trichinella IgG	TRIG0480	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Anti-Trichinella IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control -, diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent	Anti-Trichinella IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control -, diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent	DM000116883
3310000-1	84	CA 15-3, cu calibratori, ELISA	DNOV062	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	DM000116917

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
3310000-1	89	CEA , cu calibratori, ELISA	DNOV060	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite si fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite si fixate de producător	In proces de inregistrare
3310000-1	90	Cortizol cu calibratori, ELISA	DNOV001	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000116888
3310000-1	91	C-peptid	DNOV112	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116912
3310000-1	95	DHEA-S ELISA	DNOV005	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste	Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste	DM000116892
3310000-1	97	Feritina cu calibratori	ORG 5FE	Germania	Orgentec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000051437
3310000-1	117	Mycoplasma pneumoniae IgG	MYCG0350	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116867
3310000-1	118	Mycoplasma pneumoniae IgM	MYCM0350	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116868
3310000-1	121	Progesteron, cu calibratori, ELISA	DNOV006	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000116893

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
3310000-1	122	Prolactina cu calibratori ELISA	DNOV032	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	DM000116902
3310000-1	130	T 3 cu calibratori	DNOV053	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116906
3310000-1	131	T 4 cu calibratori	DNOV054	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000116907
3310000-1	132	Taenia Solium IgG	TAEG0420	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	DM000116877
3310000-1	136	Testosterone cu calibratori, ELISA	DNOV002	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000116889
3310000-1	139	TSH cu calibratori	TSH1030	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000116903
3310000-1	140	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	DNOV051	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000116904
3310000-1	141	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	FT41050	Germania	Gold standard diagnostics - Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	In proces de inregistrare

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova