

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: *Informația o găsiți în SIA RSAP*

Obiectul achiziției: **ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ ȘI CORECTIVĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE PENTRU ANUL 2026**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origin e	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Unitate de anestezie Venar TC				1. Asigurarea în permanență a stării de bună funcționare a dispozitivelor medicale prin efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. 2. Verificări și revizii semestrial a parametrilor de funcționare conform cărții tehnice. 3. Servicii de mentenanță vor fi indicate obligatoriu în fișele de mentenanță tehnică după fiecare intervenție. 4. Intervenții pentru reparații. 5. Activitatea de servicii și reparație se va desfășura la sediul beneficiarului.	1. Asigurarea în permanență a stării de bună funcționare a dispozitivelor medicale prin efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. 2. Verificări și revizii semestrial a parametrilor de funcționare conform cărții tehnice. 3. Servicii de mentenanță vor fi indicate obligatoriu în fișele de mentenanță tehnică după fiecare intervenție.	
Lot 2 Ventilator pulmonar Shangrila						
Lot 3 Generator de oxigen Provita 50 inclusiv consumabile						

				6. Termenul de prestarea serviciilor pînă la 31.12.2026. 7. Înlocuirea filtrelor și uleiului la stația de producere de oxigen se efectuează conform orelor de utilizare a acestora cu prețul inclus în specificație. 8.Verificarea concentrației oxigenului produs.	4. Intervenții pentru reparații. 5. Activitatea de servicii și reparație se va desfășura la sediul beneficiarului. 6. Termenul de prestarea serviciilor pînă la 31.12.2026. 7. Înlocuirea filtrelor și uleiului la stația de producere de oxigen se efectuează conform orelor de utilizare a acestora cu prețul inclus în specificație. 8.Verificarea concentrației oxigenului produs.	
Lot 4 Monitor pentru pacient MEC-2000						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: MD-2025, strada N. Testemițeanu 19/3, ap. 101, mun. Chișinău, Republica Moldova