

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Agencia Națională pentru Sănătate Publică

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1775640351001 / 21597257 din 05.05.2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Medii de cltură pentru laboratoarele de profil microbiologic al ANSP					Lot : 124	Pagina 1 din 1
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Lot 124 Test rapid imunocromatografic C. difficile GDH+Toxină A+B, card combo pentru detectarea calitativă a glutamat dehidrogenazei (GDH), a toxinei A și a toxinei B la C. difficile in mase fecale.	Clostridium difficile GDH+Toxina A+ Toxina B Combo Rapid Test Cassette Nr.catalog ICD-635	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Bucată=kit/ 20 teste Limita de detecție de la: 0.10 ng/mL C. difficile GDH, 0.25 ng/mL C. difficile Toxina A, 0.19 ng/mL C. difficile Toxina B Control pozitiv GDH, Tox A/B - prezent in kit. Sensibilitate >97% si specificitate >95%, rezultat in maxim 15 min	Clostridium difficile GDH+Toxina A+ Toxina B Combo Rapid Test Cassette -Test rapid imunocromatografic pentru determinarea Clostridium diffiicile GDH+Toxina A+ Toxina B. Ambalaj 20 teste/kit . Toti reagentii necesari pentru efectuarea testului inclusi in kit (caseta +buffer+pipeta) Limita de detectie : 1 ng / ml pentru GDH , 2 ng / ml pentru Toxin A , 1 ng / ml pentru Toxin B Sensibilitate - 98,2 % ; specificitate - 98,6 % Rezultate in 10 min Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377324 Se anexeaza: CE , Declaratie Conformity, Catalog pag.5 , Instructiune de utilizare	CE, ISO

Numele,Prenumele : **Varman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ProfilabDiagnostic SRL** Adresa: **mun. Chisinău, str. Dokucaev,6**

Semnat electronic