

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1678355350253 din 24.03.2023						
Obiectul de achiziție: Reagenți și consumabile de Laborator – sistem deschis pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lot 1. Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4						
Lot 1.1 Reagenți p/u determinarea timpului de trombină (TT)	609	Federația Rusă	Technology-Standard	Reagenții , plazma de control, consumabile de la același producător, sub același lot. Set de 100 teste, compatibil cu Trombotimer - 4	Reagenții , plazma de control, consumabile de la același producător, sub același lot. Set de 100 teste, compatibil cu Trombotimer - 4	Certificat CE; Certificat ISO
Lot 1.2 Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick, reagent liofilizat, ISI 1,05	735	Federația Rusă	Technology-Standard	Reagenții , plazma de control, consumabile de la același producător, sub același lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 inclus în set	Reagenții , plazma de control, consumabile de la același producător, sub același lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 inclus în set	Certificat CE; Certificat ISO
Lot 1.3 Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) cu acid elagic	652	Federația Rusă	Technology-Standard	Reagenții , plazma de control, consumabile de la același producător, sub același lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componenta set: APTT-El reagent :creer de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01%. CaCL2 002 mol/l, Sodium azide <0.01%,	Reagenții , plazma de control, consumabile de la același producător, sub același lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componenta set: APTT-El reagent :creer de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01%. CaCL2 002 mol/l, Sodium azide <0.01%,	Certificat CE; Certificat ISO
Lot 1.4 Plazma de control - nivel normal 1ml, cu valorile următorilor parametri: Timpul protrombinic; protrombina după Quick; INR; TTPA; Timpul trombinic; Fibrinogen, ISI 1,0-1,1	774	Federația Rusă	Technology-Standard	Reagenții , plazma de control, consumabile de la același producător, sub același lot. Componenta set:Plasma N 6*1 ml, Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat	Reagenții , plazma de control, consumabile de la același producător, sub același lot. Componenta set:Plasma N 6*1 ml, Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat	Certificat CE; Certificat ISO

Lot 1.5 Plazma de control -nivel patologic 1ml, cu valorile urmatoarelor parametri: Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR; TTPA; Timpul trombinic; Fibrinogen, ISI 1,0-1,1	775	Federația Rusă	Techology-Standard	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Componența set:Plasma P 6*1 ml. Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Componența set:Plasma P 6*1 ml. Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat	Certificat CE; Certificat ISO
Lot 1.6 Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante	081	Federația Rusă	Techology-Standard	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și control-minus.Varianta în flacoane set 100 determinari	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și control-minus.Varianta în flacoane set 100 determinari	Certificat CE; Certificat ISO
Lot 2. Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X						
Lot 2.1 Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante	081	Federația Rusă	Techology-Standard	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și control-minus.Varianta în flacoane set 100 determinari	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și control-minus.Varianta în flacoane set 100 determinari	Certificat CE; Certificat ISO
Lot 2.2 Set de cuve din plastic pentru investigații Coatron X	24 100 00	Germania	TECO	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set de 500 cuve cu cod de bare	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set de 500 cuve cu cod de bare	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 2.3 Calibratori pentru determinarea concentrației fibrinogenului, Coatron X	P8001-005	Germania	TECO	Calibrator pentru determinarea concentrației fibrinogenului (1ml), cu set de fibrinogen de acelaș producator sub acelaș Lot .	Calibrator pentru determinarea concentrației fibrinogenului (1ml), cu set de fibrinogen de acelaș producator sub acelaș Lot .	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 2.4 Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometru optic CoatronX	A0511-020+A0590-125	Germania	TECO	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și contro l- minus. Varianta în flacoane, set 800 determinari (10 fl*2ml) cu IBS bufer Imidazol	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și contro l- minus. Varianta în flacoane, set 800 determinari (10 fl*2ml) cu IBS bufer Imidazol	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 2.5 TEC control Normal, pentru Coatron X	P6001-010	Germania	TECO	Reagenti, plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot flacoane 1ml	Reagenti, plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot flacoane 1ml	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 2.6 TEC control Abnormal, pentru Coatron X	P6101-010	Germania	TECO	Reagenti , plazma de control, consumabile de la acelaș producător, sub acelaș lot flacoane 1ml	Reagenti , plazma de control, consumabile de la acelaș producător, sub acelaș lot flacoane 1ml	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 6. Strip-test la troponin I în ser	CG2001	China	Getein Biotech	Sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specificitatea 98,4% , precisitatea 98,5%	Sensibilitatea 0,3 ng/ml (99%), specificitatea 99% , precisitatea 99%. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 7. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)	2K	SUA	ACON	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici). Broșura se anexează.	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 8. Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina	1B	SUA	ACON	Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina	Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina. Broșura se anexează.	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 9. Teste pentru determinarea proteinei în urina	1R	SUA	ACON	Teste pentru determinarea proteinei în urina	Teste pentru determinarea proteinei în urina. Broșura se anexează.	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 12. Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze	8.02.04.0.0010	Jordan	Atlas Medical	Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze	Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 1fl.10ml=200 doze. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 13. Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze	8.02.05.0.0010	Jordan	Atlas Medical	Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze	Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 1fl.10ml=200 doze. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 14. Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze	8.02.06.0.0010	Jordan	Atlas Medical	Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze	Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 1fl.10ml=200 doze. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 15. Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze	8.02.03.7.0001	Jordan	Atlas Medical	Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze	Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pentru 1fl.10ml=200 doze. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 16. Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 120°C -45 minute)	120/45	Federația Rusă	Marker	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 120°C -45 minute)	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 120°C -45 minute)	Certificat de calitate
Lot 17. Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C -60 minute)	180/60	Federația Rusă	Marker	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C 60 minute)	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C 60 minute)	Certificat de calitate

Lot 20. Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore pe strip 25/ambalaj	DD032	India	HiMedia	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore pe strip 25/ambalaj	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore pe strip 25/ambalaj	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 25. Test Anti Helicobacter Pylori Ig G	EL1-1140	SUA	Monocent	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 26. Test anticorpi anti- lamblia	EI-606	Ucraina	Ekvitestlab	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul “+”și “-”	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul “+”și “-” Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 27. Test anticorpi la toxocara Ig G	EI-603	Ucraina	Ekvitestlab	Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul “+”și “-”	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul “+”și “-” Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 29. Phenilalanine Malonate broth (bulion)	M382-100G	India	HiMedia	Phenilalanine Malonate broth(bulion), Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,1 kg	Phenilalanine Malonate broth(bulion), Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,1 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 30. Mediu MRS lichid	M369	India	HiMedia	Mediu MRS lichid Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediu MRS lichid Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 31. Medium Bifidobacterium broth(bulion)	M1395	India	HiMedia	Medium Bifidobacterium broth(bulion), Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Medium Bifidobacterium broth(bulion), Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 32. Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes	DD015	India	HiMedia	Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes	Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 33. Mediul Saburoud lichid (bulion)	M033	India	HiMedia	Mediul Saburoud lichid (bulion) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Saburoud lichid (bulion) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 34. Mediul MacConkey agar	M081	India	HiMedia	Mediul MacConkey agar, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul MacConkey agar, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 35. Mediul Tioglicolic	M009	India	HiMedia	Mediul Tioglicolic, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Tioglicolic, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 36. Agar hiperclorurat cu manitol	M118	India	HiMedia	Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 37. Suspensie de galbenuş	FD045-100ML	India	HiMedia	Suspensie de galbenuş, tipul reagenților lichid amb. 100 ml	Suspensie de galbenuş, tipul reagenților lichid amb. 100 ml	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 38. Mediul Endo	M029R	India	HiMedia	Mediul Endo, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Endo, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 39. Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/	M493	India	HiMedia	Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 40. Mediul Saburoud cu Chloramfenicol	M1067	India	HiMedia	Mediul Saburoud cu Chloramfenicol. Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Saburoud cu Chloramfenicol. Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 41. Mediul Rappaport-Vassiladis	M880	India	HiMedia	Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 42. Mediul Kligler	M078	India	HiMedia	Mediul Kligler. Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Kligler. Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 44. Ser diagnostic Salmonella monovalent O4	M10311	Marea Britanie	Mast Group	amb – flacon 1 ml	amb – flacon 1 ml	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 45. Ser diagnostic Salmonella monovalent O9	M10314	Marea Britanie	Mast Group	amb – flacon 1 ml	amb – flacon 1 ml	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 46. Mediul SS (salmonella, shigella)	M108	India	HiMedia	Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 61. Ser de cal	HA001-100ML	Marea Britanie	TCS Biosciences	Ser de cal Tipul reagenților - lichid, amb 0,1 litri	Ser de cal Tipul reagenților - lichid, amb 0,1 litri	Certificat ISO; Autorizație
Lot 62. Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G	8.00.13.0.0300	Jordan	Atlas Medical	Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic Forma de ambalarea: cutii a câte 50 teste	Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic Forma de ambalarea: cutii a câte 50 teste	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.1 Ampicilină 2 mcg/disc	AP2C	Marea Britanie	Mast Group	Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.2 Oxacillin 1 mcg	OX1C	Marea Britanie	Mast Group	Oxacillin 1 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Oxacillin 1 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.3 Cefotaxime 5 mcg/disc	CTX5C	Marea Britanie	Mast Group	Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.4 Rifampicină 5 mcg	RP5C	Marea Britanie	Mast Group	Rifampicină 5 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Rifampicină 5 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.5 Amicacină 30 mcg/disc	AK30C	Marea Britanie	Mast Group	Amicacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Amicacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 63.6 Amoxiclav 20/10 mcg/disc	AUG30C	Marea Britanie	Mast Group	Amoxiclav 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Amoxiclav 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.7 Ampicilină 10mcg/disc	AP10C	Marea Britanie	Mast Group	Ampicilină 10mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Ampicilină 10mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.8 Erythromicin 15 mcg/disc	E15C	Marea Britanie	Mast Group	Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63. 9 Cefazolin 30 mc/disc	CZ30C	Marea Britanie	Mast Group	Cefazolin 30 mcg/discc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Cefazolin 30 mcg/discc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.10 Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc	SPZ105C	Marea Britanie	Mast Group	Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.11 Ceftazidim 10 mcg/disc	CAZ10C	Marea Britanie	Mast Group	Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.12 Cefepime 30mcg/disc	CPM30C	Marea Britanie	Mast Group	Cefepime 30mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Cefepime 30mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 63.13 Ceftriaxon 30 mcg/disc	CRO30C	Marea Britanie	Mast Group	Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.14 Cefuroxim 30 mcg/disc	CXM30C	Marea Britanie	Mast Group	Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.15 Cefoxitin 30 mcg/disc	FOX30C	Marea Britanie	Mast Group	Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.16 Piperacilin/Tazobactam 30/6 mcg/disc	PTZ36C	Marea Britanie	Mast Group	Piperacilin/Tazobactam 30/6 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Piperacilin/Tazobactam 30/6 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.17 Cloramfenicol 30 mcg/disc	C30C	Marea Britanie	Mast Group	Cloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Cloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.18 Ciprofloxacina 5 mcg/disc	CIP5C	Marea Britanie	Mast Group	Ciprofloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Ciprofloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.19 Clindamicina 2 mcg/disc	CD2C	Marea Britanie	Mast Group	Clindamicina 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Clindamicina 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 63.20 Metronidazol 5 mcg/disc	MZ5C	Marea Britanie	Mast Group	Metronidazol 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Metronidazol 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.21 Co-Trimoxazol 25 mcg/disc	CTZ25C	Marea Britanie	Mast Group	Co-Trimoxazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Co-Trimoxazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.22 Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc	DXT30C	Marea Britanie	Mast Group	Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.23 Fosfomicină 200 mcg/disc	FOT200C	Marea Britanie	Mast Group	Fosfomicină 200 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Fosfomicină 200 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.24 Gentamicină 10 mcg/disc	GM10C	Marea Britanie	Mast Group	Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.25 Imipenem 10 mcg/disc	IMI10C	Marea Britanie	Mast Group	Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.26 Levofloxacină 5 mcg/disc	LEV5C	Marea Britanie	Mast Group	Levofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Levofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 63.27 Norfloxacin 10 mcg/disc	NOR10C	Marea Britanie	Mast Group	Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.28 Meropenem 10 mcg/disc	MEM10C	Marea Britanie	Mast Group	Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.29 Acid nalidixic 30 mcg/disc	NA30C	Marea Britanie	Mast Group	Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.30 Nitrofurantoin 100 mcg/disc	NI100C	Marea Britanie	Mast Group	Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.31 Nitroxolină 30 mcg/disc	NIB30C	Marea Britanie	Mast Group	Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.32 Ofloxacină 5 mcg/disc	OFX5C	Marea Britanie	Mast Group	Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.33 Penicilină-G 1 unit/disc	PG1C	Marea Britanie	Mast Group	Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 63.34 Tobramicină 10 mcg/disc	TN10C	Marea Britanie	Mast Group	Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.35 Vancomicină 5 mcg/disc	VA5C	Marea Britanie	Mast Group	Vancomicină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Vancomicină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.36 Amfotericină B 100 unit/disc	AMB100C	Marea Britanie	Mast Group	Amfotericină B 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Amfotericină B 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.37 Fluconazol 25 mcg/disc	FCN 25C	Marea Britanie	Mast Group	Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.38 Itraconazol 10 mcg/disc	ICZ10C	Marea Britanie	Mast Group	Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.39 Nistatină 100 unit/disc	NY100C	Marea Britanie	Mast Group	Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.40 Moxifloxacină 5 mcg/disc	MFX5C	Marea Britanie	Mast Group	Moxifloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul existent in IMSP SCR Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Moxifloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul existent in IMSP SCR Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 63.41 Linezolid 10mcg/disc	LZD10C	Marea Britanie	Mast Group	Linezolid 10mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Linezolid 10mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.42 Tetracilin 30mcg/disc	T30C	Marea Britanie	Mast Group	Tetracilin 30mcg/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producatorza	Tetracilin 30mcg/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producatorza	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.43 Voriconazol 1 mcg	VR277C	Marea Britanie	Mast Group	Voriconazol 1 mcg livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Voriconazol 1 mcg livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.44 Furazolidon 50 mg/ disc	FZD50C	Marea Britanie	Mast Group	Furazolidon 50 mg/ disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Furazolidon 50 mg/ disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.45 Cloxacilin 50 0mg/disc	CX50C	Marea Britanie	Mast Group	Cloxacilin 50 0mg/disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Cloxacilin 50 0mg/disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.46 Ceftazidim 30 mcg/disc	CAZ30C	Marea Britanie	Mast Group	Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea in cartuse,Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.47 *Mueller-Hinton agar pentru antibiografe conform standardelor internationale	DM170D	Marea Britanie	Mast Group	*Mueller-Hinton agar pentru antibiografe conform standardelor internationale Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator	*Mueller-Hinton agar pentru antibiografe conform standardelor internationale Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar vor fi de la acelaș producator	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Lot 63.48 ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri	EM084-30ST	India	HiMedia	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.49 ETest Metronidazol 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	EM128-30ST	India	HiMedia	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 63.50 ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	EM060-30ST	India	HiMedia	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 64. Standart McFarland de turbiditate 0,5 unități	R092	India	HiMedia	Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unități	Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unități	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 65. E.coli ATCC 25922	MM02-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	Tulpini liofelizat, set 10 discuri. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 66. P.aeruginosa ATCC 27853	MM10-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	Tulpini liofelizat, set 10 discuri. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 67. S.aureus ATCC 29213	MM14-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	Tulpini liofelizat, set 10 discuri. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 68. Enterococcus faecalis ATCC 29212	MM18-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	Tulpini liofelizat, set 10 discuri. Broșura se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 70. Plasma de iepure liofilizata	52.01	Federația Rusă	Ecolab	Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon	Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE: Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 71. Combi-test (Ceftazidim 30mcg, Ceftazidim 30 mcg + Ac.clavulanic 10 mcg)	D64C	Marea Britanie	Mast Group	Ceftazidim 30mcg , Ceftazidim 30 mcg +Ac.clavulanic 10 mcg, 50 rondele	Ceftazidim 30mcg , Ceftazidim 30 mcg +Ac.clavulanic 10 mcg, 50 rondele	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 72. Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 121°C -20 minute)	121/20	Federația Rusă	Marker	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 121°C -20 minute)	Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 121°C -20 minute)	Certificat de calitate

Lot 74. Determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica, test rapid	GCCD(GDH)-602a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica, test rapid	Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica, test rapid. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 75. Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid	GCCD(Toxin A/B)-602a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid	Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 77. Resist -4 O.K.N.V. set	K-15R8	Belgia	CORIS BioConcept	Resist -4 O.K.N.V.	Resist -4 O.K.N.V. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9