

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1744114256699
Denumirea procedurii de achiziție Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)	

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 4						
Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B	STR-23	Turcia	TEK-BAL TIBBI CIHAZLAR SAN TIC STI	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu	Autoclav 21 -25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B DA Pag. 76 User Manual Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox DA Pag. 2 Product Specification Exterior Vopsit electrostatic rezistent la coroziuni DA Pag. 2 Product Specification Securitate la supraîncălzire DA Pag. 20 User Manual Securitate la suprapresiune DA Pag. 21 User Manual Alarmer acustică vizuală DA Pag. 85 User Manual Durata sterilizării reglabilă DA Pag. 47 User	CE/ DM000390467

				Control Microprocesor	Manual Control Microprocesor DA Pag. 21 User Manual	
				Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu	Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă DA Pag. 21 User Manual	
				Ușa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu	Ușa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare DA Pag. 49 User Manual	
				Suprafata exterioara să nu se încălzească	Suprafata exterioara să nu se încălzească DA	
				Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu	Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit DA Pag. 46 User Manual	
				Imprimanta obligatoriu	Imprimanta DA Pag. 26 User Manual	
				Afișaj alfanumeric	Afișaj alfanumeric DA Pag. 42 User Manual	
				Ciclu de strilizare	Ciclu de strilizare DA Pag. 75 User Manual	
				Ciclu de presiune pozitivă	Ciclu de presiune pozitivă DA Pag. 75 User Manual	
				Ciclu de vacuum obligatoriu	Ciclu de vacuum DA Pag. 75 User Manual	
				Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata	Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata DA Pag. 82 User Manual	
				Sistem de uscare obligatoriu	Sistem de uscare DA Pag. 48 User Manual	
				Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă	Facilități de setare timp DA Pag. 75 User Manual temperatura DA Pag. 75 User Manual eliberare automată a vaporilor DA Pag. 26 User Manual racire rapidă DA Pag. 23 User Manual	

				Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Volum interior 23L Precizie timp de sterilizare 1 min DA Rafturi da, 3 tavi DA Pag. 2 Product Specification Regimuri de sterilizare 8 DA Pag. 32 User Manual Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C DA Pag. 19 User Manual Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C DA Pag. 75 User Manual Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare DA Pag. 75 User Manual Înregistrator date DA Tip date data Timp DA Pag. 75 User Manual temperatura DA Pag. 77 User Manual presiune DA Pag. 77 User Manual Capacitatea rezervorului de apă 4 l DA Pag. 32 User Manual Alimentare 220V, 50 Hz DA Pag. 32 User Manual	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În
calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău