

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739540682711 din 14.02.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 2 - Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart)						
Lot nr. 2 Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart)	Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart) Model EMERGENCY CART VOGN CS- EC AMDM DM000670129	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Cărucior pentru urgențe medicale; Număr de sertare - 4 sau 5; Roți pivotante 4, minim 2 cu frână; Mâner pentru transportare minim 1; Dotat cu suport pentru perfuzie; Dotat cu suport pentru defibrilator; Dotat cu coș de gunoi; Dimensiuni: înălțimea 100 cm ± 5 cm, lățimea 67 cm - 82 cm, adâncimea 52 cm - 64 cm. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).	Cărucior pentru urgențe medicale; Număr de sertare - 5 DA, pag 2 tehnical spacification; Roți pivotante 4, 2 cu frână DA, pag 1,2 tehnical spacification; Mâner pentru transportare 1- DA; Dotat cu suport pentru perfuzie - DA, 2 tehnical spacification; Dotat cu suport pentru defibrilator - DA, 2 tehnical spacification; Dotat cu coș de gunoi - DA, 2 tehnical spacification; Dimensiuni: înălțimea 95 cm,anexat declarația de la producător, lățimea 74 cm ± 2 cm, adâncimea 59 cm ± 2 cm.	
Lot nr. 16 - Fotoliu pentru examinare						
Lot nr. 16 Fotoliu pentru examinare	Fotoliu pentru examinare Model MIA GT-01E DM000641614	Turcia	MIAMED MEDIKAL TEKSTIL INSAAT	Destinat examinărilor urologice / ginecologice; Minim 3 secțiuni (pentru spate, pentru șezut și pentru picioare), cu suportul pentru hârtie;	Destinat examinărilor urologice/ginecologice; 3 secțiuni (pentru spate, pentru șezut și pentru picioare), cu suportul pentru hârtie - DA, pag 3 broșură;	

			TURIZIM GIDA TICARET LTD.	Secțiunea pentru picioare ușor detașabilă sau pleabil la necesitate; Reglarea secțiunii pentru spate (diapazonul minim necesar): 0° - 65°; Suporturi laterale pentru picioare; Mânere laterale sau suport pentru mâini; Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil; Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți; Ajustare electrică pe înălțime, diapazonul minim 65 cm - 80 cm; Reglarea electrică de la telecomanda sau pedală; Să asigure sarcina minim necesară 180 kg; Cu 4 roți , minim 2 blocabile; Alimentare curent alternativ 220-230V,50-60 Hz.	Secțiunea pentru picioare ușor pleabil la necesitate - DA, pag 1-2 broșură; Reglarea secțiunii pentru spate (diapazonul): 0° - 70° - DA, pag 3 broșură; Suporturi laterale pentru picioare - DA, pag 3 broșură; Mânere laterale sau suport pentru mâini - DA, pag 3 broșură; Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil - DA, pag 2-3 broșură; Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți - DA, pag 2 broșură; Ajustare electrică pe înălțime, diapazonul 65cm - 90cm - DA, pag 3 broșură, schită; Reglarea electrică de la telecomanda - DA; Sarcina - 200 kg - DA, pag 3 broșură; Cu 4 roți de blocare în cruce de 125 mm diametru - DA, schița anexată; Alimentare curent alternativ: 220-230V,50-60 Hz - DA, pag 4 user manual.	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aelo Grup” SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str. Petru Movilă 23/5,ap (of)3