

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1621941439948
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 107						
	107.1	Electrod pentru coagulare bipolară endoscopică	28161SF	Germania	Karl Storz	Electrod pentru coagulare bipolară endoscopică, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Electrod pentru coagulare bipolară endoscopică, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316