

Anexa 1 Analizator ion-selectiv Na, K, Ca++, Cl-

Caracteristici solicitate	Caracteristici oferite Model: EasyLyteExpand Na, K, Ca++, Cl-, Producator: Medica Corporation, SUA Nr. de inregistrare AMDM: DM000045709
Analizator ion-selectiv Na, K, Ca++, Cl- Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai mulți electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul, Specificația Tip probă Ser Urină Plasmă Sânge integru Tip analize Na K Ca++ Cl- Spălare automată : Obligatoriu Display: LCD sau LED Imprimantă termică: Obligatoriu Data management: Obligatoriu Interfața PC: Obligatoriu Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare: ≥ 50 analize (pentru instruire / testare) erioda de valabilitate a reagentilor din momentul livrării: ≥ 6 luni Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).	Analizator ion-selectiv Na, K, Ca++, Cl- pag.1,2 Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai mulți electroliți folosind electrozi iono-selectivi. - pag 6 Parametrul Specificația Tip probă Ser da – pag 2 Urină da – pag 2 Plasmă da – pag 2 Sânge integru da – pag 2 Tip analize Na – pag 1,6 K – pag 1,6 Ca++ – pag 1,6 Cl- – pag 1,6 Spălare automată si la necesitate da – pag 6 (Calibration, in precesul de calibrare are loc si spalarea atit automata cit si la necesitate) Display LCD da -pag 1 poza Imprimantă termică: da - pag 6 Data management da - pag 5 Interfața PC da – pag 6 Sunt incluși toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare: ≥ 50 analize (pentru instruire / testare) Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni Note: Oferta de preț include reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator – da pentru dispozitivele auxiliare livrate – nu este cazul. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator – da pentru dispozitivele auxiliare livrate - nu este cazul. . Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator - da pentru dispozitivele auxiliare livrate - nu este cazul. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere- conform termenului de valabilitate indicat pe ambalaj Am inclus în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza

Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului	rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare- nu este cazul. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului
---	---