Specificații tehnice

		Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1651848654885 din 16.06.2022						
		Denumirea licitației:	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022						
Cod CPV	**Nr. Lot**	**Denumire Lot**	**Denumirea poziției**	**Modelul articolului**	**Țara de origine**	**Produ-cătorul**	**Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă**	**Specificația tehnică propusă de operatprul economic**	**Standarte de referință**
1		**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
33100 00-1	13	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	Vivachek Ino X, VGM49	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL Gama de măsurare 1-30,0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD da Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată da Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei da Baterie internă da Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată da Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea baterici da Accesorii, consumabile Toate accesorile și consumabile să fie compatibile da Baterie 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste) da Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere da Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc.	a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie sunt compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar, venos, Volumul probei ≤0,5µl; f. Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l - 33,3mmol/l; g. Indicatorul nivelulului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 5 secunde; i. Memoria 900 teste; j. Autonomie bateriei 1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la 2 baterii (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste); Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc. . **A se vedea specificatia tehnica atasata.**	CE, ISO, Declarație de Conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: PHARMONY SRL Adresa:mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești 4

Digitally signed by Șarco Alexandru
Date: 2022.06.16 12:26:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova