

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 102 - 25 « 23 » aprilie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Editia: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Gel de duș Melly Derma Zero „Sport Energy”*

Solicitant/Producător «Catol Lux» SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Muncești 73

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc. (1 l)

Data primirii mostrelor 22.04.2025

Data începerii încercării 22.04.2025

Data sfârșitului încercării 23.04.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-32-25 **din** 22.04.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse SM GOST R 52345 : 2005 „Produse cosmetice pentru igienă personală de curățare.

Condiții tehnice generale”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH)	SM GOST R 52345:2005 pct. 6.4 GOST 29188.2-91	7,9
2	Capacitatea de spumare: Numărul de spumare, mm Stabilitatea spumei	SM GOST R 52345:2005 pct. 6.5 GOST 22567.1-77	196 0,97
3	Fracția masică de clorură de sodiu, %	SM GOST R 52345:2005 pct. 6.6 GOST 26878-86	2,7
4*	Fracția masică agentului activ de suprafață, %	GOST 22567.6-87	8,9

Nota: *Gel de duș este o masă omogenă lichidă fără particule străine, de culoarea albă, cu miros de parfum.*

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	

* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.