INFORMAŢII SUPLIMENTARE

	Corespunde normei	

Verificatorul metrolog _____ Olga Miron
(semnătura) (prenumele, numele)

Digitally signed by Moşneaga Olesea
Date: 2023.08.02 19:29:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA
SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:
Valabil până la: 2025
G 005583

MINISTERUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
Institutul "INGEOCAD"
Laboratorul Metrologic Geodezic
(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. *M-270*

Mijloc de măsurare: *Mină de nivelment tip Dewalt L-2,5m*
(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare,
nr. DE0748, f-ma "Dewalt", SUA
numărul de fabricaţie, producătorul)

Solicitant *S.R.L „VISOM-CONS"*
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform *МИ 02-00* şi în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniulmetrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate _____

Data eliberării: " *20* " *iunie* 20 *23*

Valabil pînă la: " *19* " *iunie* 20 *24*

Şeful laboratorului metrologic _____ Olga Miron
(semnătura) (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog _____ Olga Miron
(semnătura) (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice MD 2 G 3 M II

Falsificarea acestui buletin se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

IDNO 1020600017616 REPUBLICA MOLDOVA mun. CHIŞINĂU S.R.L. „VISOM-CONS" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

COPIA CORESPUNDE CU ORIGINALUL
Administrator Moşneaga Olesea

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

I = ±10"	I ≤ 3"	
Ks = 100±1%	Ks = 100.0 %	

Verificatorul metrolog _____ (semnătura) *Olga Miron* (prenumele, numele)

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:

Valabil până la: 2025

G 005582

MINISTERUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

Institutul "INGEOCAD"

Laboratorul Metrologic Geodezic
(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. *N-332*

Mijloc de măsurare: *Nivelmetru tip Hilti POL 15*
(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare,
nr. 289140027, f-ma "Hilti", Germania
numărul de fabricaţie, producătorul)

Solicitant *S.R.L „VISOM-CONS"*
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform *МБГЕИ 07-90* şi în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniulmetrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate *3*

Data eliberării: " *20* " *iunie* 20 *23*

Valabil pînă la: " *19* " *iunie* 20 *24*

Şeful laboratorului metrologic _____ (semnătura) *Olga Miron* (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog _____ (semnătura) *Olga Miron* (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice MD 2 G 3 M II

Falsificarea acestui buletin se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

IDNO 1020600017616 * SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA * S.R.L. MUN. CHIŞINĂU, MOLDOVA * REPUBLICA "VISOM-CONS" S.R.L.

COPIA CORESPUNDE CU ORIGINALUL
Administrator Moşneaga Olesea

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:
SNM MD
Valabil până la: 2025

G 003910

MINISTERUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

Institutul "INGEOCAD"

Laboratorul Metrologic Geodezie
(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. *R-245*

Mijloc de măsurare: *Ruletă metalică tip Profmet L-3m*
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
nr. 304571, f-ma "Profmet", Finlanda
numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant *SRL Visom-Cons*
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform *MM 1780-87* și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniulmetrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate *3*

Data eliberării: "*12*" *noiembrie* 20*21*

Valabil pînă la: "*11*" *noiembrie* 20*23*

Șeful laboratorului metrologic (semnătura) *O. Miron* (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog (semnătura) *O. Miron* (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice MD 2 G 1 M IV

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

	Δadmis	
	Li = 1m ±0,4mm	ΔL 1 = -0,11mm
	Li = 2m ±0,5mm	ΔL 1 = -0,50mm

Verificatorul metrolog (semnătura) *O. Miron* (prenumele, numele)

COPIA CORESPUNDE CU ORIGINALUL
Administrator Moșneaga Olesea

S.R.L. "VISOM-CONS" IDNO.1020600017616 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU, s.BIC

Copia corespunde originalului

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:
SNM MD
Valabil până la: 2023

G 003909

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

Institutul "INGEOCAD"

Laboratorul Metrologic Geodezic
(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. *R-244*

Mijloc de măsurare: *Ruletă metalică tip Profmet L-5m*
(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare,
nr. 304573, f-ma "Profmet", Finlanda
numărul de fabricaţie, producătorul)

Solicitant *SRL Visom-Cons*
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform *MИ 1780-87* şi în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniulmetrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate *3*

Data eliberării: "*12*" *noiembrie* 20*21*

Valabil pînă la: "*11*" *noiembrie* 20*23*

Şeful laboratorului metrologic (semnătura) *O. Miron* (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog (semnătura) *O. Miron* (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice MD 2 G 1 M IV

Falsificarea acestui buletin se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

	Δadmis	
	Li = 1m ±0,4mm	ΔL I = 0,39mm
	Li = 2m ±0,5mm	ΔL I = 0,00mm
	Li = 5m ±1,2mm	ΔL I = -0,86mm

Verificatorul metrolog (semnătura) *O. Miron* (prenumele, numele)

COPIA CORESPUNDE CU ORIGINALUL
Administrator Moşneaga Olesea

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
S.R.L. "VISOM-CONS"
IDNO 1020600017616
REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU, s. BIC

Copia corespunde originalului Moşneaga Olesea

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:
SNM MD
Valabil până la: 2025

G 003908

MINISTERUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

Institutul "INGEOCAD"
Laboratorul Metrologic Geodezic
(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. *R-243*

Mijloc de măsurare: *Ruletă metalică tip SGS L-10m*
(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare,
nr. 8698619120039, f-ma "SGS", Turcia
numărul de fabricaţie, producătorul)

Solicitant *SRL Visom-Cons*
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform *MII 1780-87* şi în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniulmetrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate 3

Data eliberării: "*12*" *noiembrie* 20*21*

Valabil pînă la: "*11*" *noiembrie* 20*23*

Şeful laboratorului metrologic (semnătura) *O. Miron* (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog (semnătura) *O. Miron* (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice MD 2 G 1 MV

Falsificarea acestui buletin se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

	Δadmis	
	Li = 1m ±0,4mm	ΔL I = -0,21mm
	Li = 2m ±0,5mm	ΔL I = -0,65mm
	Li = 5m ±1,2mm	ΔL I = -1,41mm

Verificatorul metrolog (semnătura) *O. Miron* (prenumele, numele)

COPIA CORESPUNDE CU ORIGINALUL
Administrator Moşneaga Olesea

S.R.L. "VISOM-CONS" IDNO 1020600017616 REPUBLICA MOLDOVA, mun.CHIŞINĂU, s.BIC

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:
SNM MD
Valabil până la: 2025

G 003907

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII
Institutul "INGEOCAD"
AL REPUBLICII MOLDOVA
Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. *M-542*

Mijloc de măsurare: *Mină de nivelment tip Dewalt L-2,5m telescopică*
(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare)
nr. DE07483, f-ma "Dewalt", SUA
(numărul de fabricaţie, producătorul)

Solicitant *SRL Visom-Cons*
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform *MH 02-00* şi în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate _____

Data eliberării: „*12*" *noiembrie* 20*21*

Valabil pînă la: „*11*" *noiembrie* 20*22*

Şeful laboratorului metrologic _____ *Olga Miron*
(semnătura) (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog _____ *Olga Miron*
(semnătura) (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice: MD 2 G 1 M IV

Falsificarea acestui buletin se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

	Corespunde normei	

Verificatorul metrolog _____ *Olga Miron*
(semnătura) (prenumele, numele)

S.R.L. "VISOM-CONS" IDNO 1020600017616 mun. CHIŞINĂU, s.BIC

Copia corespunde originalului Adeverinţa Olesea Scobeţ

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM 011

Certificat de desemnare:
SNM MD
Valabil până la: 2025

G 003906

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
Institutul "INGEOCAD"
Laboratorul Metrologic Geodezic
(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. *N-795*

Mijloc de măsurare: *Nivelmetru tip Dewalt DW096 26X*
(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare,
nr. 89863, f-ma "Dewalt", SUA
numărul de fabricaţie, producătorul)

Solicitant *SRL Visom-Cons*
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform *МЕГЕИ 07-90* şi în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniulmetrologiei)
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate *3*

Data eliberării: " *12* " *noiembrie* 20 *21*

Valabil pînă la: " *11* " *noiembrie* 20 *22*

Şeful laboratorului metrologic (semnătura) *Olga Miron* (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog (semnătura) *Olga Miron* (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice: MD 2 G 1 M IV

Falsificarea acestui buletin se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

I = ±10"	I ≤ 3"	
Ks = 100±1%	Ks = 100.0 %	

Verificatorul metrolog (semnătura) *Olga Miron* (prenumele, numele)

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ * S.R.L. "VISOM-CONS" IDNO 1020600017616 REPUBLICA MOLDOVA, mun.CHIŞINĂU, s.BIC *

Copia corespunde originalului Adm. Mgneaga Olsea