

Specificatii Tehnice (F4.1)

IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPALE BALT

Numărul procedurii de achiziție : 21005874

Denumirea procedurii de achiziție : Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2019

Cod CPV	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina propusa de catre contractanta	Data: 25.03.2019	Alternativa nr.
1	2		4	5	6	3,7	8
33696500-0	Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste	HbsAG, 96 teste	China	Wantai	Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste	Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste, Metoda ELISA. Inregistrat in Republica Moldova	ISO, CE.
33696500-0	Teste pentru determinarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic)	FOB-F-Cart-DAC	Moldova	Dac Spectromed	Teste iFOB-T(iti) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul casetă, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Soluțiile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	FOB-F-Cart-DAC - Teste pentru determinarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic)	ISO, CE.
33696500-0	Teste pentru determinarea H. Pylori Ag în masele fecale	HP-F-Cart-DAC	Moldova	Dac Spectromed	Posibilitatea de autoclavare totală, detașator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcarea colorată, să dispună de minimă încorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparație și de schimb a pieselor uzabile.	HP-F-Cart-DAC - Teste pentru determinarea H. Pylori Ag în masele fecale	ISO, CE.
33696500-0	Dozator automat cu volum schimbat 0 - 200 mkl		China	DragonMed	Posibilitatea de autoclavare totală, detașator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcarea colorată, să dispună de minimă încorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparație și de schimb a pieselor uzabile.	Dozator automat cu volum schimbat 20 - 200 mkl Cu verificare Metrologica și Inregistrare în Registrul de Stat	ISO, CE.
33696500-0	Dozator automat cu volum schimbat 100 - 1000 mkl		China	DragonMed	Posibilitatea de autoclavare totală, detașator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcarea colorată, să dispună de minimă încorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparație și de schimb a pieselor uzabile.	Dozator automat cu volum schimbat 100 - 1000 mkl Cu verificare Metrologica și Inregistrare în Registrul de Stat	ISO, CE.
33696500-0	Dozator automat cu volum schimbat 1000 - 5000 mkl		China	DragonMed	Posibilitatea de autoclavare totală, detașator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcarea colorată, să dispună de minimă încorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparație și de schimb a pieselor uzabile.	Dozator automat cu volum schimbat 1000 - 5000 mkl Cu verificare Metrologica și Inregistrare în Registrul de Stat	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Irina Varman în calitate de: Director

Ofertantul: Profilabdiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

