

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	Pozitivă Inițiativa
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1708596441875
Obiectul achiziției	Produse parafarmaceutice

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lotul 1 Seringi						
1.1	Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil REF: SN01	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasa din polipropilena, transparenta; piston din polietilena cu inel de retinere a lichidului; aderare etansa 100% a pistonului la peretii carcasei; gradatie indicata in culoare contrastanta; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort si fiabilitate, cu pereti subtiri din otel inoxidabil, ascutit trilateral si slefuit cu ultrasunet/laser. Suprafata acului acoperita cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării catre achizitor. Parametrii acului: diametrul si lungimea: U-100, ac nedetasabil: 29G (0,33mm) - 30G (0,3mm); 12 mm - 13 mm Certificari - ISO 13485, ISO 8537 - Declaratie de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conforitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale	Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasa din polipropilena, transparenta; piston din polietilena cu inel de retinere a lichidului; aderare etansa 100% a pistonului la peretii carcasei; gradatie indicata in culoare contrastanta; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort si fiabilitate, cu pereti subtiri din otel inoxidabil, ascutit trilateral si slefuit cu ultrasunet/laser. Suprafata acului acoperita cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării catre achizitor. Parametrii acului: diametrul si lungimea: U-100, ac nedetasabil: 29G (0,33mm) - 30G (0,3mm); 12 mm - 13 mm Certificari - ISO 13485, ISO 8537 - Declaratie de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC - Certificat de conforitate CE conform Directivei 93/42/EEC	CE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	Pozitivă Inițiativa
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1708596441875
Obiectul achiziției	Produse parafarmaceutice

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.2	Seringi de 1 ml cu ac detașabil	Seringi de 1 ml cu ac detașabil REF: SN01	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p> <p>Marche CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) - 26G (0,45mm); 12 mm - 16 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate ISO 13485 - Declarație (certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 - CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale - Certificat CE pentru produsul oferit 	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p> <p>Marche CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) - 26G (0,45mm); 12 mm - 16 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate ISO 13485 - Declarație (certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 - CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale - Certificat CE pentru produsul oferit 	CE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	Pozitivă Inițiativa
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1708596441875
Obiectul achiziției	Produse parafarmaceutice

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.3	Seringi de 2 ml cu ac detașabil	Seringi de 2 ml cu ac detașabil REF: SN01	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă. Luer Slip. ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml - 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă. Luer Slip. ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml - 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC 	CE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	Pozitivă Inițiativa
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1708596441875
Obiectul achiziției	Produse parafarmaceutice

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.4	Seringi de 5 ml cu ac detașabil	Seringi de 5 ml cu ac detașabil REF: SN01	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă. Luer Slip. ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 5ml - 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă. Luer Slip. ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 5ml - 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC 	CE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	Pozitivă Inițiativa
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1708596441875
Obiectul achiziției	Produse parafarmaceutice

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.5	Seringi de 10 ml cu ac detașabil	Seringi de 10 ml cu ac detașabil REF: SN01	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă. Luer Slip. ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml - 21G (0,8 mm)- 22G (0,7 mm); 40 mm- 50mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă. Luer Slip. ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml - 21G (0,8 mm)- 22G (0,7 mm); 40 mm- 50mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC 	CE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	Pozitivă Inițiativa
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1708596441875
Obiectul achiziției	Produse parafarmaceutice

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.6	Seringi de 20 ml cu ac detașabil	Seringi de 20 ml cu ac detașabil REF: SN01	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă. Luer Slip. ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p> <p>Marche CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml-21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă. Luer Slip. ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p> <p>Marche CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml-21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC 	CE
	Lotul 2 Servețele imbibate cu alcool						
2.1	Servețele imbibate cu alcool	Servețele imbibate cu alcool REF: SN01	China	Taizhou Kangping Medical Science and Technology Co. Ltd.	<p>Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare);</p> <ul style="list-style-type: none"> - din material neșesut; - mărimea: 30x60 mm, 0,0018 m ± 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 sau 200 bucăți <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale sau Certificat igienic /Aviz sanitar pentru producătorii autohtoni. 	<p>Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare);</p> <ul style="list-style-type: none"> - din material neșesut; - mărimea: 30x60 mm, 0,0018 m ± 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 bucăți <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC 	CE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	Pozitivă Inițiativa
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1708596441875
Obiectul achiziției	Produse parafarmaceutice

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7

Numele, Prenumele

Vlad Chitic

Reprezentantul solicitantului

Corina Railean

În calitate de

Director executiv

Telefonul solicitantului

068283969

E-mailul solicitantului

initiativapozitiva@gmail.com

Ofertantul

"Lismedfarm" SRL

Adresa

sos. Muncesti 167/B, Chișinău

Semnatura

Contact

022-56-94-91, 022-55-64-38

(electronica) ofertantului
