

Specificații tehniceNumărul procedurii de achiziție: **21582662/ ocds-b3wdp1-MD-1773753508659 din 27.03.2026****Obiectul de achiziție: Accesorii, consumabile, piese de schimb, reactivi de laborator (ce nu se regăsesc în listele centralizate CAPCS) pentru perioada semestrului I a anului 2026.**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1. Reagenți, calibratori și material de control pentru aparatul "Selectra Pro-M", Elitech-Group, Franța (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise)						
Calibrator 3ml,	CALI-0550	Franta	Elitech/Vital	vezi invitatia	Elical 2, 3 ml (Conform cerințelor)	ISO, CE
Control normal 5ml,	CONT-0060	Franta	Elitech/Vital	vezi invitatia	Elitol I, 5ml, pe bază de ser uman (Conform cerințelor)	ISO, CE
Soluție cleaning pentru sistema, 1000ml,	SLNA-5900-EE	Franta	Elitech/Vital	vezi invitatia	Soluție cleaning pentru sistema, 1000ml (Conform cerințelor)	ISO, CE
Solutie sistema, 1000ml	SLSY-5905-EE	Franta	Elitech/Vital	vezi invitatia	Solutie sistema, 1000ml. (Conform cerințelor)	ISO, CE
Solutie Acida de hipoclorid 1l	SLHC-5900-EE	Franta	Elitech/Vital	vezi invitatia	Soluție acidă de hipoclorit p-u curățarea și decontaminarea sistemului, compatibilă cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M. Ambalaj: 1 l.	ISO, CE
LOT 2. Reagenți, calibratori și material de control pentru aparatul "Easy Blood" K-N, Medica Corporation, USA (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise)						
Soluție de spălare pentru fiecare zi, flacon 100 ml	7118	USA	Medica Corporation	vezi invitatia	Daily rinse /cleaning sol. kit 100 ml (Conform cerințelor)	ISO, CE
Soluție de spălare Na/K 800ml	2120	USA	Medica Corporation	vezi invitatia	Solution pack Na/K 800ml (Conform cerințelor)	ISO, CE
LOT 3. Reagenți, calibratori și material de control pentru aparatul "PCE-210", Erma Inc, Japonia (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise)						
Soluție de diluare	Diluent ERMA/3459	Polonia	Avantor	vezi invitatia	Soluție de diluare, ambalaj 20L. pe bază de apă și conține clorură de natriu, sulfat de sodiu, procaină, acid clorhidric și conservanți, într-un compus tampon anorganic. (Conform cerințelor)	ISO, CE

Soluție de spălare 5 L	5431A	Turcia	Archem	vezi invitatia	Soluție de spălare 5 L, pe bază de apă, conține enzim proteulitic, clorură de sodiu, sulfat de sodiu, polioxietelinalchilalcool și conservați într-un compus tampon anorganic. Conține un colorant inert purpuriu. (Conform cerințelor)	ISO, CE
Set de control p-u analizator hematologic	Set de control p-u analizator hematologic, (L,N,H)	Polonia	Avantor	vezi invitatia	Set de control p-u analizator hematologic 8 param. (L,N,H). set 3 fl. *2.5 ml. (Conform cerințelor)	ISO, CE
Soluție de lizare 1l	5120R	Turcia	Archem	vezi invitatia	Soluție de lizare 1L. Compuși cu aternari de amoniu și KCN (mai mic de 0.1 %). (Conform cerințelor)	ISO, CE
Soluție concentrată de hipoclorid	3917	Polonia	Avantor	vezi invitatia	Soluție concentrata de hipoclorid 0.5% 1L. (Conform cerințelor)	ISO, CE
LOT 5. Accesorii/consumabile/piese de schimb pentru aparatul "Selectra Pro-M", Elitech-Group, Franța (sistem închis).						
Cuva pentru ser pentru analizator	1022/V	Italia	Aptaca	vezi invitatia	Cuva pentru ser, 2 ml, PS, d.16x24 mm, compatibil cu aparatul "Selectra Pro-M", Elitech-Group, Franța (sistem închis), amb./1000 buc.	ISO, CE
Rotor cuveta set (3 rotori in set)	6002-706	Franta	Elitech/Vital	vezi invitatia	Rotor cuveta set (3 rotori in set), compatibil cu aparatul "Selectra Pro-M", Elitech-Group, Franța (sistem închis)	ISO
LOT 6. Consumabile pentru analizatorul automate gazelor și electroliților în sânge pentru aparatul "Stat profile Prime Plus, Nova Biomedical"						
Micro senzor card pentru 1/100 teste	61604	SUA	Nova Biomedical	vezi invitatia	Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (Standard) 1/100 teste	ISO, CE
Senzor card-Blank Renal	58379	SUA	Nova Biomedical	vezi invitatia	Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical)	ISO, CE
Senzor de referință (Pompa-Tub)	57823	SUA	Nova Biomedical	vezi invitatia	Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	ISO, CE
Cartuș de calibrare pentru 100 teste	57825	SUA	Nova Biomedical	vezi invitatia	Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 1buc/ 100 teste	ISO, CE
Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls BG, 10 amp-3ml	57844	SUA	Nova Biomedical	vezi invitatia	Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml.	ISO, CE
Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls Chemistry, 10 amp-3ml	57845	SUA	Nova Biomedical	vezi invitatia	Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml	ISO, CE

Rola hîrtie termosensibilă	49200	SUA	Nova Biomedical	vezi invitatia	Printer Paper termosensibila compatibil cu Analizatorul Stat Profile Prime Plus	ISO, CE
Adaptar pentru captarea cheagurilor (set/200 buc)	38883	SUA	Nova Biomedical	vezi invitatia	Kit Clot Syringe 200 buc/set compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plus	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chişinău, str. Albişoara 64/2