

Specificații tehnice (F 4.1)Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1699348405125**Obiectul achiziției: "**Servicii de reparație și deservire a dispozitivelor medicale pentru an.2024**"

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articoului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Servicii de menenanță a dispozitivului radiologic stationar Unimat DRAD Josef Betschart AG, United States of America (Lot 2)	Unimat Drad	Elvetia	Josef Betschart	<p>Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnica Deservirea (trimestrială)</p> <p>1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice x</p> <p>2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: x - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare x - dispozitiv de centrat x</p> <p>3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: x - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă x - generator și tub roentgen x</p> <p>4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare x</p> <p>5. Verificarea integrității și existenței plombelor x</p> <p>6. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: x - verificarea orei programării regimului de lucru x - verificarea capacitații de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite x</p>	<p>Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnica Deservirea (trimestrială)</p> <p>1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice x</p> <p>2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: x - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare x - dispozitiv de centrat x</p> <p>3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: x - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă x - generator și tub roentgen x</p> <p>4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare x</p> <p>5. Verificarea integrității și existenței plombelor x</p> <p>6. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: x - verificarea orei programării regimului de lucru x - verificarea capacitații de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite x</p> <p>- verificarea parametrilor câmpului de lucru x</p>	CE, ISO

				<ul style="list-style-type: none"> - verificarea parametrilor câmpului de lucru x - verificarea dozei de expunere x - verificarea capacitatei de lucru la modificarea tensiunii de alimentare x - verificarea puterii consumate x - verificarea calitatii parametrilor electrici ai modurilor de lucru x - verificarea capacitatii distinctive x <p>7 Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenooptic x</p> <p>8.Calibrare detector digital trimestrial</p> <p>9. Verificare și calibrare tub radiologic semestrială</p> <p>Executorul se obligă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (menenanță coreativă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. 2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice). 3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă. 4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, parți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie. 5 Să îndeplinească registrele de menenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv; 6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante. 	
--	--	--	--	--	--

				<p>deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv;</p> <p>6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.</p> <p>7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de menenanță tehnică).</p> <p>8. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitările contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.</p> <p>11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitarii fiind obligatorie.</p> <p>În prezentul contract de reparație sunt incluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului. 2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur. 3. În cazul determinării unui defect, de ordin optional, sau de ordin material, care afectează funcționarea 	
--	--	--	--	---	--

				<p>1 Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.</p> <p>2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.</p> <p>3. În cazul determinării unui defect, de ordin optional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezinta Beneficiarului.</p> <p>4. Dupa fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbări de piese, care sau efectuat.</p> <p>5. Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate</p> <p>6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.</p>	
				<p>Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnica Deservirea (trimestrială) . Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice x Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: x</p>	CE, ISO

<p>Servicii de mențenanță a dispozitivului radiologic stationar CRDD- 09- ALFA, Teleoptic, Ucraina Workstation-2 (Lot 3)</p>	<p>CRDD- 09-ALFA</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Teleoptic</p>	<p>Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: x - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare x - dispozitiv de centrat x Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: x - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă x - generator și tub roentgen x Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare x Verificarea integrității și existenței plombelor x Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: x - verificarea orei programării regimului de lucru x - verificarea capacitații de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite x - verificarea parametrilor câmpului de lucru x - verificarea dozei de expunere x - verificarea capacitații de lucru la modificarea tensiunii de alimentare x - verificarea puterii consumate x - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru x - verificarea capacitații distinctive x Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenooptic x Calibrare detector digital trimestrial . Verificare și calibrare tub radiologic semimistrială Executorul se obligă: 1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mențenanță corectivă), conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. 2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice). 3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și</p>	<p>- frâne electromagnetice, dispozitive de acționare x - dispozitiv de centrat x Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: x - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă x - generator și tub roentgen x Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare x Verificarea integrității și existenței plombelor x Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: x - verificarea orei programării regimului de lucru x - verificarea capacitații de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite x - verificarea parametrilor câmpului de lucru x - verificarea dozei de expunere x - verificarea capacitații de lucru la modificarea tensiunii de alimentare x - verificarea puterii consumate x - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru x - verificarea capacitații distinctive x Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenooptic x Calibrare detector digital trimestrial . Verificare și calibrare tub radiologic semimistrială Executorul se obligă: 1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mențenanță corectivă), conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. 2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice). 3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și</p>
--	----------------------	-----------------------	-------------------------	---	--

				<p>producatorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.</p> <p>2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice).</p> <p>3. Inspectia stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.</p> <p>4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, parți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie.</p> <p>5. Să îndeplinească registrele de menenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la -ispozitiv;</p> <p>6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.</p> <p>7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de menenanță tehnică).</p> <p>8. În caz de defectare, Executantul se obligă să raspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>- 9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>10. Stațiunile tehnice din motivul execuțării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitările contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitările contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.</p> <p>11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitarii fiind obligatorie.</p> <p>În prezentul contract de reparație sunt incluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului. 2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur. 3. În cazul determinării unui defect, de ordin optional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezinta Beneficiarului. 4. Dupa fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întreținere efectuate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat. 5. Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate 6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante 	
--	--	--	--	--	--

				<p>4. Dupa fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie Să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întrețineri executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.</p> <p>5. Piezele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate</p> <p>6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)