

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1643724171354 / 21051064 din «22» februarie 2022
Obiectul achiziției:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.7. "Analizator VITEK 2COMPACT "Biomerieux"							
1	7.Analizator VITEK 2COMPACT "Biomerieux"	VITEK® 2 Compact	SUA	bioMerieux Inc.	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare si calibrarea pompei de vacuum; - Curățarea sistemului optic; - Curățarea garniturii sistemului de vacuum; - Curățarea sistemului mecanic caroseria; - Curățarea sistemului pentru casete; - Instalarea kiturilor A,R; - Schimbul Saline A/R; - Schimbul Pipette Tips A/R; - Calibrarea dispozitivului; -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cit și cele de program; 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare si calibrarea pompei de vacuum; - Curățarea sistemului optic; - Curățarea garniturii sistemului de vacuum; - Curățarea sistemului mecanic caroseria; - Curățarea sistemului pentru casete; - Instalarea kiturilor A,R; - Schimbul Saline A/R; - Schimbul Pipette Tips A/R; - Calibrarea dispozitivului; -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cit și cele de program; Conform anunțului de participare 	Certificat de participare la instruire de la producător

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 21.02.2022