

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr. 21028764						Data: „08” Octombrie 2020	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	Utilaj medical pentru activitatea științifică					Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	33100000-1	3. Glucometru	On Call Advanced	SUA	ACON	•Display: 96 segmente LCD cu simboluri •Oprire automata: 30 sau 90 de secunde in functie de statusul operational •Durata de viata a bateriei: aproximativ 1000 teste pe an •Baterie: 1 baterie, de tip CR 2032 •Dimensiunea mostrei: 1 - 2 µL •Detectare subdozare: Da •Principiul de masurare: fotometric •Intervalul de masurare: 0,5 – 33,3 mmol/l •Timp de masurare: •aproximativ 5 sec (aplicarea sangelui pe banda in interiorul glucometrului) •aproximativ 8 sec (aplicarea sangelui pe banda in afara glucometrului) - Conditii de masurare: •temperatura: +8°C to +42°C - Conditii de depozitare: fără baterie: -25°C- +70°C - Umiditate: •Masurare: 85% umiditate relativa •Depozitare: 93% umiditate relativa - Capacitate de masurare: pana la 500 de masuratori cu data si timp - Valori medii: 7, 14, 30, 90 zile - Altitudine: 0 – 4000m (0 – 13123 feet) - Dimensiuni: +/- 97.8 x 46.8 x 19.1mm - Greutate: max Cu baterie: 50g Garanție minim 12 luni	•Display: 96 segmente LCD cu simboluri •Oprire automata: 120 de secunde de la ultima operațiune •Durata de viata a bateriei: aproximativ 3000 teste •Baterie: 1 baterie, de tip CR 2032 •Dimensiunea mostrei: 0,8-1µL •Detectare subdozare: Da •Principiul de masurare: fotometric •Intervalul de masurare: 0,6 – 33,3 mmol/l •Timp de masurare: •aproximativ 5 sec (aplicarea sangelui pe banda in interiorul glucometrului) •aproximativ 8 sec (aplicarea sangelui pe banda in afara glucometrului) - Conditii de masurare: •temperatura: +5°C to +45°C - Conditii de depozitare: fără baterie: -25°C- +70°C - Umiditate: •Masurare: 10-70% umiditate relativa •Depozitare: 10-90% umiditate relativa - Capacitate de masurare: pana la 500 de masuratori cu data si timp - Valori medii: 7, 14, 30, 90 zile - Altitudine: 0 – 4000m (0 – 13123 feet) - Dimensiuni: +/- 90 x 58 x 21mm - Greutate: max Cu baterie: 66g Garanție minim 12 luni	Certificat CE; ISO
4	33100000-1	4. Testele pentru glucometru	G134-101	SUA	ACON	Compatibile cu glucometru achiziționat; 50 teste intr-o cutie Cantitatea de sange - 1-2µl de sange Posibilă dozare in afara glucometrului	Compatibile cu glucometru achiziționat; 50 teste intr-o cutie Cantitatea de sange - 0,8-1µl de sange Posibilă dozare in afara glucometrului	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9