

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808	Data: „12” iulie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021	Lot: 49	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310 000+ 12:15-1	49	Rectoscop pentru examinare cu instrumentariu	Rectoscop pentru examinare cu instrumentariu	24916K (1 buc)/ 24910K (2 buc)/ 24911K (1 buc)/ 24912K (1 buc)/ 24956K (1 buc)/ 24954KK (1 buc)/ 24931NK (1 buc)/ 24920K (1 buc)/ 25215 (2 buc)/ 40924 (1 buc)/ 40924B (1 buc)/ 031123-10 (1 set)/ 30804 (1 buc)/ 24514 (1 buc)/ 25227 (1 buc)/ 25214 (1 buc)/ 37470DB (1 buc)/ 26005M (1 buc)/ 34351B (1 buc)/ 20161201 (1 buc)/ 495NA (1 buc)/ 24960 (3 buc)/ UG910 (1 buc)/ UG821 (1 buc)/ UG820 (1 buc)	Karl Storz, Germania	Model de producere: Tubus D=15±1mm, L=200±10mm(1buc); Obturator pentru tubus D=15±1mm;L=200±10mm(1buc); Tubus D=20±1mm,L=300±10mm-N2; Obturator pentru tubus D=20±1mm,L=300±10mm(2buc); Tubus D20±1mm,L=250±10mm(1buc);Obturator pentru tubus D=20±1mm;L=250±10mm(1buc); Tubus D=20±1mm,L=200±10mm(1 buc); Obturator pentru tubus D=20±1mm;L=200±10mm(1buc); Tubus D=20±1mm,L=150±10mm(1buc);Obturator pentru tubus D=20±1mm;L=150±10mm(1buc); Anoscop(1buc); Lupă(1buc); Clește pentru vată(2buc); capac de protecție(1 buc); Suflantă(1buc); Duză (1buc); Mîner (1buc); Perie (1 buc); Forceps pentru Biopsie (1buc); Forceps de Prindere (1buc); Sondă-coagulator cu canal de irigare, D=4±0.1mm;L=420±20mm; Forceps pentru biopsie mare (1buc); Sursa de lumină separată + 2 becuri de rezervă; Cablul optic-luminiscent D=50±2mm,L=min.1800mm - 3bucăți. Suport cu înălțimea reglabilă și 4 roți blocabile; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz;	Model de producere: 24916K Tubus D=16 mm, L=200 mm (1buc); Obturator pentru tubus D=16 mm; L=200 mm (1buc); 24910K Tubus D=20 mm, L = 300 mm-N2; Obturator pentru tubus D=20 mm, L=300 mm (2buc); 24911K Tubus D20 mm, L=250 mm (1buc);Obturator pentru tubus D=20 mm; L=250 mm (1buc); 24912K Tubus D=20 mm, L=200 mm (1 buc); Obturator pentru tubus D=20 mm; L=200 mm (1buc); 24956K Tubus D=20 mm, L=150 mm (1buc);Obturator pentru tubus D=20 mm; L=150 mm(1buc); 24954KK Anoscop(1buc); 24931NK/ 24920K Lupă(1buc); 25215 Clește pentru vată (2buc); capac de protecție(1 buc); 40924 Suflantă(1buc); 40924B/ 031123-10 Duză (1buc); 30804 Mîner (1buc); 24514 Perie (1 buc); 25227 Forceps pentru Biopsie (1buc); 25214 Forceps de Prindere (1buc); 37470DB/ 26005M Sondă-coagulator cu canal de irigare, D=4±0.1mm; L=430mm; 34351B Forceps pentru biopsie mare (1buc); 20161201/ 495NA Sursa de lumină separată + 2 becuri de rezervă; LED nu necesita becuri de rezerva!! 24960 Cablul optic-luminiscent D=50±2mm,L=min.1800mm - 3bucăți. UG910/ UG821/ UG820 Suport cu înălțimea reglabilă și 4 roți blocabile; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz;	ISO, EC
						CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Olesea Cucerenco** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: Mun. **Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 115**