

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1579070680655

Data: „04” februarie 2020

Alternativa nr.

Achiziționarea reactivelor și consumabilelor pentru dispozitive medicale de tip închis pentru secția morfopatologie pentru anul

Lot: _____

Pagina:

Denumirea licitației: 2020

__ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	1	CD 34	CD34 (QBEnd/10) Primary Antibody, CONFIRM	SUA	Ventana Roche	CD34 (QBEnd/10) Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	CD34 (QBEnd/10) Primary Antibody, CONFIRM compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	2	CA125	CA-125 (OC125)	SUA	Ventana Roche	CA-125 (OC125)sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	CA-125 (OC125) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	3	CEA	CEA (CEA31) Mouse Monoclonal Antibody	SUA	Ventana Roche	CEA (CEA31) Mouse Monoclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	CEA (CEA31) Mouse Monoclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	4	Anti-CDX2	CDX-2 (EPR2764Y)	SUA	Ventana Roche	CDX-2 (EPR2764Y) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	CDX-2 (EPR2764Y) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	5	CD 7	CD7 (SP94) Rabbit Monoclonal Primary Antibody	SUA	Ventana Roche	CD7 (SP94) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	CD7 (SP94) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	6	CD 8	CD8 (SP57) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM	SUA	Ventana Roche	CD8 (SP57) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CD8 (SP57) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	7	CD 20	CD20 (L26) Primary Antibody, CONFIRM	SUA	Ventana Roche	CD20 (L26) Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CD20 (L26) Primary Antibody, CONFIRM compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	8	CD 44	CD44 (SP37) Rabbit Monoclonal Primary Antibody	SUA	Ventana Roche	CD44 (SP37) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CD44 (SP37) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	9	CD45	CD45, LCA (RP2/18) Primary Antibody, CONFIRM	SUA	Ventana Roche	CD45, LCA (RP2/18) Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CD45, LCA (RP2/18) Primary Antibody, CONFIRM compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	10	CD 56	CD56 (123C3) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM	SUA	Ventana Roche	CD56 (123C3) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CD56 (123C3) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	11	CD 57	CD57 (NK-1)	SUA	Ventana Roche	CD57 (NK-1) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CD57 (NK-1) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	12	CD 99	CD99 (O13) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM	SUA	Ventana Roche	CD99 (O13) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CD99 (O13) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	13	Chromogranin A	Anti-Chromogranin A (LK2H10) Primary Antibody	SUA	Ventana Roche	Anti-Chromogranin A (LK2H10) Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Anti-Chromogranin A (LK2H10) Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	14	CK5/6	Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse Monoclonal Primary Antibody	SUA	Ventana Roche	Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	15	CK8	Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1)	SUA	Ventana Roche	Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	16	CK 14	Cytokeratin 14 (LL002)	SUA	Ventana Roche	Cytokeratin 14 (LL002) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Cytokeratin 14 (LL002) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	17	CK 19	Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26)	SUA	Ventana Roche	Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	18	Factor VIII	Factor VIII-R Ag. (polyclonal)	SUA	Ventana Roche	Factor VIII-R Ag. (polyclonal) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Factor VIII-R Ag. (polyclonal) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	19	Galectin 3	Galectin-3 (9C4)	SUA	Ventana Roche	Galectin-3 (9C4) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Galectin-3 (9C4) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	20	Gastrin	Gastrin (polyclonal)	SUA	Ventana Roche	Gastrin (polyclonal) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Gastrin (polyclonal) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	21	PAX8	PAX-8 (MRQ-50)	SUA	Ventana Roche	PAX-8 (MRQ-50) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	PAX-8 (MRQ-50) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	22	Synaptophysin	Synaptophysin (SP11) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM	SUA	Ventana Roche	Synaptophysin (SP11) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Synaptophysin (SP11) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	23	Smoothelin	Smoothelin (R4A) Mouse Monoclonal Antibody	SUA	Ventana Roche	Smoothelin (R4A) Mouse Monoclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Smoothelin (R4A) Mouse Monoclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	24	TSH-beta	TSH (polyclonal)	SUA	Ventana Roche	TSH (polyclonal) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	TSH (polyclonal) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	25	TTF1 (Tyroid Transcription Factor1)	Thyroid Transcription Factor-1 (8G7G3/1) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM	SUA	Ventana Roche	Thyroid Transcription Factor-1 (8G7G3/1) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Thyroid Transcription Factor-1 (8G7G3/1) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	26	WT1	WT1 (6F-H2)	SUA	Ventana Roche	WT1 (6F-H2) sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	WT1 (6F-H2) compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	27	BRAF	anti-BRAF V600E (VE1) Mouse Monoclonal Primary Antibody	SUA	Ventana Roche	anti-BRAF V600E (VE1) Mouse Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	anti-BRAF V600E (VE1) Mouse Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	28	CA 19-9	CA 19-9 121SLE Mouse	SUA	Ventana Roche	CA 19-9 121SLE Mouse sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CA 19-9 121SLE Mouse compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	29	Pax- 5	CONFIRM anti-PAX5 (SP34) Rabbit Monoclonal Primary Antibody	SUA	Ventana Roche	CONFIRM anti-PAX5 (SP34) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CONFIRM anti-PAX5 (SP34) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	30	ACTH	ACTH	SUA	Ventana Roche	ACTH Rabbit Polyclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	ACTH Rabbit Polyclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	31	Alpha-Fetoprotein (AFP)	Alpha-Fetoprotein (AFP)	SUA	Ventana Roche	Alpha-Fetoprotein Rabbit Polyclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Alpha-Fetoprotein Rabbit Polyclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	32	C3d	C3d	SUA	Ventana Roche	C3d Rabbit Polyclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	C3d Rabbit Polyclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	33	C4d	C4d	SUA	Ventana Roche	anti-C4d (SP91) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	anti-C4d (SP91) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	34	Caveolin-1	Caveolin-1	SUA	Ventana Roche	Caveolin-1 (SP43) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Caveolin-1 (SP43) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	35	CD45 (LCA)	CD45 (LCA)	SUA	Ventana Roche	CONFIRM anti-CD45, LCA (RP2/18) Primary Antibody mouse monoclonal sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CONFIRM anti-CD45, LCA (RP2/18) Primary Antibody mouse monoclonal compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	36	Cytokeratin 8 & 18	Cytokeratin 8 & 18	SUA	Ventana Roche	Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) Mouse Monoclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) Mouse Monoclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	37	Desmoglein-3	Desmoglein-3	SUA	Ventana Roche	Desmoglein 3 (5G11) Mouse Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Desmoglein 3 (5G11) Mouse Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	38	Ep-CAM (Epithelial Specific Antigen)	Ep-CAM (Epithelial Specific Antigen)	SUA	Ventana Roche	Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (Ber-EP4) Mouse Monoclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (Ber-EP4) Mouse Monoclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	39	Epstein-Barr Virus (EBV)	Epstein-Barr Virus (EBV)	SUA	Ventana Roche	Epstein Barr Virus (CS1-4) Mouse Monoclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Epstein Barr Virus (CS1-4) Mouse Monoclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	40	Factor XIIIa	Factor XIIIa	SUA	Ventana Roche	Factor XIIIa (AC-1A1) Mouse Monoclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Factor XIIIa (AC-1A1) Mouse Monoclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	41	Fascin	Fascin	SUA	Ventana Roche	Fascin (55k-2) Mouse Monoclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Fascin (55k-2) Mouse Monoclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	42	FOXA1	FOXA1	SUA	Ventana Roche	FOXA1 (2F83) Mouse Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	FOXA1 (2F83) Mouse Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	43	FoxP1	FoxP1	SUA	Ventana Roche	anti-FoxP1 (SP133) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	anti-FoxP1 (SP133) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	44	c-Myc	c-Myc	SUA	Ventana Roche	anti-c-MYC (Y69) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	anti-c-MYC (Y69) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	45	FSH (Follicle Stimulating Hormone)	FSH (Follicle Stimulating Hormone)	SUA	Ventana Roche	FSH (Follicle Stimulating Hormone) Rabbit Polyclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	FSH (Follicle Stimulating Hormone) Rabbit Polyclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	46	GH (Growth Hormone)	GH (Growth Hormone)	SUA	Ventana Roche	GH (Growth Hormone) Rabbit Polyclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	GH (Growth Hormone) Rabbit Polyclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	47	Glutamine Synthetase	Glutamine Synthetase	SUA	Ventana Roche	Glutamine Synthetase (GS-6) Mouse Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Glutamine Synthetase (GS-6) Mouse Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	48	hCG (Human Chorionic Gonadotropin)	hCG (Human Chorionic Gonadotropin)	SUA	Ventana Roche	hCG (Human Chorionic Gonadotropin) Rabbit Polyclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	hCG (Human Chorionic Gonadotropin) Rabbit Polyclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	49	hENT1	hENT1	SUA	Ventana Roche	anti-hENT1 (SP120) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	anti-hENT1 (SP120) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	50	Herpes Simplex Virus 1	Herpes Simplex Virus 1	SUA	Ventana Roche	Herpes Simplex Virus 1 (10A3) Mouse Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Herpes Simplex Virus 1 (10A3) Mouse Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	51	Herpes Simplex Virus Type II (HSV II)	Herpes Simplex Virus Type II (HSV II)	SUA	Ventana Roche	Herpes Simplex Virus Type II (HSV II) polyclonal sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Herpes Simplex Virus Type II (HSV II) polyclonal compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	52	HGAL	HGAL	SUA	Ventana Roche	HGAL (MRQ-49) Mouse Monoclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	HGAL (MRQ-49) Mouse Monoclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	53	IgG4	IgG4	SUA	Ventana Roche	anti-IgG4 (MRQ-44) Mouse Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	anti-IgG4 (MRQ-44) Mouse Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	54	INI-1 MRQ-27	INI-1 MRQ-27	SUA	Ventana Roche	INI-1 MRQ-27 Mouse Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	INI-1 MRQ-27 Mouse Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	55	Inhibin, alpha (R1)	Inhibin, alpha (R1)	SUA	Ventana Roche	Inhibin, alpha R1 Mouse Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Inhibin, alpha R1 Mouse Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	56	Kappa	Kappa	SUA	Ventana Roche	CONFIRM™ anti-Kappa Rabbit Polyclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CONFIRM™ anti-Kappa Rabbit Polyclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	57	Lambda	Lambda	SUA	Ventana Roche	CONFIRMTM anti-Lambda Rabbit Polyclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CONFIRMTM anti-Lambda Rabbit Polyclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	58	LH (Luteinizing Hormone)	LH (Luteinizing Hormone)	SUA	Ventana Roche	LH (Luteinizing Hormone) Rabbit Polyclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	LH (Luteinizing Hormone) Rabbit Polyclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	59	LMO2	LMO2	SUA	Ventana Roche	CONFIRM anti-LMO2 (1A9-1) Mouse Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CONFIRM anti-LMO2 (1A9-1) Mouse Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	60	Melanoma Triple Cocktail	Melanoma Triple Cocktail	SUA	Ventana Roche	Melanoma Triple Cocktail (HMB45+A103+T311) Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Melanoma Triple Cocktail (HMB45+A103+T311) Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	61	MUC5AC	MUC5AC	SUA	Ventana Roche	MUC5AC (MRQ-19) Mouse Monoclonal Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	MUC5AC (MRQ-19) Mouse Monoclonal Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	62	MUM1	MUM1	SUA	Ventana Roche	MUM1 (EP190) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	MUM1 (EP190) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	63	Olig2	Olig2	SUA	Ventana Roche	Olig2 (EP112) Rabbit Monoclonal Primary Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Olig2 (EP112) Rabbit Monoclonal Primary Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	64	PLAP (Placental Alkaline Phosphatase)	PLAP (Placental Alkaline Phosphatase)	SUA	Ventana Roche	PLAP (Placental Alkaline Phosphatase) NB10 Mouse Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	PLAP (Placental Alkaline Phosphatase) NB10 Mouse Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	65	Prolactin	Prolactin	SUA	Ventana Roche	Prolactin Polyclonal Rabbit Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Prolactin Polyclonal Rabbit Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	66	SALL4	SALL4	SUA	Ventana Roche	SALL4 6E3 Mouse Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	SALL4 6E3 Mouse Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	67	SOX-11	SOX-11	SUA	Ventana Roche	SOX-11 MRQ-58 Mouse Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	SOX-11 MRQ-58 Mouse Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	68	T-bet	T-bet	SUA	Ventana Roche	T-bet MRQ-46 Rabbit Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	T-bet MRQ-46 Rabbit Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	69	TdT	TdT	SUA	Ventana Roche	TdT (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase) Polyclonal Rabbit Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	TdT (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase) Polyclonal Rabbit Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	70	Topoisomerase IIa	Topoisomerase IIa	SUA	Ventana Roche	Topoisomerase IIa JS5B4 Rabbit Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Topoisomerase IIa JS5B4 Rabbit Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	71	TRAcP	TRAcP	SUA	Ventana Roche	TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) 9C5 Mouse Antibody sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) 9C5 Mouse Antibody compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		4	5	6	7	8
33100 000-1	72	Protease 1	Protease 1	SUA	Ventana Roche	Ventana sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Ventana compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	73	Protease 2	Protease 2	SUA	Ventana Roche	Ventana sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Ventana compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	74	Protease 3	Protease 3	SUA	Ventana Roche	Ventana sau echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Ventana compatibil cu dispozitivul Ventana BenchMark GX. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	75	10X EZ PREP SOLUTION	10X EZ PREP SOLUTION	SUA	Ventana Roche	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	76	LCS	LCS	SUA	Ventana Roche	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana.	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana.	Certificat CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	4	5	6	7	8	
33100 000-1	10X SSC SOLUTION	10X SSC SOLUTION	SUA	Ventana Roche	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana.	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	Reaction Buffer Concentrate (10X)	Reaction Buffer Concentrate (10X)	SUA	Ventana Roche	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	CELL CONDITIONING SOLUTION, CCI	CELL CONDITIONING SOLUTION, CCI	SUA	Ventana Roche	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana.	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	Cell Conditioning Solution (CC2)	Cell Conditioning Solution (CC2)	SUA	Ventana Roche	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Ambalaj - butelie, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	HEMATOXYLIN	HEMATOXYLIN	SUA	Ventana Roche	Ambalaj - dispenser, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Ambalaj - dispenser, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	BLUING REAGENT	BLUING REAGENT	SUA	Ventana Roche	Ambalaj - dispenser, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Ambalaj - dispenser, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	KIT PACK, EBAR (US/EUROPE)	KIT PACK, EBAR (US/EUROPE)	SUA	Ventana Roche	Compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana.	Compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	RIBBON, EBAR PRINTER	RIBBON, EBAR PRINTER	SUA	Ventana Roche	Compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	ASSY,Reag.Disp.Card,	ASSY,Reag.Disp.Card,	SUA	Ventana Roche	PrepKit ,BenchMark, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	PrepKit ,BenchMark, compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	ASSY, Prep Kit, BM, BM XT, BM LT	ASSY, Prep Kit, BM, BM XT, BM LT	SUA	Ventana Roche	Compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO
33100 000-1	ultraView Universal DAB Detection Kit	ultraView Universal DAB Detection Kit	SUA	Ventana Roche	Compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Compatibil pentru BenchMark GX, mentenanța cu inginer calificat prin certificat Roche Ventana. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Certificat CE, ISO

Numele, prenumele: Sejar Iuliana In calitate de: manager

Adresa: str.Calea Orheiului 111/5

