

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : CONFORM SIARSAP ocde-b3wdp1-MD-1635146551010
Obiectul achiziției: ECHIPAMENT MEDICAL (mășă de operație cu accesorii și lampă)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Lampă de operație cu 2 sateliți (120000+100000 lux)	lamp model PentaLED 28+28 (PENTA28+28)	Italia	Rimza P.Longoni SRL	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți. Lampă chirurgicală fără umbre destinată destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice: Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED Număr de sateliți -2 Indexul de culoare ≥95 Adâncimea ≥80 cm Distanța de lucru cel puțin 07-1,4 m Nivelul de iluminare ≥120000 + 100000lux Rotația peste 260 grade Ajustare pe verticală, cm ≥70 Creșterea temperaturii în câmpul operator <1°C	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți. 1 unitate - LAMPĂ MODEL PENTALED 28 + 28 Lampă chirurgicală fără umbre destinată destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice: Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED Număr de sateliți =2 Indexul de culoare = 95 Adâncimea =92 cm Distanța de lucru 07-1,4 m Nivelul de iluminare =120000 + 120000lux pentru ambele capete de lumina Rotația 260 grade	CE declaration of conformity ISO 13485 ISO 9001

				Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LEDurilor min 50 000h Mânere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principală Înălțimea podului cel puțin 3 m Prezența unui manual de utilizare în limba română. Instalarea dispozitivului medical și instruirea utilizatorilor gratuit. Utilajul trebuie să fie nou. Termen de garanție minim- 2ani.	Ajustare pe verticală, cm =95 cm Creșterea temperaturii în câmpul operator <1°C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LEDurilor 50 000h Mânere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principală Înălțimea podului cel puțin 3 m Prezența unui manual de utilizare în limba română Instalarea dispozitivului medical și instruirea utilizatorilor gratuit. Utilajul va fi nou. Termen de garanție - 2ani. Livrarea 45 zile.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16, of.6